



ОБГРУНТУВАННЯ
проведення закупівлі UA-2025-06-03-003718-a
в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
«Інтраоральний сканер»
конкретна назва предмета закупівлі

1. **Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»**
2. **Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 33110000-4**
3. **Обґрунтування бюджетного призначення:**
Розмір бюджетного призначення визначається Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до кошторису доходів та видатків на 2025 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».

4. **Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі**

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	К-ть
1	Інтраоральний сканер	шт	1

5. **Обґрунтування обсягів предмета закупівлі** Для розширення спектру стоматологічних послуг шляхом застосування сучасних методів діагностики патології зубів, щелепи та прилеглих тканин, контролю ходу лікування, зокрема ендодонтичних втручань, проведення повного спектру стоматологічних маніпуляцій (терапія, хірургія, профілактика) виникла необхідність закупівлі стоматологічного обладнання.

6. **Прогнозована ціна за одиницю предмета закупівлі:**

№ з/п	Найменування Товару	Очікувана ціна (грн)
1	Інтраоральний сканер	950 000,00

7. **Обґрунтування ціни за одиницю предмета закупівлі**

Розрахунок ціни за одиницю предмета закупівлі (додаток 1) визначено шляхом порівняння ринкових цін на підставі 3 (трьох) комерційних пропозицій постачальників відповідного товару. На основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну

за одиницю предмета закупівлі прийнято як найнижче арифметичне значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	пропозиція 1 (грн)	пропозиція 2 (грн)	пропозиція 3 (грн)	Очікувана ціна (грн)
1	Інтраоральний сканер	шт	950 000,00	1 300 000,00	1 230 000,00	950 000,00

8. Очікувана вартість закупівлі: 950 000,00 грн.

9. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено на основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну за одиницю предмета закупівлі прийнято як найнижче арифметичне значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

10. Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».

11. Обґрунтування виду закупівлі

Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі наведена у додатку 1.

Відповідальний за закупівлю -

заступник начальника

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

з медичних питань

«02» червня 2025

Степан ПЕЦЮХ

Додаток 1

до обґрунтування проведення
закупівлі
«візуалізаційне обладнання
для потреб медицини,
стоматології та ветеринарної
медицини (інтраоральний
сканер)»
код ДК 021:2015 – 33110000-4
«відкриті торги з
особливостями»

ІНФОРМАЦІЯ
про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики
предмета закупівлі «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини,
стоматології та ветеринарної медицини
(інтраоральний сканер)»
(ДК 021:2015 – 33110000-4)

(повна юридична назва Учасника)

вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо
участі у відкритих торгах на закупівлю «Візуалізаційного обладнання для
потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини
(інтраоральний сканер)»

I. Предмет та обсяги закупівлі:

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Одиниця виміру	Кількість
1	Інтраоральний сканер	44905 Цифровий сенсор стоматологічної візуалізації інтраоральний	шт	1

II. Технічні характеристики:

Найменування технічних параметрів	Значення або наявність / відповідність	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу
Інтраоральний сканер з робочою станцією	Відповідність	
Дозволяє створення цифрових зліпків високої точності	Відповідність	
Має забезпечувати зняття цифрових моделей для ортопедії та імплантації	Відповідність	

Програмне забезпечення, що є невід'ємною частиною системи	Відповідність	
Режим сканування імплантанту	Наявність	
Режим автоматичного вирівнювання	Наявність	
Можливість визначення відстані контакту між верхньою та нижньою щелепами	Наявність	
Вивантаження файлів моделей повинен бути в форматі STL, PLY		
Можливість передачі даних та моделей через мережу інтернет	Наявність	
Сканування в реальному часі	Наявність	
Точність сканування не більше 13 мікронів	Відповідність	
Вага інтраоральної камери (сканера) не більше 300 г	Відповідність	
Вага сканера з робочою станцією не більше 45 кг	Відповідність	