

Замовник: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області»

Код ЄДРПОУ: 08734210

Адреса: 79068, м. Львів, вул. Замарстинівська, 233

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3	4	5	6
1	Автоматичний периметр (код НК 024:2023: 16918 Автоматичний периметр) («Єдиний закупівельний словник» код ДК 021:2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)	1 717 891,00 грн	UA-2025-06-11-005512-a	Якість товару обумовлена вимогам до відповідності державним нормам та стандартам, що діють на Україні на момент постачання товару та підтверджується декларацією відповідності або сертифікатом якості (паспорта) виробника, або іншого документу, що підтверджує відповідність товару встановленим вимогам, загальнообов'язковим на території України нормам і правилам. Технічні характеристики Товару, що постачається повинні відповідати найвищому рівню технологій і стандартам, існуючим в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації конкурсних торгів.	Очікувана вартість визначена відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», на підставі середніх цін отриманих цінових пропозицій, наданих суб'єктами господарювання та з врахування власних потреб.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Лампа щілинна зі столом для офтальмологічних приладів (деталізований код ДК 021:2015: 33122000-1 - Офтальмологічне обладнання)

1. Автоматичний периметр (деталізований код ДК 021:2015: 33122000-1 - Офтальмологічне обладнання)

Таблиця 1

№	Найменування параметру	Вимога	Відповідність із посиланням на сторінки в офіційній технічній документації виробника
1	Функції автоматизованої периметрії очного дна		
1.1	Поле проєкції:	не менше 30° (радіус)	
1.2	Яскравість і колір фону:	не менше 31.4 asb, білий	
1.3	Максимальна яскравість:	10000 асб	
1.4	Динамічний діапазон:	0 - 50 дБ	
1.5	Розмір, форма та колір стимулу:	Goldmann III, круглий, білий	
1.6	Тривалість стимулу:	не більше 200 мс	
1.7	Тестові стратегії:	Zest, Zest fast, 4-2, Надпорогове тестування, Швидке надпорогове тестування.	
1.8	Порогові тести:	24-2, 30-2, 10-2	
2.	Особливості візуалізації очного дна		
2.1	Поле зору:	не менше 60° (діаметр)	
2.2	Роздільна здатність сенсора:	не гірше 5 Мпкселів (2592x1944)	
2.3	Джерела світла:	інфрачервоний (825-870 нм) і білий світлодіод (440-650 нм) колір	
2.4	Модальності зображення:	інфрачервоний, без червоного, стереоскопічний, SmartMosaic	
2.5	Роздільна здатність	мкм	
2.6	Мінімальний розмір зіниці:	3 мм	
2.7	Робоча відстань:	не менше 28 мм	
3.	Інші особливості та характеристики		
3.1	Клас і тип прикладної частини:	Клас II, тип B	
3.2	Класифікація IP:	IPX0 відповідно до ступеня захисту, який забезпечує корпус щодо шкідливого проникнення твердих частинок або води	
3.3	Автоматична робота:	Автоматичне вимірювання розміру зіниці автовирівнювання, автофокус, автоекспозиція, автозйомка	
3.4	Діапазон регулювання автофокусування:	- від 12 D до + 15 D	
3.5	Інтерфейс керування:	не менше 10,1-дюймовий мультисенсорний кольоровий дисплей	
3.6	Підключення:	інтерфейс управління Wi-Fi і Ethernet	
3.7	Жорсткий диск:	SSD, підтримка DICOM 480 ГБ або вище	
3.8	DICOM (опція):	робочий список модальності	
3.9	Розмір:	не більше 360 мм x 590 мм x 620 мм	
3.10	Вага:	не більше 25 кг (55 фунтів)	
3.11	Джерело живлення:	Номінальна напруга 100-240 В змінного струму, частота 50-60 Гц,	

		Споживана потужність 80 Вт	
3.12	Оснащення:	- Індивідуальний інтерфейс управління з мультисенсорним дисплеєм - Опорний кронштейн для інтерфейсу керування з монтажним комплектом - Зовнішній блок живлення з мережевим шнуром - Силіконові подушки для чола та підборіддя - Пілозахисний чохол - Кнопка пацієнта - Призматичні стереоскопічні окуляри - Передня кришка об'єктива - Світловий щит з магнітами - Інструкція з використання (або листівка, якщо інструкція з використання в електронному вигляді) - Перехідник Mini-HDMI-HDMI - Подовжувач USB	
Інструментальний стіл та стілець для пацієнта			Зазначити наявність (так/ні)
1	Спосіб регулювання висоти стола - за допомогою електричного приводу	Наявність	
2	Діапазон вертикального регулювання висоти стола	не менше 750 мм	
3	Габарити стільниці	не менше 660 x 430 мм	
4	Максимальне навантаження на стіл:	60 кг	
Наявність ДБЖ		Наявність	