



ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2025-06-30-003529-a

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
«Аспіратор медичний електричний портативний»
конкретна назва предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»
2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 33120000-7
3. Обґрунтування бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначається Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до конторису доходів та видатків на 2025 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».

4. Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	К-ть
1	аспіратор медичний електричний портативний	шт	1

5. Обґрунтування обсягів предмета закупівлі З метою забезпечення безперервного робочого процесу, для забезпечення оперативного аналізу показників біоматеріалу, високій точності і швидкості досліджень при мінімальному втручанні персоналу, розширенням переліку лабораторних досліджень на базі клініко-діагностичної лабораторії закладу.

6. Прогнозована ціна за одиницю предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування Товару	Очікувана ціна (грн)
1	аспіратор медичний електричний портативний	1 500 000,00

7. Обґрунтування ціни за одиницю предмета закупівлі

Розрахунок ціни за одиницю предмета закупівлі (додаток 1) визначено шляхом порівняння ринкових цін на підставі 3 (трьох) комерційних пропозицій постачальників відповідного товару. На основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну за одиницю предмета закупівлі прийнято як найнижче значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	пропозиція 1 (грн)	пропозиція 2 (грн)	пропозиція 3 (грн)	Очікувана ціна (грн)
1	аспіратор медичний електричний портативний	шт	24 560,00	23 688,00	25 600,00	23 688,00

8. Очікувана вартість закупівлі: **23 688,00 грн.**

9. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено на основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну за одиницю предмета закупівлі прийнято як найнижче значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

10. Вид закупівлі: **«відкриті торги з особливостями».**

11. Обґрунтування виду закупівлі

Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі наведена у додатку 1.

Відповідальний за закупівлю -

заступник начальника

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

з медичних питань

«30» червня 2025

Степан ПЕЦЮХ

Додаток 1до обґрунтування проведення
закупівлі«системи реєстрації
медичної інформації та
дослідне обладнання»

код ДК 021:2015 – 33120000-7

ІНФОРМАЦІЯ
про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики
предмета закупівлі «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне
обладнання (аспіратор медичний електричний портативний)»
(ДК 021:2015 – 3312000-7)

(повна юридична назва Учасника)

вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо
участі у відкритих торгах на закупівлю «Системи реєстрації медичної
інформації та дослідне обладнання
(аспіратор медичний електричний портативний)»

I. Предмет та обсяги закупівлі:

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Одиниця виміру	Кількість
1	аспіратор медичний електричний портативний	47366 ---- Аспіраційна система, що живиться від електромережі, для невідкладної допомоги	шт.	1

II. Технічні характеристики:

№	Вимога	Параметр	Відповідність і посилання на сторінки технічної документації
Інформація про виробника та гарантії:			
1	Країна виробник	вказати	
2	Фірма виробник	вказати	
3	Модель приладу	вказати	
Технічні вимоги:			
4	Кінцеве значення негативного тиску	Не гірше, ≥ 80 Кпа (600 мм рт. ст.)	
5	Обсяг регулювання негативного тиску:	Не гірше, 0 – 80 кПА	
6	Швидкість відведення повітря:	Не гірше, ≥ 24 л/хв	
7	Пляшка аспілятора:	Не гірше, ≥ 1000 мл, 1шт	

8	Джерело живлення:	~100-240 В, 50 Гц /60 Гц	
9	Можливість роботи при навантаженні не гірше 10G	Відповідність:	
10	Шум:	Не гірше, ≤55 Дб	
11	Вбудований акумулятор:	Не гірше: 14,8 В, 2600 мАг, автономна робота > 20 хв (стандарт) 14,8 В, 5200 мАг, автономна робота > 40 хв (опція)	
12	Бортове живлення	Не гірше, 12В	
13	Індикатор заряду:	Наявність	
14	Можливість зарядки під час роботи:	Наявність	
15	Захист від переповнення ємності:	Наявність	
16	Наявність настінного кронштейна для автомобілів швидкої допомоги:	Наявність:	