

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Предмет закупівлі:	33690000-3 - Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви), (ДК, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 021:2015:33696500-0 Лабораторні реактиви)
Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-08-05-002437-a
Вид закупівлі:	Відкриті торги з Особливостями
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:	Технічні характеристики та кількість товару наведено в таблиці нижче. Кількість: 13 найменувань.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Отримано комерційні пропозиції від: 1) комерційна пропозиція від ТОВ «ЛАБЛАЙФ». 2) комерційна пропозиція від ФОП Лук'янов О.В. 3) комерційна пропозиція від ФОП Живалюк І.Б. Розрахунок очікуваної вартості на лабораторні реактиви проводилося замовником самостійно шляхом розрахунку середньої ціни за наданими комерційними пропозиціями. Розрахунок середньої ціни: $(138\,659,92 + 154\,582,28 + 149\,459,52) / 3 = 147\,567,25$, де: 138 659,92 грн. – комерційна пропозиція ТОВ «Екомет». 154 582,28 грн. – комерційна пропозиція ФОП Лук'янов О.В. 149 459,52 грн. – комерційна пропозиція ФОП Живалюк І.Б. 147 567,25 грн. - середньоарифметичне значення. Очікувана вартість предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви), (ДК, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 021:2015:33696500-0 Лабораторні реактиви), 13 найменувань становитиме 147 567,00 грн.
Розмір бюджетного призначення:	Розмір бюджетного призначення за кошторисом визначено відповідно до розрахунку запланованих видатків на 2025 рік.
Початок проведення закупівлі:	серпень 2025 року

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:

№ з/п	Найменування товару «або еквівалент»	Код НК 024:2023	Медико-технічні вимоги	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5	6
1	Аланін-амінотрансфераза (АЛАТ) IFCC, набір реагентів	52925 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), реагент	Кінетичний метод визначення активності АЛАТ у за рекомендаціями IFCC. Метод без активації піридоксальфосфату. Можливість тестування при температурі 25°C. Фасування: 10x10 мл.	штука	5

2	Альфа-амілаза, набір реагентів	52941 – Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), реагент	Колориметричний морореагент для визначення альфа-амілази при довжині хвилі 405нм. Фасування не менше 12х10 мл.	штука	3
3	Аспартат-аміотрансфераза (АСАТ), набір реагентів	52955 – Загальна аспартатаміотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), реагент	Кінетичний метод визначення активності АСАТ за рекомендаціями IFCC. Метод без активації піридоксальфосфату. Можливість тестування при температурі 25°C. Фасування: 10х10 мл.	штука	5
4	Креатинін, набір реагентів	53252 – Креатинін IVD, реагент	Фотометричний, колориметричний тест для здійснення кінетичних вимірювань, метод без використання депротеїнізації. Реакція Яффе. Для автоматичного біохімічного аналізатора. Фасування: 250 мл, стандарт у складі набору	штука	6
5	Гамма-глутамікрансфераза (ГГТ), набір реагентів	53030 – Гама-глутамілрансфераза (ГГТ) IVD, реагент	Кінетичний, колориметричний метод визначення активності ГГТ (за Персейном та Ван-дер-Сліком). Стандартизований за IFCC. Фасування 10х10 мл.	штука	6
6	Глюкоза, набір реагентів	53307 – Глюкоза IVD, реагент	Набір реагентів для вимірювання глюкози ферментним глюкозоксидазним методом (GOD-PAP). Фасування 1х400 мл. Стандарт у складі набору. Можливість тестування при температурі 25°C.	штука	6
7	Лужна фосфатаза, набір реагентів	52929 – Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент	Набір реагентів для вимірювання лужної фосфатази DGKC. Довжина хвилі 405 нм. Можливість проведення тесту при температурі 25°C та 37°C. Фасування не менше 100 мл.	штука	4
8	Автокал, стандартна сироватка	47868 – Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор	Ліофілізована стандартна сироватка для калібрування біохімічних методик на автоматичних біохімічних аналізаторах.	штука	1
9	Сечова кислота, набір реагентів	53586 – Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), реагент	Фотометричний, колориметричний ПАП/РАР-тест для визначення сечової кислоти з фактором просвітлення ліпідів. Можливість проведення тесту при температурі 20-25°C та 37°C. Фасування 4х30 мл.	штука	5
10	Сечовина, набір реагентів	53590 – Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), реагент	Ферментний метод, призначений для кінетичного визначення сечовини у зразках крові та сечі. Метод глутамат-дегідрогеназний. Стандарт у складі набору реагентів. Лінійність не менше 300 мг/дл. Фасування 8х50 мл.	штука	4

11	Спеціальний розчин для промивання	63377 – Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro)	Концентрований розчин для промивання аналізаторів біохімічних Хумастар, не менше 300 мл.	штука	5
12	Холестерин, набір реагентів	53362 – Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), реагент	Фотометричний, колориметричний тест для визначення холестеролу, з фактором просвітлення ліпідів. Можливість проведення тесту при температурі 20-25°C, 37°C. Фасування 4х30 мл.	штука	4
13	Хуматрол Н контрольна сироватка	47869 – Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	Ліофілізована універсальна контрольна сироватка, приготована на основі бичачої сироватки, з перевіреними показниками, для контролю точності ручних та автоматичних методик (нормальні рівні показників), Фасування не менше 6х5 мл.	штука	1