

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами внесеними
постановою КМУ від 16.12.2020 №1266)

1 Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області», 43001, м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114Б, код за ЄДРПОУ 08734463.

2 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Кольпоскоп з відеосистемою (10960 - Кольпоскоп)).

3 Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-09-016236-а.

4 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб установи.

1. Запропонований учасником товар обов'язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у таблиці параметрам. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару параметрам, що вказані в медико-технічних вимогах до предмету закупівлі шляхом наданням заповненої Таблиці за формою зі зазначенням всіх параметрів згідно медико-технічних вимог та з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку в інструкції з експлуатації (використання), або в паспорті, або в технічному описі, або в іншій офіційній технічній документації, наданій виробником продукції (товарів), яка повинна бути українською мовою, або мати переклад на українську мову. Учасник повинен надати зазначені вище відповідні документи при поданні своєї тендерної пропозиції.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 36 місяців з моменту вводу його в експлуатацію.

3. Учасник повинен провести інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

7. Рік виробництва продукції – не раніше 2022 року.

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

№ п/п	Найменування, параметр	Вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документу
1 Технические характеристики			
1.1	Робоча відстань об'єктива, мм	250	
1.2	Тонке фокусування в межах, мм	12	
1.3	Окуляри, крат	12,5	
1.4	Загальне збільшення, крат	3,2; 5,1; 8,2; 13,1; 20,7	
1.5	Поле зору відповідно збільшенню, мм	63,4; 40,2; 25,1; 15,7; 9,9	
1.6	Діоптрійне переміщення окулярів, дптр	±5	
1.7	Діапазон регулювання між зіничної відстані, мм, в межах	56 – 74	
1.8	Кут між оптичною віссю об'єктива і окулярами, град	45	
1.9	Зелений світлофільтр для підвищення контрасту кровоносних судин	наявність	
1.10	Світлодіодне (LED) джерело світла	наявність	
1.11	Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше	60 000	
1.12	Штатив підлоговий (Основа мобільна на 5-ти роliках)	наявність	
1.13	Мінімальне налаштування по висоті, мм	990	
1.14	Максимальне налаштування по висоті, мм	1245	
1.15	Напруга живлення від мережі 50Гц, В	90 - 250	
1.16	Максимальна потужність споживання, ВА, не більше	15	
2 Вимоги до відеосистеми			
2.1	Відеосистема встановлена між оптичною головкою та бінокулярною насадкою кольпоскопа і не має впливу на оптичні характеристики виробу	наявність	
2.2	Зображення відеосистеми повністю збігається із зображенням, що спостерігається через окуляри.	наявність	
2.3	Кнопка фотозйомки на корпусі відеосистеми	наявність	
2.4	Максимальна роздільна здатність відео та моментальних знімків, піксель	1920x1080	
2.5	Підключення до ПК за допомогою USB	наявність	
2.6	Відеосистема оснащена програмним забезпеченням MEDVisor-EVA	наявність	
2.7	Можливість перегляду кольорового зображення досліджуваної області на моніторі комп'ютера в режимі реального часу	наявність	
3 Можливості програмного забезпечення			
3.1	Формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів і наявністю пошукової системи	наявність	
3.2	Можливість працювати декільком лікарям під особистими паролями зі своїми архівами та індивідуальними налаштуваннями	наявність	
3.3	Формування звітів за результатами діагностики українською, англійською, польською, казахською та російською мовою	наявність	
3.4	Кольпоскопічний атлас з 180 класичних знімків	наявність	
3.5	Можливість створення власного кольпоскопічного атласу	наявність	
3.6	Кольпоскопічна класифікація Ріо-де-Жанейро 2011 р.	наявність	
3.7	Автоматизована система статистики по захворюваннях	наявність	
3.8	Автопошук пацієнток за діагнозом	наявність	
3.9	Можливість визначати і фіксувати на знімку лінійні розміри та площа уражених ділянок.	наявність	
3.10	Можливість відображати на знімку гінекологічну сітку, робити виноски, позначки та написи	наявність	

5 Розмір бюджетного призначення: 195000,00 грн. (Сто дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі затвердженого

кошторису витрат установи та розрахунків до нього на 2023 рік, та річного плану закупівель на 2023 рік.

6 Очікувана вартість предмета закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 195000,00 грн. (Сто дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалось за результатами проведення моніторингу цін, шляхом збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, на підставі ринкових консультацій з метою аналізу ринку. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до "Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.