

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами внесеними
постановою КМУ від 16.12.2020 №1266)

1 Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області», 43001, м. Луцьк, вул. Державності, 114Б, код за ЄДРПОУ 08734463.

2 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код за ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Аналізатор сечі напівавтоматичний (57860 - Аналізатор сечі лабораторний IVD (діагностика in vitro) напівавтоматичний)).

3 Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-19-004804-а.

4 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб установи.

№ з/п	Назва товару згідно тендерної документації	Конкретна назва предмета закупівлі згідно з Класифікатором медичних виробів НК 024:2023	Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Од. виміру	Кількість
1	Аналізатор сечі напівавтоматичний	57860 - Аналізатор сечі лабораторний IVD (діагностика in vitro) напівавтоматичний)	38430000-8 Детектори та аналізатори	штука	1

1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі Медико - технічним вимогам повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація з поданням завірених копій документів.

2. Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

Медико - технічна специфікація на закупівлю

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так/ні) з обов'язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника
1	Аналізатор сечі призначений для напівкількісного аналізу зразків людської сечі з використанням тест-смужок в умовах in-vitro.	
2	Аналізовані параметри: • білок, • глюкоза, • кетон, • білірубін, • уробіліноген, • нітрити, • лейкоцити, • кров, • рН, • питома вага, • аскорбінова кислота.	
3	Функція самотестування	
4	Проведення автоматичного самотестування при включенні.	
5	Аналізатор сечі використовує три типи діагностичних смужок: • 9 параметрів • 10 параметрів • 11 параметрів	
6	Можливість створення доступу з рівнями користувач та адміністратор	
7	Пам'ять не менш ніж на 2000 результатів пацієнтів	
8	Дисплей – рідкокристалічний дисплей	
9	Вбудований термопринтер	
10	Регулювання яскравості (темності) друку з 9 рівнями	
11	Можливість автоматичного друку результатів в копіях від 1 до 3 екземплярів	
12	Наявність друку в режимі заощадження паперу	
13	Джерело живлення - стаціонарне підключення: електрична мережа: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 35 Вт	
14	Продуктивність не менше 60 смужок за годину (можливість 120 смужок/година)	
15	Довжина хвилі 525 нм та 635 нм	
16	Фотометрія- напівкількісна відбивна	
17	Час інкубації – не більше 1 хвилини	

18	Наявність звукового сигналу для підказок оператору з можливістю вимкнення	
19	Наявність можливості налаштування частоти контролю якості	
20	Порти аналізатора: стандартний порт RS232C для зчитування штрих-кодів або передачі даних, USB-порт для передачі даних, 25-контактний паралельний порт для зовнішнього принтера.	
21	Додаткові можливості: зчитувач штрих-коду RS232C, додатковий зовнішній принтер	

5 Розмір бюджетного призначення: 50322,00 грн. (П'ятдесят тисяч триста двадцять дві гривні 00 копійок) з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі затвердженого кошторису витрат установи та розрахунків до нього на 2025 рік, та річного плану закупівель на 2025 рік.

6 Очікувана вартість предмета закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 50322,00 грн. (П'ятдесят тисяч триста двадцять дві гривні 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалось за результатами проведення моніторингу цін, шляхом збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, на підставі ринкових консультацій з метою аналізу ринку. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до “Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.