

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2025-09-11-004887-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі:

Забезпечення пацієнтів ефективними та сучасними методами фізіотерапевтичного лікування та медичної реабілітації відповідно до стандартів медичної допомоги в МРЦ МВС України «Кремінці»

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-11-004887-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК CPV 021: Апарат пресотерапії та лімфодренажу (код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (НК 024:2023 10969 Система змінної компресії вен))

Очікувана вартість предмета закупівлі: 325 000.00грн. з ПДВ (триста двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформований з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі отриманих комерційних пропозицій.

Медико-технічні вимоги:

Апарат пресотерапії та лімфодренажу

Загальні вимоги: Апарат повинен бути:

- новим, не використаним;
- придатним для експлуатації в закладах охорони здоров'я;
- виготовленим відповідно до вимог ТУ або ДСТУ (наявність сертифіката відповідності або декларації);
- забезпеченим інструкцією з експлуатації українською мовою;
- укомплектованим змінними електродами;
- з гарантійним строком не менше 12 місяців.
- повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам.

№ з/п	Найменування характеристики (показника)
1	Апарат пресотерапії дванадцятиканальний
2	Наявність інтерфейсу зі світлодіодних індикаторів та кнопок
3	Відображення параметрів терапії на дисплеї
4	Розміри не більше 320 x 190 x 280мм
5	Вага апарату не більше 7.5кг
6	Регулювання швидкості надуву камер аплікатора
7	Самодіагностика плати генератора сингалу
8	Налаштування градієнта - 0; 10%; 20%; 30%
9	Максимально можливий тиск не менше 160 мм рт.ст.
10	Наявність не менш 8 програм (варіантів надування повітря) в камери аплікаторів
11	Максимальний час проведення терапії не менш 99 хвилин
12	Автоматичний випуск повітря в кінці процедури

13	Наявність аплікатора рука 8 камер – 2 шт.
14	Наявність аплікатора брюки 24 камери - 1 шт.
15	Наявність Інтерфейс для підключення двох аплікаторів "рука" або "нога"– 1 шт.
16	Наявність візка – 1 шт.

**Заступник начальника з
медичних питань - лікар**

(відповідальний за Медико-технічні вимоги)

Василь ШЕРЕМЕТА

Фахівець з публічних закупівель

(відповідальна за висвітлення обґрунтування)

Мирослава БОЙКО

**Начальник МРЦ МВС України
«Кремінці»**

Олександр ДОМБРОВАН