



ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2025-09-22-005368-a

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
«Лабораторні меблі»

конкретна назва предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Лабораторні меблі»
2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 39180000-7
3. Обґрунтування бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначається Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до кошторису доходів та видатків на 2025 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».

4. Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	К-ть
1	Стіл лабораторний посилений, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,75 м x 0,9 м)	шт.	1
2	Стіл-мийка одинарна, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,6 м x 0,9 м)	шт.	1
3	Тумба викотна лабораторна (ДхГхВ: 0,6 м x 0,52 м x 0,62 м)	шт.	1

5. Обґрунтування обсягів предмета закупівлі 3 метою забезпечення безперервного робочого процесу, зручних умов для підготовки зразків, фіксації даних та зберігання допоміжного обладнання. Посилений лабораторний стіл призначений для забезпечення високої стійкості до значних навантажень та деформацій, що дозволяє розміщувати важке та габаритне обладнання, проводити точні вимірювання та базові лабораторні операції у лабораторії.
Стіл-мийка використовуються для роботи з водою, миття лабораторного посуду, зливу відпрацьованих реактивів.

6. Прогнозована ціна за одиницю предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування Товару	Очікувана ціна (грн)
1	Стіл лабораторний посилений, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,75 м x 0,9 м)	50 641,20

2	Стіл-мийка одинарна, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,6 м x 0,9 м)	81 598,80
3	Тумба викотна лабораторна (ДхГхВ: 0,6 м x 0,52 м x 0,62 м)	6 936,00

7. Обґрунтування ціни за одиницю предмета закупівлі

Розрахунок ціни за одиницю предмета закупівлі (додаток 1) визначено шляхом порівняння ринкових цін на підставі 3 (трьох) комерційних пропозицій постачальників відповідного товару. На основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну за одиницю предмета закупівлі прийнято як найнижче значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

№ з/п	Найменування Товару	Од. виміру	пропозиція 1 (грн)	пропозиція 2 (грн)	пропозиція 3 (грн)	Очікувана ціна (грн)
1	Стіл лабораторний посилений, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,75 м x 0,9 м)	шт	52 484,54	50 641,20	51 831,26	50 641,20
2	Стіл-мийка одинарна, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,6 м x 0,9 м)	шт	84 569,00	81 598,80	83 516,38	81 598,80
3	Тумба викотна лабораторна (ДхГхВ: 0,6 м x 0,52 м x 0,62 м)	шт	7 188,47	6 936,00	7 099,38	6 936,00

8. Очікувана вартість закупівлі: 139 176,00 грн.

9. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено на основі поєднання принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у сукупності з принципом прозорості закупівлі - ціну за одиницю предмета закупівлі прийнято як найнижче значення з цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

10. Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».

11. Обґрунтування виду закупівлі

Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

12. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі наведена у додатку 1.

Відповідальний за закупівлю -

заступник начальника

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

з медичних питань

«22» вересня 2025

Степан ПЕЦЮХ

Додаток 1до обґрунтування проведення
закупівлі

«Лабораторних меблів»

код ДК 021:2015 – 39180000-7

ІНФОРМАЦІЯ
про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики
предмета закупівлі «Лабораторні меблі» (ДК 021:2015 – 39180000-7)

(повна юридична назва Учасника)

вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо
 участі у відкритих торгах на закупівлю «Лабораторних меблів»

I. Предмет та обсяги закупівлі:

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількі сть
1	Стіл лабораторний посилений, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,75 м x 0,9 м)	шт.	1
2	Стіл-мийка одинарна, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,6 м x 0,9 м)	шт.	1
3	Тумба викотна лабораторна (ДхГхВ: 0,6 м x 0,52 м x 0,62 м)	шт.	1

II. Технічні характеристики:

Стіл лабораторний посилений, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,75 м x 0,9 м)

Характеристики	Пропонується учасником	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
В основі столу - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60 мм x 30мм x 2мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою.		
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками.		
Стіл обладнаний лицьовими та бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору.		
З'ємні лицьові екрани повинні забезпечувати доступ до необхідних комунікацій і бути обладнані засувками.		
Стіл виготовлений в посиленому варіанті і витримувати навантаження до 500 кгс/м².		

Характеристики	Пропонується учасником	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
Матеріал робочої поверхні столу - хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм без бортика світло-сірого кольору.		
Габарити (ДхГхВ): 1500 мм x 750 мм x 900 мм (для роботи сидячи).		
Стіл лабораторний посилений комплектується трьома висувними шухлядами під стільницею.		
В основі шухляди - щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити білого кольору, товщиною не менше 18 мм.		
Всі робочі торці - обклеєні кромкою ПВХ, товщиною не менше 2 мм, інші - товщиною не менше 0,6 мм.		
Шухляда - комплектується кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвищення до каркаса столів		
Виконання: одна висувна шухляда з ручками		
Габарити шухляди (ДхГхВ): 500мм x 520мм x 194мм.		

Стіл-мийка одинарна, (ДхГхВ: 1,5 м x 0,6 м x 0,9 м)

Характеристики	Пропонується учасником	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
В основі стола-мийки - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60 мм x 30 мм x 2мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою		
Корпус стола-мийки повинен бути виготовлений з листової сталі товщиною 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою		
Стіл-мийка в комплекті з 2 підвісними тумбами: одна обладнана двома дверима з регульованною полицею всередині, друга - одними дверима зі спеціальними петлями повного відкривання 270°.		

Характеристики	Пропонується учасником	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
Для уникнення потрапляння води всередину тумби верхня частина дверей повинна бути під скосом 45°.		
Дно в тумбі повинне бути знімне (для зручності підведення комунікацій з підлоги).		
З тильного боку стола-мийки повинна бути передбачена вільна зона для розміщення комунікацій не менше 120 мм.		
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками.		
Стіл-мийка повинна комплектуватися: ■ раковиною з полімерного композиту DURCON (внутрішні габарити не менше 450x368x280 мм), раковина повинна бути встановлена в одній площині зі стільницею праворуч; ■ лабораторним спеціальним хімічно стійким змішувачем гарячої і холодної води з полімерним покриттям (європейського виробництва FAR / BROEN, або іншого виробника аналогічного рівня), висотою не нижче 270 мм та виходом носика не менше 250 мм. Матеріал змішувача – латунь з полімерним покриттям; ■ сифоном с гнучким гофрованим шлангом з хімічно стійкого поліпропілену (довжиною не менше 600 мм) для підключення до каналізації; ■ гнучкими шлангами (довжиною 800 мм) для підключення до мережі водопостачання.		
Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм без бортика світло-сірого кольору.		
Герметизація раковини повинна бути проведена двокомпонентним хімічно стійким епоксидним клеєм. Не допускається використання силікону.		
Використання деревно-стружкової плити не допускається!		
Габарити (ДхГхВ): 1500мм x 600мм x 900мм.		

Тумба викотна лабораторна (ДхГхВ: 0,6 м x 0,52 м x 0,62 м)

Характеристики	Пропонується учасником	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
В основі тумби повинна бути щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити білого кольору, товщиною не менше 18 мм.		
Всі робочі торці повинні бути обклеєні кромкою ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - товщиною не менше 0,6 мм.		
Тумба повинна бути встановлена на роликові опори, передні – з фіксатором руху.		
Виконання: мобільна, 1 розпашні дверцята (ліві) з 1 регульованою полицею всередині.		
На дверцята повинен бути встановлений замок.		
Габарити тумби (ДхГхВ), мм: 600х520х620.		