

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Сумській області»

ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЄПРПОУ – 08733899.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – **33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (IF1007 Експрес-тест PCT Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп., IF1023 Експрес-тест T4 Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), IF1017 Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін (кількісний), 25 шт/уп., IF1005 Експрес-тест СК-МВ/сTnI/Myo (імунофлуоресценція), IF1024 Експрес-тест TSH Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), IF1053 Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA), Реагент «M-52D Diluent» 20л, IF1077 Експрес-тест Ferritin Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп., IF1006 Експрес-тест D-Dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями **UA-2025-09-29-007432-a**

Розмір бюджетного призначення: 80000,00 грн. згідно з кошторисом.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 80000,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – ДУ ТМО), а саме для проведення необхідних досліджень, тому ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

ІНФОРМАЦІЯ

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності
зазначеним характеристикам**

ДК 021:2015 – 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (IF1007 Експрес-тест PCT Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп., IF1023 Експрес-тест T4 Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), IF1017 Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін (кількісний), 25 шт/уп., IF1005 Експрес-тест СК-МВ/сTnI/Myo (імунофлуоресценція), IF1024 Експрес-тест TSH Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), IF1053 Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA), Реагент «М-52D Diluent» 20л, IF1077 Експрес-тест Ferritin Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп., IF1006 Експрес-тест D-Dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.

№	Назва	Код НК 024:2023	Медико-технічні вимоги	Кількість	Пакування	Підтвердження вимог учасником
1	IF1007 Експрес-тест PCT Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.	54313 Прокальцитонін IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлуоресцен тний аналіз	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес-тест для кількісного визначення PCT, тест-система повинна бути сумісна з	1	набір	

			аналізаторм Getein-1100.			
2	IF1023 Експрес-тест Т4 Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay)	58326 Загальний тироксин (ТТ4) IVD (діагностика in vitro), реагент	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення Т4, тест-система повинна бути сумісна з аналізаторм Getein-1100.	1	набір	
3	IF1017 Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін (кількісний), 25 шт/уп.	53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), реагент	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення HbA1C, тест-система повинна бути сумісна з аналізаторм Getein-1100.	4	набір	
4	IF1005 Експрес-тест СК- MB/cTnI/Myo (імунофлуоресценція)	46989 Тропонін I IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення СК-MB/cTnI/Myo, тест-система повинна бути сумісна з аналізаторм Getein-1100.	1	набір	
5	IF1024 Експрес-тест TSH Fast Test Kit(Immunofluorescence Assay)	54384 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення	4	набір	

			TSH тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100.			
6	IF1053 Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA	54666 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз	Витратні матеріали до Імунофлюоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA має бути сумісним з аналізатором Getein 1100.	2	набір	
7	Реагент «M-52D Diluent» 20л	58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/напівавтоматичні системи	АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: Боратний буфер 5г/л Хлорид натрію ≤0.1%	2	паков	
8	IF1077 Експрес-тест Ferritin Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.	58769 Феритин IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюоресцентний аналіз	Витратні матеріали до Імунофлюоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес-тест для кількісного визначення Ferritin, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100.	1	набір	
9	IF1006 Експрес-тест D-Dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay), 25 шт./уп.	47343 D-димер IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний тест (IXT), експрес-тест	Витратні матеріали до Імунофлюоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес-тест для кількісного визначення D-Dimer, тест-система повинна бути сумісна з	1	набір	

			аналізаторм Getein-1100.			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

**Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області»**

29.09.2025



Марина СОРОЧИНСЬКА