

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігів. обл.» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

**Про закупівлю послуги з
технічного обслуговування
автоматичного
імуноферментного
аналізатора LABLINE-090**

Прошу провести закупівлю послуги з технічного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090 - код ДК 021:2015-50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання для ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.», з метою проведення регламентованих виробником робіт для попередження появи несправностей та продовження терміну експлуатації аналізатора.

**Інженер з метрології
інформаційно-аналітичного
відділу статистики, стратегічного
розвитку та планування**

Андрій КРАВЧЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1070 від 26.12.2025 (14602)

Підписав: КРАВЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000B14D740129C18306

ПРОТОКОЛ № 148

зборів комісії з визначення доцільності проведення закупівель товарів, робіт і послуг в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

26 грудня 2025 року

м. Чернігів

Присутні:

Голова комісії: Олена Ярош, заступник начальника установи з загальних питань.

Секретар комісії: Оксана Білим, юрисконсульт сектору документального забезпечення та контролю

Члени комісії, доповідачі:

1. Олена Шаш, начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
2. Артем Юрченко, головний інженер ЛУП;
3. Максим Гончарук, завідувач господарства обслуговуючого персоналу ТМО;
4. Катерина Іцко, уповноважений з антикорупційної діяльності;
5. Наталія Тітова, сестра медична старша лікарні;
6. Олена Михайліченко, сестра медична старша поліклініки;
7. Аліса Добровольська, інженер з охорони праці відділу кадрового забезпечення та військового обліку;
8. Майя Бондаренко, маляр обслуговуючого персоналу ТМО;
9. Олена Федоренко, сестра-господиня лікарні.

Відсутні: Валентина Колодежна, сестра – господиня поліклініки (відпустка).

Доповідач: Андрій Кравченко, інженер з метрології інформаційно-аналітичного відділу статистики, стратегічного розвитку та планування

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо доцільності здійснення закупівлі згідно Доповідної записки № 33/45-1070 від 26.12.2025 (14602).

СЛУХАЛИ:

Андрія Кравченка щодо доцільності здійснення процедури закупівлі згідно Доповідної записки № 33/45-1070 від 26.12.2025 (14602), який просив закупівлю згідно зазначеної доповідної записки вважати доцільною та запланувати дану закупівлю.

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1077 від 26.12.2025 (14640)

Підписав: ЯРОШ ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000090651C01475AA506



ГОЛОСУВАЛИ:

| Склад | ПІБ | За, проти, утримався |
|--|--------------------|----------------------|
| Голова комісії: заступник начальника установи з загальних питань | Ярош О.А. | за |
| Члени комісії: | Шаш О.М. | за |
| | Гончарук М.О. | за |
| | Ішко К.М. | за |
| | Тітова Н.В. | за |
| | Юрченко А.М. | за |
| | Михайліченко О.Ю. | за |
| | Добровольська А.О. | за |
| | Бондаренко М.М. | за |
| | Федоренко О.М. | за |

«за» - всі присутні, «проти» - 0, «утримались» - 0

Рішення прийнято одностайно

УХВАЛИЛИ:

1. Закупівлю згідно Доповідної записки № 33/45-1070 від 26.12.2025 (14602) вважати доцільною.

2. Запланувати закупівлю згідно Доповідної записки від № 33/45-1070 від 26.12.2025 (14602).

Голова комісії

Олена ЯРОШ

Секретар комісії



Оксана БІЛИМ



ТОВ «ТЕРРА - МЕД»

м. Київ 03067, Україна
пров. Західний, 3Ц, оф. 1-8
тел. (44) 496 19 27
e-mail: office@terra-med.com.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-МЕД» пропонує послуги сервісного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090.

Опис

Метою сервісного обслуговування є проведення регламентованих виробником робіт для попередження появи несправностей та продовження терміну експлуатації аналізатора. Сервісне обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090 включає в себе такі процедури:

| № | Назва | Ціна без ПДВ, грн |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 01 | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу ; | 3 000,00 |
| 02 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z ; | 1 000,00 |
| 03 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ; | 1 000,00 |
| 04 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z ; | 1 000,00 |
| 05 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 ; | 1 000,00 |
| 06 | Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ; | 2 000,00 |
| 07 | Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ; | 1 000,00 |
| 08 | Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп (4 шт) в оптичних каналах фотометричного блоку ; | 7 750,00 |
| 09 | Налаштування фотометричного блоку відносно початкового А01 та кінцевого Н12 положень ; | 1 000,00 |
| 10 | Очистка та промивка миючої голівки ; | 500,00 |
| 11 | Очистка та промивка пробовідбірника ; | 500,00 |
| 12 | Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника ; | 500,00 |
| 13 | Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash» | 500,00 |
| 14 | Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл ; | 1 450,00 |
| 15 | Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» ; | 1 350,00 |
| 16 | Заміна трубок (4 шт) на клапанах «Rinse», «Wash», «Control», «Bleed» ; | 2 900,00 |
| 17 | Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ; | 1 800,00 |
| 18 | Юстування основних функціональних вузлів приладу ; | 750,00 |
| 19 | Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check» . | 1 000,00 |
| Всього, грн. : | | 30 000,00 |
| ПДВ, грн. : | | 6 000,00 |
| Всього до сплати, грн. : | | 36 000,00 |

У разі необхідності, вартість запчастин (крім переліку запчастин, які входять до регламентованого сервісного обслуговування) оплачуються окремо.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»
Вх. № 851
« 16 » 12 2025 р.
Кількість арк. _____
Осн. док. « » Дод. « »

Фізична особа-підприємець Волкова Богдана Миколаївна
 ЄДРПОУ 2582715240, тел.
 Р/р UA13220010000026006001433448 в ПАТ "Універсал Банк"
 ІПН 2582715240, номер свідоцтва
 Платник єдиного податку.
 Адреса 02097, м. Київ, вул. Радунська, буд.5-Б, кв. 14

КОММЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа - підприємець Волкова Богдана Миколаївна пропонує послуги сервісного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090.

В перелік робіт входить:

- Діагностика автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090 ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Wash Head Z ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ;
- Очищення та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ;
- Очищення, змащування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ;
- Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку ;
- Налаштування фотометру відносно початкового А01 та кінцевого Н12 положень ;
- Заміна прокладки пробовідбірника ;
- Очистка та промивка промивної чаші ;
- Очистка, промивка миючої голівки та пробовідбірника ;
- Заміна прокладок в шприцах диллятора: 50 мкл, 2,5 мл ;
- Заміна гідрофобного фільтру ;
- Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ;
- Юстування основних функціональних вузлів приладу ;
- Проведення повного тестування приладу з використанням набору для самотестування.

| № п/п | Назва | Ціна без ПДВ, грн. |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | Діагностика та сервісне обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090 | 45 000,00 |
| Всього без ПДВ, грн.: | | 45 000,00 |

У разі необхідності, вартість запчастин (крім переліку запчастин, які входять до регламентованого сервісного обслуговування) оплачуються окремо.

ФОП   

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

Вх. № 853

«16» 12 2015 р.

Кількість арк. _____

Осн. док. « _____ » Дод. « _____ »

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Послуги з ремонту і технічного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090 (код за ЕЗС ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
|-------|--|----------|-----------|
| 1 | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу | послуга | 1 |
| 2 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z | послуга | 1 |
| 3 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y | послуга | 1 |
| 4 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z | послуга | 1 |
| 5 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 | послуга | 1 |
| 6 | Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна | послуга | 1 |
| 7 | Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів | послуга | 1 |
| 8 | Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку | послуга | 1 |
| 9 | Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень | послуга | 1 |
| 10 | Очистка та промивка мийної голівки | послуга | 1 |
| 11 | Очистка та промивка пробовідбірника | послуга | 1 |
| 12 | Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника | послуга | 1 |
| 13 | Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash» | послуга | 1 |
| 14 | Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл | послуга | 1 |
| 15 | Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» | послуга | 1 |
| 16 | Заміна трубок (4 шт) на клапанах «Rinse», «Wash», «Control», «Bleed» | | |
| 17 | Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи | послуга | 1 |
| 18 | Юстування основних функціональних вузлів приладу | послуга | 1 |
| 19 | Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check» | послуга | 1 |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання (гарантійний лист надається).

2. Надання послуг з ремонту та профілактичного обслуговування аналізаторів передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (гарантійний лист надається).

3. Виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника (гарантійний лист надається).

4. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (гарантійний лист надається).

5. Стабільність та надійність послуги підтверджується Виконавцем гарантією якості. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 3 місяців з моменту встановлення запасних частин. Строк гарантійного терміну починається після підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника (гарантійний лист надається).

6. Виконавець послуг повинен передбачити механізм оперативної заміни критичних позицій, у випадку виявлення дефекту після надання послуги: у випадку раптового виходу з ладу обладнання, включеного до договору, Виконавець послуг повинен направити представника для ремонту протягом 5 діб з моменту звернення Замовника (гарантійний лист надається).

7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (гарантійний лист надається).

У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.