

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», м.Суми, вул. І.Кондратьєва, 23, ЄПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (безконтактний пневмотонометр ННТ-1 Нувітз (або еквівалент))

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2026-02-25-000933-а.

Розмір бюджетного призначення: 369000,00 грн. згідно з кошторисом.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 369000,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом оприлюднення трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик:

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – ДУ ТМО), тому ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи способі виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умови позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними стандартними системами, визначеними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати

вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі

за ДК 021:2015 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (безконтактний пневмотонометр ННТ-1 Нувітз (або еквівалент))

Призначення:

Вимога	Відповідність
Безконтактний пневмотонометр повинен бути призначений для вимірювання внутрішньочинного тиску ока	

Загальні відомості:

№	Загальні відомості	Вимога	Дані прикладу
1.	Фірма виробник обладнання	вказати	
2.	Країна-виробник	вказати	
3.	Модель	вказати	
4.	Гарантійний термін експлуатації	не менше 12 місяців	

Комплектація:

№	Найменування	Кількість	Посилання на документ, який підтверджує наявність, з вказанням сторінок
1	Безконтактний тонометр (основний блок)	1 шт.	
2	Папір для вбудованого термопринтеру	2 рулони	
3	Папір для підставки для підборіддя	100 шт.	
4	Запобіжник	2 шт.	
5	Стіл з електроприводом	1 шт.	

Технічні параметри:

№	Посилання на

Найменування	Наваність	Документ, який підтверджує наявність, з вказаним сторінкою
Функціональні можливості та режими вимірювань		
1	Наявність двох режимів вимірювання внутрішньобюроочного тиску	Автоматичний, ручний
2	Функція компенсації товщини рогівки	Наявність
3	Можливість зміни кількості пострілів в режимі тонометрії	Наявність
4	Налаштування сили «повітряного пострілу»	Наявність
5	Функція безпечної відстані, не менше	8-10 мм
6	Наявність референтних фокусних положень, не менше	7
7	Режим енергозбереження	1/3/5 хв.
Загальні характеристики		
8	Моторизована підставка для підборіддя пацієнта	Наявність
9	Спосіб керування приладом	За допомогою джойстика
10	Діапазон вимірювання VOT	0-60 мм.рт.ст. (0-30 мм.рт.ст./0-60 мм.рт.ст.)
11	Крок вимірювання	1 мм.рт.ст.
12	Робоча відстань	11 мм
13	Точність вимірювань, у діапазоні	+/-5 мм.рт.ст.
14	Пам'ять, не менше	10 результатів для кожного ока
15	Принтер	Вбудований термопринтер
16	Монітор, не менше	7 дюймів
17	Якість зображення	Кольорова, TFT LCD IPS
18	Екран	Сенсорний
19	Інтерфейс	RS232C
20	Живлення	АС100 – 240V, 50/60Hz, 1.0 - 0.7A

Інші вимоги:

1	Сертифікат відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів	Наявність	
2	Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів	Наявність	
3	Лист авторизації від виробника обладнання або його уповноваженого представника на території України	Наявність	
4	Документ, що підтверджує проходження навчання у виробника персоналом/співробітниками уповноваженого представника для здійснення технічного або сервісного супроводу обладнання.	Наявність	
5	Інструкція з експлуатації українською мовою	Наявність	

Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області» -
юрисконсульт

25.02.2026

Марина СОРОЧИНСЬКА