

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник МРЦ МВС України  
«Перлина Прикарпаття»

Сергій САЛЖЕНКО

«05» березня 2026

## ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2026-03-05-003709-a

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

«Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  
(апарат для аферезу плазми)»

конкретна назва предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»
2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 33190000-8
3. Обґрунтування бюджетного призначення:
4. Розмір бюджетного призначення визначається Законом України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік» відповідно до кошторису МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» на 2026 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».
5. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Апарат для аферезу плазми – 1 комплект

Код НК 024:2023 - 16405 – система аферезу

Код НК 031:2024 - В030101 - Пристрої для збору плазми під час аферезу

№ п/п	Параметри	Значення, наявність, відповідність
1	Призначення- збір плазми методом аферезу.	Відповідність
2	Тип доступу- одноголковий	Відповідність
3	Можливість підключення голки донора через адаптер до венозної фістули	Відповідність
4	Насос для перекачки крові	Наявність
5	Насос для антикоагулянту	Наявність

6	Швидкість роботи центрифуги не менше 7500 об/хв +/-10%	Відповідність
7	Детектор повітря в лінії крові	Наявність
8	Детектор витоку рідини на внутрішню стінку чаші центрифуги. У разі витоку слідує автоматична зупинка роботи пристрою.	Наявність
9	Керування приладом здійснюється за допомогою клавіатури та дисплея або сенсорного дисплею, розташованих на одній з панелей приладу	Наявність
10	Наявність в приладі звукових, графічних або світлових індикаторів, які сповіщають про стан перебігу процедури в даний момент часу	Наявність
11	Вбудовані ваги для плазми	Наявність
12	Наявність окремого дисплею на одній з панелей приладу, що дає вказівку донору про необхідність або не заважати потоку або сприяти йому.	Наявність
13	Вбудований сканер штрих-коду або QR-коду для ідентифікації витратних матеріалів або користувача, або пацієнта.	Наявність
14	Вага приладу	Не більше 25 кг
15	Функція самотестування приладу перед початком роботи.	Наявність
16	Наявність в приладі USB порту або аналогічного для можливості завантаження налаштувань процедур або оновлення ПЗ приладу.	Відповідність
17	Відображення на дисплеї користувача таких параметрів як : кількість зібраної плазми, тиск манжети донора, час від початку процедури, кнопка паузи процедури.	Відповідність
<b>Надати гарантійний лист постачальника</b>		
1	До складу комплекту поставки повинні входити у кількості не менше : Апарат для аферезу плазми – 1 шт. 10 шт. витратних сетів для збору плазми методом аферезу.	Наявність

6. **Очікувана вартість закупівлі: 2 447 980,90 грн.**

7. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**

8. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом порівняння ринкових цін на підставі комерційних пропозицій у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження

- примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
9. Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».
10. Обґрунтування виду закупівлі  
Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

Відповідальний за закупівлю -  
заступник начальника  
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»  
з відновного лікування  
«05» березня 2026



Степан ПЕЦЮХ