

## Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Автоматичний рефрактометр (Код ДК 021- ДК 021:2015 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)**. Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2026-03-03-014822-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень на 2025 рік. З метою створення належних умов для пацієнтів в стаціонарі лікарні (з поліклінікою), за чисельними зверненнями пацієнтів лікарні виникає необхідність в обладнанні тренажерами.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **696000,00 грн. з ПДВ**

З метою покращення надання послуг лікарями поліклініки установи виникає потреба у обладнанні для перевірки зору. Установою обрано Автоматичний рефрактометр, по основним характеристикам (параметрам) ціна, якість.

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі:

Номер №	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Автоматичний рефрактометр (Код ДК 021- ДК 021:2015 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)	шт	1

### Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена відповідним документом (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.*

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :

- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

### Медико - технічні вимоги

№ п/п	Медико-технічні вимоги		Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. технічн. докум. Так / Ні
	Характеристика	Значення	
1.	Рефрактометрія:		
1.1	Сфера	не вужче, чим Від -25D до +22D (крок: 0.12/0.25D)	
1.2	Циліндр	не вужче, чим Від 0 до ± 10D (крок: 0.12/.25D)	
1.3	Вісі	Від 1 до 180 (крок: 1 градус)	
2.	Кератометрія		
2.1	Радіус кривизни	Від 5.0 до 10.0 мм (Крок: 0,01 мм)	
2.2	Сила роگیвки	Від 33.75 до 67.5D (коефіцієнт заломлення роگیвки n=1/3375) (Крок: 0.12/0.25D)	
2.3	Ступінь роگیвкового астигматизму не гірше	Від 0 до -10D (Крок: 0.12/0.25D)	
2.4	Вісі циліндрів	Від 1 до 180 (крок: 1 градус)	
3.	Діапазон вимірювання діаметру зіниці	не гірше Від 2.0 до 8.5 мм (Крок: 0.1 мм)	
4.	Вимірювання міжзіничної відстані	До 85 мм (Крок: 1мм)	
5.	Вертексна відстань	0 ,10, 12, 13.5, 15мм	
6.	Мінімальний діаметр зіниці	2.00 мм	
7.	Термопринтер	Вбудований	
8.	Вбудований монітор	Не гірше Від 145 мм (5.7 д.) кольоровий LCD сенсорний екран	
9.	Вихід	RS-232C	

10.	Діапазон переміщення вимірювального блоку не менше		
10.1	Вперед/назад	±22 мм	
10.2	Вправо/вліво	±43 мм	
10.3	Догори/донизу	±17 мм	
11.	Вертикальний діапазон регулювання опори для піборіддя	Не гірше 60мм	
12.	Вхідна напруга	100 - 240V, 50/60Hz, 60 VA	
13.	Енергозбереження	Функція автоматичного вимкнення через 3, 5, 10 хв (перемикається)	
14.	Можливість підключення до ПК	За допомогою порту RS-232C	
15.	Наявність режимів вимірювання не гірше	R/K Рефракція та кератометрія R Тільки рефракція K Тільки кератометрія	

Строк поставки: до 01.12.2026 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.