

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Начальник МРЦ МВС України  
«Перлина Прикарпаття»

**Сергій САЛЖЕНКО**

«02» квітня 2026

## ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2026-04-02-004728-a

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

«Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії  
та фізичної терапії (вертикалізатор – ліжко медичне функціональне)»

конкретна назва предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії»
2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 33150000-6
3. Обґрунтування бюджетного призначення:
4. Розмір бюджетного призначення визначається Законом України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік» відповідно до кошторису МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» на 2026 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».
5. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Вертикалізатор – ліжко медичне функціональне – 1 шт

Код НК 024:2023 - 41073– пароподіум-вертикалізатор

Код НК 031:2024 - Y0502 — Пристрої для тренування функцій ходіння

№ п/п	Характеристики	Вимоги
1.	Стіл використовується для вертикалізації пацієнтів після тривалого знерухомлення та для лікувань тяжких травм спинного мозку	Відповідність
2.	Сфери застосування столу	Ортопедія, неврологія, ревматологія та реабілітація
3.	Конструкція столу виконана зі сталевих профілів з порошковим покриттям	Відповідність
4.	Стіл обладнано двома електричними приводами для регулювання висоти столу та кута нахилу	Відповідність
5.	Регулювання електричних приводів за допомогою пульта дистанційного керування	Відповідність
6.	Потужність приводу регулювання висоти	Не гірше 6000 N
7.	Потужність приводу регулювання кута нахилу (вертикалізація)	Не гірше 8000 N

8.	Кількість частин столу	Не менше 2
9.	Регулювання висоти столу	Не вужче діапазону від 57 до 94 см
10.	Регулювання нахилу столу	Не менше 87°
11.	Ремені для пацієнта	Наявність
12.	Габарити	Довжина: не менше 200 см, ширина: не менше 65 см
13.	Максимально допустиме навантаження на поверхню столу при вертикалізації	Не менше 180 кг +/- 5%
14.	Електроживлення	230 В, 50 Гц, +/- 5%
15.	Система коліс для транспортування столу	Наявність
16.	Акумуляторна батарея	Наявність

**6. Очікувана вартість закупівлі: 254 100,00 грн.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**

**8. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом порівняння ринкових цін на підставі комерційних пропозицій у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».**

**9. Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».**

**10. Обґрунтування виду закупівлі**

Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень.

**Відповідальний за закупівлю -**

**заступник начальника**

**МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»**

**з відновного лікування**

**«02» квітня 2026**



**Степан ПЕЦЮХ**