

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266  
від 16 грудня 2020 року**

**Робоча станція для ЛОР (ЛОР-комбайн) в комплекті з ендоскопічною  
цифровою HD відео системою**

**Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків**

**Код НК 024:2023: 11585 Система для ЛОР- огляду/терапевтичних процедур**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів». Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Робоча станція для ЛОР (ЛОР-комбайн) в комплекті з ендоскопічною цифровою HD відео системою** Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2024-06-04-002604-a

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень на 2024 рік.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **1 000 000,00 грн. грн з ПДВ.**

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: **Робоча станція для ЛОР (ЛОР-комбайн) в комплекті з ендоскопічною цифровою HD відео системою.** Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків. Код НК 024:2023: 11585 Система для ЛОР-огляду/терапевтичних процедур:

#### **I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, перелік товару, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

7. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

## II. Медико-технічні вимоги:

№	Медико-технічна вимога Замовника	Відповідність Так / Ні	Посилання на сторінку технічної документації
	<b>Характеристика робочої станції для ЛОР (ЛОР-комбайн):</b>		
	Призначення робочої станції у сфері використання оториноларингології - <b>відповідність</b>		
	Скляне покриття робочої поверхні - <b>відповідність</b>		
	Наявність опори з можливістю кріплення монітору за допомогою стандарту кріплення VESA - <b>відповідність</b>		
	Наявність в комплекті тримача для жорстких та гнучких ендоскопів - <b>відповідність</b>		
	Наявність не менше чотирьох висувних ящиків різного розміру для предметів лікаря - <b>відповідність</b>		
	Інструментальний органайзер з нержавіючої сталі для висувного ящика - <b>відповідність</b>		
	Наявність не менше трьох полиць для зберігання ЛОР обладнання - <b>відповідність</b>		
	Наявність ящика для сміття - <b>відповідність</b>		
	Інтегрована система аспірації з керуванням живлення та потужністю відсмоктування - <b>відповідність</b>		
	Автоматичне ввімкнення/вимкнення аспірації при знятті/вставленні трубки в тримач - <b>відповідність</b>		

	Інтегрована система подачі повітря з керуванням живлення та потужністю - <b>відповідність</b>		
	Рівень тиску системи подачі повітря, не менше 2 Бар - <b>відповідність</b>		
	Автоматичне ввімкнення/вимкнення системи подачі повітря при знятті/вставленні трубки в тримач – <b>відповідність</b>		
1	Наявність в комплекті моноблока з діагоналлю екрана не менше ніж 24 дюйм, роздільною здатністю FULL HD (1920x1080) та відеовиходом HDMI - <b>відповідність</b>		
1	Максимальне розподілене навантаження на ЛОП комбайн не менше 150 кг - <b>відповідність</b>		
	Наявність всмоктуючого фільтру - <b>відповідність</b>		
	Швидкість потоку аспірації з високим вакуумом не менше 55 л / хв - <b>відповідність</b>		
	Можливість регулювання потужності всмоктування за допомогою ручки регулювання вакууму - <b>відповідність</b>		
	Автоматичне вимкнення системи аспірації не менше ніж через 60 хвилин використання - <b>відповідність</b>		
	Наявність у бактеріального фільтра здатності до блокування при контакті з будь-якою рідиною - <b>відповідність</b>		
	Електричний захист згідно з UNE EN 60601 / IEC 601 не гірше Клас I - <b>відповідність</b>		
	Вага не більше 120 кг - <b>відповідність</b>		
	Рівень захисту EMC не гірше Рівень B - <b>відповідність</b>		
<b>2</b>	<b>Характеристики ендоскопічною цифровою HD відео системою:</b>		
	Режим роботи: безперервна робота – <b>відповідність;</b>		
	Тип сенсора: CMOS – <b>відповідність;</b>		
	Відео розширення: не гірше 1920*1080, 30кадрів/с – <b>відповідність;</b>		
	Живлення та передача сигналу по USB 3.0 – <b>відповідність;</b>		
	Датчик зображення: не менше 2 млн пікселів – <b>відповідність;</b>		
	Оптичний роз'єм підтримує всі види оптичних роз'ємів C-типу – <b>відповідність;</b>		

Сумісність з ОС Windows – відповідність;		
Програмування робочих клавіш (фотофіксація, відеофіксація, заморозка, наближення, віддалення) – відповідність;		
Можливість налаштування яскравості світлодіодного освітлювача в діапазоні не гірше від 0 до 5 – відповідність;		
Вбудоване світлодіодне джерело світла – відповідність;		
Водонепроникність не гірше IPX8 – відповідність;		
Маса виробу не більше 210 г – відповідність;		
Наявність мікроконтролера – відповідність;		
Наявність USB кабелю – відповідність;		
Наявність лінз не гірше типу C – відповідність;		
Наявність жорсткого ендоскопу довжиною 110 мм, діаметром 2.7 мм, кутом огляду 0° - відповідність;		
Наявність жорсткого ендоскопу довжиною 175 мм, діаметром 4 мм, кутом огляду 0° - відповідність;		
Наявність жорсткого ендоскопу довжиною 175 мм, діаметром 4 мм, кутом огляду 70° - відповідність;		

Строк поставки: до 31.07.2024 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.