

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року
Ліжка реанімаційні**

**ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного
призначення різні, НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Ліжка реанімаційні ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко**. Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2024-08-15-005363-а. Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень на 2024 рік.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **535000,00** грн без ПДВ.

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: **Ліжка реанімаційні ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, НК 024:2023: 34870 Електричне лікарняне ліжко**.

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

№	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Ліжка реанімаційні ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного	штука	3

призначення різні, НК 024:2023: 34870
Електричне лікарняне ліжко

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

№ з/ч	Технічні параметри виробу		Відповідність Так / ні з посиланням на сторінки технічної документації
1.	Область застосування	Ліжко призначене для функціональних, ендоскопічних маніпуляцій, інтенсивної терапії тощо	
Вимоги до конструкції виробу:			
2.	Тип приводу	Колонний, електричний	
3.	Кількість електродвигунів	Не менше 4	
4.	Регулювання висоти, спинної та сідничної секцій	Електричне	
5.	Регулювання ножної секції	Механічне (ручне)	
6.	Система авто-регресії	Наявність	
7.	Регулювання Тренделенбурга та зворотного Тренделенбурга	Електричне	
8.	Пульт дистанційного управління	Ручний	
9.	Панель управління для медперсоналу з системою блокування	Наявність	
10.	Функція CPR	Електрична	
11.	Знімна матрацова платформа з ABS-пластику	Наявність	
12.	Знімні бильця з ABS-пластику	Наявність	
13.	Бічні панелі-огорожі з ABS-пластику	Наявність	
14.	Індикатор кута нахилу спинної секції та Тренделенбурга	Наявність	
15.	Інфузійна стійка з регулюванням висоти	Наявність	
16.	Тримачі аксесуарів	Наявність	
17.	Колеса з центральною системою гальмування та блокуванням напрямку	Наявність	
18.	Захисні кутові бампери	Наявність	
19.	Електростатичне порошкове покриття рами RAL 7035	Відповідність	
Вимоги до технічних характеристик виробу:			
20.	Зовнішні розміри	Не менше 2030 x 1070 мм	
21.	Габарити платформи для матрацу	Не менше 1900 x 900 мм	
22.	Регулювання висоти	Не більше 500 мм в нижньому положенні та не менше 900 мм в верхньому	

23.	Максимальний кут регулювання спинної секції	Не менше 70°	
24.	Максимальний кут регулювання ножної секції	Не менше 40°	
25.	Кути регулювання Тренделенбурга та зворотного Тренделенбурга	Не менше 12° та -12° відповідно	
26.	Регулювання авто-регресії (спинна-колінна)	Не гірше 75 – 50 мм	
27.	Висота бічних огорожувальних панелей	Не менше 370 мм	
28.	Висота переднього та заднього бильця	Не менше 425 мм	
29.	Розмір просвіту між ліжком та підлогою	Не менше 160 мм	
30.	Діаметр коліс	Не менше 150 мм	
31.	Безпечне робоче навантаження	Не менше 150 кг	
32.	Максимальна вантажопідйомність	Не менше 300 кг	
Вимоги до комплектації виробу:			
33.	Ліжко функціональне електричне	Наявність	
34.	Ручний пульт дистанційного управління	Наявність	
35.	Інфузійна стійка з регулюванням по висоті	Наявність	
36.	Матрац медичний з протипролежневим ефектом	Наявність	
37.	Інтегрована система вагів	Можливість	
38.	Подовжувач довжини платформи ліжка	Можливість	
39.	Акумуляторна батарея	Можливість	
40.	Функція CPR спинної секції механічна	Можливість	
41.	Інтегрований пульт управління в бічних панелях	Можливість	
42.	Ручний пульт управління з магнітним замком	Можливість	
43.	Ортопедична тракційна рама	Можливість	
44.	Підйомно-втяжний пристрій	Можливість	
Загальні вимоги:			
45.	Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні	відповідність	
46.	Гарантійний термін не менше 12 місяців	надати гарантійний лист	
47.	Навчання персоналу	надати гарантійний лист	
48.	Інструкція користувача українською	надати копію при поставці	
49.	Лист від виробника або уповноваженого представника на право здійснення продажу обладнання, що пропонує учасник торгів та проведення його інсталяції, навчання та гарантійного обслуговування.	надати гарантійний лист	
50.	Копія Декларації про відповідність технічним регламентам України на запропонованого учасником обладнання	надати копію	

Строк поставки: до 30.11.2024 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112. Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.