

# Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

## Ультразвукова система для фізіотерапії

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Ультразвукова система для фізіотерапії**, Ультразвукова система для фізіотерапії, Код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, Код НК 024:2023: 11248 Ультразвукова система для фізіотерапії  
Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2024-10-28-015661-a

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно додаткових кошторисних призначень на 2024 рік.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **335 000,00 грн. з ПДВ**

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Ультразвукова система для фізіотерапії	шт	1

### Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.*

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :

- завірнену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

### Медико-технічні вимоги до фізіотерапевтичного апарату для магнітотерапії

Характеристики та параметри	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу
Апарат ультразвукової терапії	
Сенсорний кольоровий дисплей, не менше 7 дюймів	
Можливість управління всіма параметрами проведеної терапії безпосередньо з сенсорного дисплея	
Вбудований в апарат вибір встановлених протоколів	
Можливість призначення пацієнту індивідуальних програм	
Система контролю безпеки	
Робочі частоти ультразвуку в діапазоні від 1 МГц до 3 МГц.	
Автоматичне налаштування частоти ультразвуку	
Режими роботи: безперервний або модульований ультразвук з програмованою інтенсивністю і часом.	
Можливість використання ультразвуку з електротерапевтичним струмом	
Типи струмів: діадинамічний струм, фарадичний струм, імпульсний струм, біполярний струм, постійний струм	
Максимальна інтенсивність, не більше 3,0 Вт / см <sup>2</sup>	
Максимальний вихідний постійний струм, не більше 30 мА	
Максимальний вихідний імпульсний струм, не більше 70 мА	
Максимальна вихідна напруга, не більше 100В	
Вхідна електрична потужність, не більше 100ВА	
Вага апарату, не більше 4 кг	
Довжина, не більше 315 мм	
Ширина, не більше 390 мм	
Висота, не більше 170 мм	
<b>Комплектація</b>	
Кабель живлення SIEM-IEC - 1 шт	
Електропровідний гумовий електрод із синтетичною грецькою шкірою 80x120 мм - 4 шт	
Електропровідний гумовий електрод із синтетичною грецькою шкірою 45x60 мм - 4 шт	
Електропровідний гумовий електрод із синтетичною грецькою шкірою 120x160 мм - 1 шт	
Повна пов'язка розміром 8x40 см - 2 шт	
Повна пов'язка розміром 8x60 см - 2 шт	

Повна пов'язка розміром 8x100 см - 1 шт	
Підключення кабелів - 1 шт	
Ультразвуковий датчик США - 35 мм – 1 шт	
Ультразвуковий датчик США - 15 мм – 1 шт	
Візок 3 полиці – 1 шт	

Строк поставки: до 31.12.2024 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.