

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

Ультразвукова система для фізіотерапії

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Дефібрилятор ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2023: 17882 - Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції** Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2025-02-14-010062-а

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно додаткових кошторисних призначень на 2025 рік.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **1 125 000,00 грн. з ПДВ**

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі:

Номер №	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Дефібрилятор ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2023: 17882 - Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції	шт	3

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена відповідним документом (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :

- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико - технічні вимоги

Номер №	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Дефібрилятор ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму НК 024:2023: 17882 - Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції	компл	3

Вимоги	Значення	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного документа
Дефібрилятор-монітор призначений для надання невідкладної допомоги при серцевих ускладненнях	Наявність	
Призначений для дорослих, дітей, вагітних	Наявність	
Автоматичне тестування	Наявність	
Форма хвилі	Двофазова урізана експонента	
Робочі режими: MANUAL, ADVISORY, AED	Можливість	
В ручному режимі (MANUAL) подання енергії в діапазоні, не гірше	1 Дж - 230 Дж	
В ручному режимі (MANUAL) вихідна енергія, не гірше	Від 1-10 Дж в крок по 1 Дж, від 10-230 Дж в крок по 10 Дж	
Компенсований діапазон дефібриляційного імпедансу, не гірше	Від 25 до 200 Ом	
Кольоровий TFT дисплей	Наявність	
Діагональ дисплею, не менше	7 дюйми	
Роздільна здатність, не менше	800x480 пікселів	
Електричні параметри, не гірше	100-240 В, 12 В	
Частота змінного струму	50 / 60 Гц	

Вага, не більше	5.5 кг	
Батарея, не гірше	3,2 Ампер, 15 В	
Ємність батареї (при повністю зарядженій батареї), не гірше	150 ударів при потужності 230 Дж	
Синхронізація відносно піку зубця R	Наявність	
ЕКГ-моніторинг	Наявність	
Швидкість запису ЕКГ, не гірше	5, 10, 25, 50 мм/сек.	
Підсилення ЕКГ, не гірше	2,5мм/мВ, 5 мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 40 мм/мВ, Авто	
Діапазон вимірювання ЧСС, не гірше	20-300 уд/хв (± 3 уд/хв, від найвищого значення)	
Модуль SpO2	Можливість	
Модуль виміру тиску NIBP	Можливість	
Модуль кардіостимулятора	Наявність	
Вбудований термопринтер	Наявність	
Електроди для дорослих та дітей для багаторазового використання	Наявність	
Одноразові електроди для дорослих	Наявність	

Строк поставки: до 01.07.2025 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.