

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області »

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області », м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЕПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (Стіл операційний TS-1 (або еквівалент)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2024-10-28-009543-а.

Розмір бюджетного призначення: 245600,00 грн. згідно з кошторисом.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 245600,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – МЦПД ДУ ТМО), а саме, хірургічного кабінету, для лікування та надання необхідної медичної допомоги пораненим та пацієнтам установи, ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з

товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Медико - технічні вимоги до столу операційного для загальної хірургії

№ поз.	Технічні показники (характеристики)	Відповідність функції, або величина параметра	Відповідність так/ні, з посиланням на сторінку(и) технічного документу
	Стіл операційний повинен бути призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій	відповідність	
	Стіл операційний повинен мати гіdraulічний привід	відповідність	
	Механічний привід столу повинен забезпечувати: підйом-опускання панелі, положення Тренделенбурга та анти-Тренделенбурга, бічні нахили панелі, нахили спинної секції, нахил головної секції, нахил ножкої секції	відповідність	
	Стіл повинен бути оснащений колесами для зручності переміщення в операційній. Колеса повинні бути вбудовані в основу столу і закриватися кокшуками з нержавіючої сталі	відповідність	
	Стіл повинен мати систему блокування для фіксації стола в операційній	відповідність	
	Основа столу не повинна входити за габарити панелі, має забезпечувати стійкість столу і не заважати хірурга і його асистентам	відповідність	
	Стіл операційний повинен мати Т-образну основу для забезпечення хорошої стабільності	відповідність	
	Основа столу має бути захищена кокшуками з нержавіючої сталі	відповідність	
	Металеві частини панелі столу повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі	відповідність	
	Стіл повинен мати уніфіковані рейки з нержавіючої сталі для кріплення знімних пристосувань	відповідність	

	Висота поверхні операційного столу повинна регулюватися ножкою педаллю	відповідність	
	Панель столу повинна складатися з секцій: головної, спинної, центральної (тазостегнової), ножкої	відповідність	
	Ножна секція повинна складатися з двох частин	відповідність	
	На центральній (тазостегновій) секції повинен бути виріз для гінекологічних/урологічних операцій	відповідність	
	Здатність навантаження столу, не менше	160 кг	
	Маса столу, не більше	180 кг	
	Регулювання ножних секцій	механічне	
	Регулювання головної секції	механічне	
	Висота столу: в крайньому нижньому положенні, не більше в крайньому верхньому положенні, не менше	720 мм 920 мм	
	Довжина панелі стола, не менше	1960 мм	
	Ширина панелі стола	500 мм	
	Положення Тренделенбурга / анти-Тренделенбурга, не менше	+30°/ -20°	
	Нахил спинної секції, вгору / вниз, не менше	+75°/ -15°	
	Бічний нахил панелі, вліво / вправо, не менше	+15°/ -15°	
	Нахил ножкої секції, вниз, не менше	90°	
	Нахил головної секції, вгору / вниз, не менше	+40°/ -40°	
	Товщина матраца, не більше	50 мм	
	Наявність вбудованого ниркового валику з висотою підіймання, не менше	100 мм	
	Наявність двох додаткових секцій для позиціювання та підтримки пацієнта при операціях на спині, плечах, та грудній порожнині	відповідність	
	Наявність спеціальної секції для позиціювання та підтримки пацієнта при операціях на шлунку, що кріпиться на панель столу	відповідність	
	Знімні пристосування що постачаються в комплекті зі столом:		

	Комплект пристосувань для загальної хірургії, гінекології/урології		
32	Ноготримач	2 шт	
33	Рукотримач	2 шт	
34	Боковий упор для тіла	2 шт	
35	Аnestезіологічний екран	1 шт	
36	Плечовий упор	2 шт	

**Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області» -
юрисконсульт**

Марина СОРОЧИНСЬКА

28.10.2024