

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЕПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання СІП № 3 (система індикаторна паперова для санітарно-бактеріологічного аналізу води), СІП № 5 (система індикаторна паперова для ідентифікації коринебактерій дифтерії), індол-тест смужки.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2024-04-03-006687-а.

Розмір бюджетного призначення: 6099,00 грн. згідно з кошторисом.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 6099,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – ДУ ТМО), а саме для проведення необхідних досліджень, тому ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з

товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015 – 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

(СІП № 3 (система індикаторна паперова для санітарно-бактеріологічного аналізу води), СІП № 5 (система індикаторна паперова для ідентифікації коринебактерій дифтерії), індол-тест смужки)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	СІП № 3 (система індикаторна паперова для санітарно-бактеріологічного аналізу води)	50415 Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика <i>in vitro</i>), набір	Призначений для санітарно-бактеріологічного контролю якості питної води - визначення наявності в воді бактерій родини Enterobacteriaceae титраційна методом. Дозволяє визначати наступні біохімічні властивості: утилізацію глукози і наявність оксидази. Склад: Система індикаторна паперова Agar®СІП лактоза – 1 флакон (50 дисків). Система індикаторна паперова Agar®СІП лактоза – 1 пакунок 50 смужок Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробі	набір	1
2	СІП № 5 (система індикаторна паперова для ідентифікації коринебактерій дифтерії)	50890 - Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика <i>in vitro</i>), реагент	Призначений для ідентифікації та диференціації до біовару коринебактерій (<i>Corynebacterium spo</i>) за біохімічною активністю хромогенним методом. Склад: Система індикаторна паперова Agar®СІП глукоза – 1 флакон (50 дисків). Система індикаторна паперова Agar®СІП сахароза - 1 флакон. (50 дисків). Система індикаторна паперова Agar®СІП амілаза - 1 флакон (50 дисків). Система індикаторна паперова Agar®СІП уреаза – 1 флакон (50 дисків). Системи індикаторні паперові (СІП) для ідентифікації мікроорганізмів являють собою диски діаметром 8	набір	1

			мм з хроматографічного паперу, що містять певні кількості реагентів (субстратів у поєднанні з індикатором), стабілізовані полівініловим спиртом. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики <i>in vitro</i> .		
3	Індол-тест смужки	43714 - Використання триптофану/мікробі ологіч ний реагент для виявлення індолу, IVD (діагностика <i>in vitro</i>)	Фасування: 30 смужок Тест смужки з фільтрувального паперу, просочені реактивом Ковача для визначення індол позитивних мікроорганізмів. Для визначення індолу дослідні мікроорганізми засівають в пробірку з средовищем №15, а індол тест смужку з реактивом Ковача притискають пробкою до внутрішньої стінки пробірки і посів інкубують при 35-37°C протягом 18- 24 годин. Зміна смужки з жовтого на рожевий свідчить про наявність індолу. Зберігати при 2-8°C в захищенному від світла місці після кожного використання. Термін придатності 2 роки. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики <i>in vitro</i> .	уп.	1

Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області» -
юрисконсульт

Марина СОРОЧИНСЬКА

03.04.2024