Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області »

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області », м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЄПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 38430000-8 Детектори та аналізатори (коагулометр).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з **особливостями UA-2024-07-31-003984-a.**

Розмір бюджетного призначення: 74300,00 грн. згідно з кошторисом.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 74300,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – МЦПД ДУ ТМО), тому ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент».**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори (Коагулометр, 56690 – напівавтоматичний лабораторний коагулометр IVD (діагностика in vitro), 1 шт.

Параметри та вимоги	**Відповідність ТАК/НІ з посиланням на сторінку технічної документації**
Країна виробник: США або країни Європи	
Метод виміру: фотометрія без механічних стержнів	
Можливість приймати участь у річній щомісячній міжнародній програмі контролю якості лабораторних досліджень від виробника обладнання. Кількість контрольних рівнів: 3	
Можливість постановки методів: згортання, хромогенні та турбідиметрія	
Не менше 4-х оптичних каналів для вимірювання зразків	
Зразок: плазма	
Функція автостарту: автоматичний початок виміру зразка після додавання реагенту	
Наявність вбудованої бази даних пацієнтів	
Наявність подвійного визначення для одного пацієнта та видачі середнього значення	
Можливість працювати з двома різними лотами реагентів одночасно	
Мінімальний реакційний об'єм: не більше 75 мкл	
Мінімальний об'єм зразка: не більше 25 мкл	
Мінімальний об'єм реагенту: не більше 50 мкл	
Можливість перемішування реагенту	

Не менше 5-ти точок калібрування	
Опційно: зовнішні сканер штрих-кодів та принтер	
Управління за допомогою кольорового сенсорного екрану	
Оптичний та реагент ний блок з підігрівом 37° С	
Позицій для реагентів, з нагріванням 37° С: не менше 5-ти	
Позицій для зразків, з нагріванням 37° С: не менше 20-ти позицій	
Наявність довжини хвилі не менше 405 нм	
Можливість вимірювати Д-димер	
Наявність функції мульти-старт: активація всіх каналів вимірювання одночасно	
Внутрішня пам'ять не менше 200 останніх вимірювань	
Наявність режиму очікування для економії енергоспоживання, перехід має відбуватись не більше ніж через 5 хвилин	
Можливість проведення коагулометра в режим сну	
Можливість підключення до системи LIS	
Наявність порту USB	
Гарантійний термін на прилад не менше 12 місяців	
Інструкція з експлуатації приладу українською мовою	
Навчання персоналу на робочому місці	
Наявність сертифікату сервісного інженера про проходження навчання у виробника та надати його копію	
Надати оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника, представництва, філії виробника, дистриб'ютора, дилера в Україні (що підтверджується документально копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо)	
Надати декларацію про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	

Стартовий набір реагентів від виробника – кювети (не менше 500 шт); тромбінований час (1фл) Реактив А (4 х 3 мл); протромбінований час (1 фл) Реактив А (4 х 5 мл), Реактив В (4 х 5 мл); активований частковий тромбопластиновий час (1 фл) Реактив А (4 х 4 мл); активований частковий тромбопластиновий час (1 фл) Реактив В (4 х 16 мл); фібриноген Клауса (1 фл) Реагент А (4 х 2 мл); фібриноген Клауса (1 фл) Реагент В (4 х 15 мл); коагуляцій ний контроль І (1 фл); коагуляцій ний контроль ІІ (1 фл); коагуляцій ний калібратор (1 фл)	

вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області» -
юрисконсульт **Марина СОРОЧИНСЬКА**

31.07.2024