

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області »

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області », м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЕПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (трансілюмінатор венозної пункції безконтактний)**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2024-07-30-008550-а.

Розмір бюджетного призначення: 130000,00 грн. згідно з кошторисом.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 130000,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі – МЦПД ДУ ТМО), тому ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або

національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015 – 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Трансілюмінатор для венозної пункциї безконтактний)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	Трансілюмінатор для венозної пункциї безконтактний	40761 – Загальноприйнят а ультразвукова система візуалізації, з набором датчиків	Використовується для виявлення та сканування вен, допомагає у здійсненні венопункцій.	шт	1

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з посиланням на сторінку технічної документації
Бортацівний безконтактний апарат	
Використовується для виявлення та сканування вен, допомагає у здійсненні венопункцій, таких як ін'єкція та забір крові	
Дозволяє виявляти до 80% інвазивних вен	
Індінює глибину цільових вен та оптимізує вибір вен	
Виявляє підшкірні кровотечі, діагностує варікозні розширення	
Складається з джерела інфрачервоного світла, датчику зображення, чіпу обробки зображення, модуля проекції, модуля внутрішнього оптичного шляху	

Діапазон хвилі інфрачервоного випромінювання 850 НМ	
Кількість робочих режимів - 2	
Доступність наступних режимів роботи:	
Базовий	
Режим зеленого світла	
Доступність педіатричного розміру	
Доступність налаштування яскравості зображення	
Доступність п'яти клавіш: регулювання яскравості, розмір, режим роботи, захват зображення, увімкнення/вимкнення живлення	
Режим захвата зображення з можливістю збереження на SD карту	
Об'єм пам'яті не менше 16 ГБ	
Доступність USB-виходу	
Оптимальна проекційна відстань не менше 210 ± 30 мм	
Озподільча здатність сканованої поверхні не гірше 854 x 480 пікселів	
Лінійна візуалізації вен ≤ 8 мм	
Доза випромінювання інфрачервоного випромінювання $\leq 0,6$ мВт/см ²	
Автоматичне калібрування пристрію	
Бітевий знімний акумулятор DC 3.7 В не менше 6800 мА/год	
Час роботи акумулятора при повній зарядці не менше 4,5 год	
Час зарядки акумулятора $\leq 3,5$ год	
Джерело живлення: входне живлення- АС 100-240 В 50/60Гц, вихідне живлення: DC 12 В=3.5 А	
Вага не більше 350 г	
Розміри пристрію не більше 228 x 63 x 62 мм	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	

струкція з експлуатації українською мовою	
аявність гарантійного листа від виробника про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
часник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
екларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних пробів	
іслягарантійне обслуговування	

Уповноважена особа
ДУ «ТМО МВС України по
Сумській області» -
юрисконсульт

Марина СОРОЧИНСЬКА

30.07.2024