

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ  
України по Сумській області»

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,  
очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЄПРПОУ – 08733899.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **38430000-8 Детектори та аналізатори** (дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 0,5 – 5 мкл; дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 20 - 200 мкл)  
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2025-01-31-012334-а.

Розмір бюджетного призначення: 13000,00 грн. згідно з кошторисом.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 13000,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик.**

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі –ДУ ТМО), а саме, **дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 0,5 – 5 мкл; дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 20 - 200 мкл** відповідно до вимог чинного законодавства, у кількості 2 одиниці, що необхідні для проведення лабораторних аналізів, тому ДУ ТМО здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме нашим вимогам та потребам.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «**або еквівалент**».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими



технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі

за ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 0,5 – 5 мкл; дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 20 - 200 мкл)

1. дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 20 - 200 мкл (НК 024:2023 - 38522 — Піпетка механічна)

Тип	одноканальний
Діапазон	20-200 мкл
Метрологічна повірка	Так
Обсяг	20/200 мкл
Точність ,мкл	$\pm 0.6 / \pm 1.20$
Точність ,%	$\pm 3.0 / \pm 0.6$
Наконечник, мкл	універсальний 200
Відтворюваність, (CV %)	1,5/0,3
Відтворюваність, SD, мкл	0,3/0,6

2. дозатор піпетковий одноканальний змінного об'єму 0,5 – 5 мкл (НК 024:2023 - 38522 — Піпетка механічна)

Тип	одноканальний
Діапазон	0,5-5 мкл
Метрологічна повірка	Так
Обсяг	0,5/5 мкл
Точність ,мкл	$\pm 0.08$ для 5 мкл $\pm 0.03$ для 0,5 мкл
Наконечник, мкл	10,10,20 мікро 50 мікро

Уповноважена особа  
ДУ «ТМО МВС України по  
Сумській області» -  
юрисконсульт

Марина СОРОЧИНСЬКА

31.01.2025

