

Замовник: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області»

Код ЄДРПОУ: 08734210

Адреса: 79068, м. Львів, вул. Замарстинівська, 233

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначитися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
2	«12-ти каналний реєстратор добової електрокардіограми за Холтером» «Єдиний закупівельний словник» код ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, ДК 021:2015: 33123210-3 — Прилади для серцевого моніторингу, НК 024:2023: 35162 — Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу)	150 000,00 грн.	UA-2023-08-11-009150-a	Технічні та якісні характеристики медичних виробів повинні бути внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введені в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (згідно з вимогами Технічного регламенту затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753.	Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання.

Вимоги:

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1	Технічні характеристики		
1.1	Одночасна реєстрація 12-ти стандартних ЕКГ-відведень.	Наявність	
1.2	Програмне забезпечення, для розшифровки інформації, що була зареєстрована	Наявність	
1.3	Екран для візуалізації поточного стану ЕКГ-відведень, що реєструються	Наявність	
1.4	Звукова сигналізація тривоги	Наявність	
1.5	Можливість підсилення сигналів ЕКГ-відведень, не гірше	0,5/1/2	
1.6	Інтерфейс для інформаційного обміну з ПК	Наявність	
1.7	Можливість використовувати змінні SD накопичувачі та передавати зареєстровану інформацію на ПК без інформаційного кабелю	Наявність	
1.8	Коефіцієнт ослаблення синфазних перешкод, не менше	60 дБ	
1.9	Частота зчитування сигналу, не менше	128 вибірок/с	
1.10	Автоматичне розпізнавання водія ритму	Наявність	

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1.11	Живлення від батареї типу ААА	Наявність	
1.12	Час роботи в активному режимі від батареї, не менше	48 годин	
1.13	Можливість збереження інформації при розряджанні батареї	Наявність	
1.14	Можливість заміни батареї з продовженням поточної реєстрації ЕКГ-відведень	Наявність	
1.15	Можливість автоматичного вимкнення при пасивному режимі роботи	Наявність	
1.16	Компактний, переносний, вага з батареєю, не більше	45 грам	
1.17	Транспортний чохол	Наявність	
1.18	Ремінь для фіксації на поясі	Наявність	
1.19	Автоматичне визначення екстрасистоїї, серцевих блокад, тахікардії за допомогою програмного забезпечення	Наявність	
1.20	Можливість проведення розширених аналізів, аналізу нічного апное, наявність аналізу ST-сегменту та інших	Наявність	
1.21	Можливість зміни автоматично визначених результатів дослідження, виведення найбільш актуальних ділянок	Наявність	

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
	стрічок ЕКГ та результатів аналізів на папір, збереження на ПК		
Вимоги до комплектації:			
Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером		наявність	
Програмне забезпечення		наявність	
Інструкція з експлуатації українською мовою		наявність	
SD-карта		наявність	
USB 2.0		наявність	
Батарейка, 1 шт		наявність	
Сумка для приладу		наявність	
Ремінь для фіксації на поясі		наявність	
Кабель ЕКГ		наявність	

Примітка:

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».