

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ  
України по Сумській області»

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,  
очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області», м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, 23. ЄПРПОУ – 08733899.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): за код ДК 021:2015 - 33690000-3 – Лікарські засоби різні (IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція), IF5053 Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA, IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція), IF5023 Експрес-тест T4 (імунофлуоресценція), Контрольний матеріал BC-5D нормальний рівень 3 мл, Реагент «M-52D Diluent» 20л) (33600000-6 "Фармацевтична продукція")

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2026-05-05-008003-а

Розмір бюджетного призначення: 119000,00 грн. згідно кошторисних призначень.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 119000,00 грн.**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик.**

Для забезпечення ефективної, безперервної роботи Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» (далі ДУ ТМО), а саме, для проведення лабораторних досліджень, ДУ ТМО здійснює закупівлю реагентів, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідадуть нашим вимогам та потребам.

## ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності  
зазначеним характеристикам

**ДК 021:2015 – 33690000-3 – Лікарські засоби різні (IF5017 Експрес-тест НбА1С (імунофлуоресценція), IF5053 Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA, IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція), IF5023 Експрес-тест Т4 (імунофлуоресценція), Контрольний матеріал ВС-5D нормальний рівень 3 мл, Реагент «М-52D Diluent» 20л) (33600000-6 "Фармацевтична продукція")**

№	Назва	Код НК 024:2023	Код НК 031:2024	Медико-технічне обґрунтування	кількість пакування	Підтвердження вимог учасником
1)	IF5017 Експрес-тест НбА1С (імунофлуоресценція)	53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), реагент	W0102160102 ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ/ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН (ІХ), ШВИДКІ ТЕСТИ І ТЕСТИ НА МІСЦІ	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес-тест для кількісного визначення глікованого гемоглобіну, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160.	10 набір	
2)	IF5053 Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA	54666 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз	W0102030113 ЗАГАЛЬНИЙ ПРОСТАТ-СПЕЦИФІЧНИЙ АНТИГЕН	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Швидкий тест для визначення загального простати специфічного антигену tPSA має бути сумісним з аналізатором Getein 1160.	2 набір	
3)	IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція)	54384 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз	W01020410 ТИРЕОСТИМУЛЮЮЧИЙ ГОРМОН	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес-тест для кількісного визначення тиреотропного гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160.	7 набір	
4)	IF5023 Експрес-тест Т4 (імунофлуоресценція)	58326 Загальний тироксин (ТТ4) IVD (діагностика in vitro ), реагент	W01020407 ТИРОКСИН	Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес-тест для кількісного визначення тироксину загального, тест-система повинна бути сумісна з	5 набір	

			аналізатором Getein-1160.		
Контрольний матеріал ВС-5D нормальний рівень 3 5 мл	55866 Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал	W0103010599 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГІЇ – ІНШЕ	Аналізований контроль цільної крові, розроблений для моніторингу значень на багатопараметричних гематологічних лічильниках клітин. Цей контроль складається зі стабільних матеріалів, які забезпечують засоби моніторингу ефективності гематологічних лічильників клітин крові. Зразок береться так само, як і зразок пацієнта. Діагностичний реагент in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів і тромбоцитів свавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами.	3 флак	
Реагент «М-52D Diluent» 6 20л	58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/напівавтоматичні системи	W0103010105 СВС-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ)	АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: Боратний буфер ≤ 5 % Хлорид натрію ≤ 0.1%	8 паков	

Уповноважена особа  
ДУ «ТМО МВС України по  
Сумській області»

05.05.2026



Марина СОРОЧИНСЬКА