

Вих. №137/02/06

Від 02 червня 2026 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Дефібрилятор Rescure SAM

PROGETTI S.r.l. Італія

Дефібрилятор використовується для аналізу електричної активності серця. Якщо він виявляє фібриляцію шлуночків або тахікардію, пристрій заряджається для проведення електричного розряду.

Рятувальник має переконатися, що ніхто не торкається пацієнта.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Увімкніть дефібрилятор
2. Дійте згідно голосових і візуальних підказок українською мовою
3. За рекомендацією дефібрилятора натисніть кнопку розряду



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма імпульсу	Двофазний усічений експоненціальний тип (ВТЕ) з контролем здійснення розряду завдяки компенсації імпедансу
Енергія	Для дорослих: номінальна енергія 200 Дж при імпедансі 50 Ом Для немовлят/дітей: менше ніж 50 Дж з використанням додаткових педіатричних електродів зі зменшеною енергією
Вектор здійснення розряду	Через електроди дефібрилятора для дорослих у передньо-передньому положенні (відведення II) або через педіатричні електроди зі зменшеною енергією в передньо-задньому положенні
Контроль заряду	Автоматично за допомогою системи аналізу стану пацієнта
Пам'ять і передача даних	Дефібрилятор RESCUE SAM має внутрішню пам'ять, яка здатна зберігати запис ЕКГ і події, що відбуваються під час надзвичайних ситуацій
Батарея	12 В постійного струму, 4200 мА•год, LiMnO ₂ . Одноразового використання після встановлення до 4 років
Ємність батареї	Мінімум 200 розрядів або 4 години безперервної роботи
Клас захисту	IP 54 (пил/вода)
Вага	2,2 кг з встановленою батареєю

Комплектація

	Дефібрилятор
	Акумуляторна батарея, 2 шт
	Комплект одноразових електродів для дефібриляції, 3 шт
	Посібник користувача
	Сумка для транспортування та зберігання

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

117 150,00

Термін поставки	Протягом 5 робочих днів по всій території України з дати підписання договору.
Інсталяція, монтаж	Інженерами компанії здійснюється інсталяція, запуск та калібрування.
Навчання персоналу	Забезпечується навчанням роботи із системою на місці монтажу.
Термін гарантії	Протягом 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.
Документація	Система проходить повну державну сертифікацію, також надається, керівництво з експлуатації.

Директор ТОВ «ТОТАЛ-МЕДІКАЛ»



Ганна Валькман



ФОРВАРДМЕД

Вих. №0206-15

Від „02” червня 2026 р.

Дефібрилятор Rescue SAM

PROGETTI S.r.l. Італія

**ВИ ОБИРАЄТЕ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ,
ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ**



ДІМ

ОФІСИ

СПОРТИВНІ ЗАЛИ

ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ

Дефібрилятор використовується для аналізу електричної активності серця. Якщо він виявляє фібриляцію шлуночків або тахікардію, пристрій заряджається для проведення електричного розряду.

Рятувальник має переконатися, що ніхто не торкається пацієнта.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Увімкніть дефібрилятор
2. Дійте згідно голосових і візуальних підказок українською мовою
3. За рекомендацією дефібрилятора натисніть кнопку розряду



☎ +380 73 207 68 59

@ sales@forvardmed.com.ua

🌐 forvardmed.com.ua



progetti®
Medical Equipment Solutions



ФОРВАРДМЕД

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма імпульсу	Двофазний усічений експонеціальний тип (BTE) з контролем здійснення розряду завдяки компенсації імпедансу
Енергія	Для дорослих: номінальна енергія 200 Дж при імпедансі 50 Ом Для немовлят/дітей: менше ніж 50 Дж з використанням додаткових педіатричних електродів зі зменшеною енергією
Вектор здійснення розряду	Через електроди дефібрилятора для дорослих у передньо-передньому положенні (відведення II) або через педіатричні електроди зі зменшеною енергією в передньо-задньому положенні
Контроль заряду	Автоматично за допомогою системи аналізу стану пацієнта
Пам'ять і передача даних	Дефібрилятор RESCUE SAM має внутрішню пам'ять, яка здатна зберігати запис ЕКГ і події, що відбуваються під час надзвичайних ситуацій
Батарея	12 В постійного струму, 4200 мА•год, LiMnO ₂ . Одноразового використання після встановлення до 4 років
Ємність батареї	Мінімум 200 розрядів або 4 години безперервної роботи
Клас захисту	IP 54 (пил/вода)
Вага	2,2 кг з встановленою батареєю



+380 73 207 68 59

@ sales@forvardmed.com.ua

forvardmed.com.ua



progetti[®]
Medical Equipment Solutions



ФОРВАРДМЕД



АВК RESCUE SAM обладнаний автоматичною системою виявлення різноманітних дефібриляційних аритмій, що робить його одним із чотирьох приладів у світі, здатних до такої високорівневої функціональності.



Дефібрилятор RESCUE SAM є легким у використанні, з чіткими командами, забезпечують підтримку рятувальнику.



RESCUE SAM має всі необхідні сертифікати і відповідає всім вимогам, що ставляться до електромедичних пристроїв.



Забезпечуємо послуги технічного обслуговування та оновлення програмного забезпечення протягом усього періоду використання.

Комплектація



- Дефібрилятор



- Акумуляторна батарея, 2 шт



- Комплект одноразових електродів для дефібриляції, 3 шт



- Посібник користувача



- Сумка для транспортування та зберігання

+380 73 207 68 59

@ sales@forvardmed.com.ua

forvardmed.com.ua



progetti[®]
Medical Equipment Solutions



ФОРВАРДМЕД

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ, в грн. в т.ч. ПДВ 7%

112 650,00

Термін поставки	Протягом 5 робочих днів по всій території України з дати підписання договору.
Інсталяція, монтаж	Інженерами компанії здійснюється інсталяція, запуск та калібрування.
Навчання персоналу	Забезпечується навчанням роботи із системою на місці монтажу.
Термін гарантії	Протягом 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.
Документація	Система проходить повну державну сертифікацію, також надається, керівництво з експлуатації.

Директор ТОВ «ФОРВАРДМЕД»



О.С. Манзюк

+380 73 207 68 59

@ sales@forvardmed.com.ua

forvardmed.com.ua



progetti®
Medical Equipment Solutions



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Дефібрилятор Rescure SAM

PROGETTI S.r.l. Італія

ВИ ОБИРАЄТЕ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ,
ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ



ДІМ



ОФІСИ



СПОРТИВНІ ЗАЛИ



ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ



Дефібрилятор використовується для аналізу електричної активності серця. Якщо він виявляє фібриляцію шлуночків або тахікардію, пристрій заряджається для проведення електричного розряду.

Рятувальник має переконатися, що ніхто не торкається пацієнта.





ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Увімкніть дефібрилятор
2. Дійте згідно голосових і візуальних підказок українською мовою
3. За рекомендацією дефібрилятора натисніть кнопку розряду



АВК RESCUE SAM обладнаний автоматичною системою виявлення різноманітних дефібриляційних аритмій, що робить його одним із чотирьох приладів у світі, здатних до такої високорівневої функціональності.



Дефібрилятор RESCUE SAM є легким у використанні, з чіткими командами, забезпечують підтримку рятувальнику.



RESCUE SAM має всі необхідні сертифікати і відповідає всім вимогам, що ставляться до електромедичних пристроїв.



Забезпечуємо послуги технічного обслуговування та оновлення програмного забезпечення протягом усього періоду використання.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма імпульсу	Двофазний усічений експонеціальний тип (BTE) з контролем здійснення розряду завдяки компенсації імпедансу
Енергія	Для дорослих: номінальна енергія 200 Дж при імпедансі 50 Ом Для немовлят/дітей: менше ніж 50 Дж з використанням додаткових педіатричних електродів зі зменшеною енергією
Вектор здійснення розряду	Через електроди дефібрилятора для дорослих у передньо-передньому положенні (відведення II) або через педіатричні електроди зі зменшеною енергією в передньо-задньому положенні
Контроль заряду	Автоматично за допомогою системи аналізу стану пацієнта
Пам'ять і передача даних	Дефібрилятор RESCUE SAM має внутрішню пам'ять, яка здатна зберігати запис ЕКГ і події, що відбуваються під час надзвичайних ситуацій
Батарея	12 В постійного струму, 4200 мА•год, LiMnO ₂ . Одноразового використання після встановлення до 4 років
Ємність батареї	Мінімум 200 розрядів або 4 години безперервної роботи
Клас захисту	IP 54 (пил/вода)
Вага	2,2 кг з встановленою батареєю

Комплектація

- Дефібрилятор
- Акумуляторна батарея, 2 шт
- Комплект одноразових електродів для дефібриляції, 3 шт
- Посібник користувача
- Сумка для транспортування та зберігання





ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

116 000,00 грн. в т.ч. ПДВ

Термін поставки

Протягом 5 робочих днів по всій території України з дати підписання договору.

Інсталяція, монтаж

Інженерами компанії здійснюється інсталяція, запуск та калібрування.

Навчання персоналу

Забезпечується навчанням роботи із системою на місці монтажу.

Термін гарантії

Протягом 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.

**Директор ТОВ
«МедіГО»**

Онащенко Юлія Сергіївна

Контактна інформація

(050) 044 03 88



Начальнику
ДУ "ТМО МВС України по
Чернігів. обл."- лікареві
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про необхідність закупівлі дефібрилятора

У зв'язку з необхідністю забезпечення належного рівня надання медичної допомоги пацієнтам та дотримання вимог чинного законодавства у сфері охорони здоров'я, прошу розглянути можливість придбання для потреб лікарні, згідно з Переліком медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України 09 травня 2022 року № 761, дефібрилятора (код за ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму) (33182100-0 Дефібрилятори)) Код НК 031:2024: Z12030501 Напівавтоматичні дефібрилятори НК 024:2023: 37806 Ручний зовнішній дефібрилятор з медико-технічними вимогами, що додаються.

Додатки: на 15 арк.

Начальник лікарні - лікар

Наталія МИКОЛЮК

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-677 від 08.06.2026 (18367)

Підписав: Миколіук Наталія Андріївна

Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000FFB23200CC15E400

Дійсний: з 11.05.2025 21:00:00 по 11.05.2027 20:59:59



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Богомольця Академіка, 10
м. Київ, 00024
тел.: (044) 256-03-33
сайт: www.mvs.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 00032684

Державна установа
«Територіальне медичне
об'єднання МВС України по
Чернігівській області»

На № 33/45-1287 від 04.06.2026

Про надання інформації

У Департаменті охорони здоров'я МВС (далі – Департамент) розглянуто лист Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Чернігівській області» (далі — ТМО) від 04.06.2026 № 33/45-1287 щодо предметів закупівлі у 2026 році за бюджетною програмою КПКВК 1001050 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», а саме придбання дефібрилятора та кондиціонерів для клініко-діагностичної лабораторії.

За результатами розгляду повідомляємо про відсутність зауважень та заперечень щодо спрямування бюджетних коштів у межах затвердженого кошторису за КЕКВ 3110 згідно з поданими пропозиціями ТМО. При цьому зауважуємо, що з метою визначення найбільш економічно вигідної вартості обладнання при закупівлі, пропонуємо очікувану вартість предмету закупівлі визначати за найменшою пропозицією відповідно до вимог чинного законодавства, потреб ТМО та технічних характеристик предмету закупівлі.

Крім того інформуємо, що використання бюджетних коштів має здійснюватися з безумовним дотриманням вимог законодавства, а відповідальність за законність та їх цільове використання покладається на посадових осіб ТМО, як розпорядника бюджетних коштів і замовника закупівель.

Директор Департаменту

Лілія БОЙКО

Юлія Лесь 0662097429, y.les@mvs.gov.ua



МВС № 23083/33-2026 від 05.06.2026 (2500187)

Підписав: Бойко Лілія Степанівна

Сертифікат: 368DC35ECECB2DC10400000007E2010030F80400

ПРОТОКОЛ № 72

зборів комісії з визначення доцільності придбання
медичних виробів, лікарських засобів та медичних послуг в Державній установі
«Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Чернігівській області»

08 червня 2026 року

м. Чернігів

Присутні:

Голова комісії: Наталія Рахінська, заступник начальника установи з медичних питань-лікар
Секретар комісії: Вікторія Довбенко, завідувач сектору документального забезпечення та контролю

Члени комісії:

1. Наталія Миколук, начальник лікарні-лікар;
2. Галина Мироненко, начальник поліклініки – лікар;
3. Олена Ярош, заступник начальника установи з загальних питань;
4. Олена Шаш, начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
5. Валентина Кабенюк, сестра медична старша хірургічного відділення лікарні;
6. Олена Михайліченко, сестра медична старша поліклініки;
7. Аліна Шарудило, сестра медична терапевтичного відділення лікарні;
8. Артем Юрченко, головний інженер АУП;
9. Катерина Іцко, уповноважений з антикорупційної діяльності АУП;
10. Юлія Корявець, начальник лабораторного відділення-лікар;
11. Аліса Добровольська, інженер з метрології інформаційно-аналітичного відділу статистики, стратегічного розвитку та планування ТМО

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо доцільності придбання товару згідно доповідної записки Наталії Миколук від 08.06.2026 № 33/45-677 (18367) з доданими медико-технічними вимогами та комерційними пропозиціями.

Доповідач:

Наталія Миколук, начальник лікарні-лікар

Слухали:

1. Наталію Миколук, яка зазначила про необхідність придбання товару згідно доповідної записки від 08.06.2026 № 33/45-677 (18367) з доданими медико-технічними вимогами та комерційними пропозиціями, а також запропонувала вважати доцільною і запланувати дану закупівлю.

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-679 від 08.06.2026 (18385)

Підписав: Рахінська Наталія Олексіївна

Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000274420002DCCE400

Дійсний: з 02.06.2025 21:00:00 по 02.06.2027 20:59:59



Голосували:

Склад	ПІБ	За, проти, утримався
Голова комісії:	Наталія Рахінська	за
Члени комісії:	Наталія Миколюк	за
	Галина Мироненко	за
	Артем Юрченко	за
	Катерина Іцко	за
	Олена Михайліченко	за
	Валентина Кабенюк	за
	Олена Шаш	за
	Олена Ярош	за
	Юлія Корявець	за
	Аліна Шарудило	за
	Аліса Добровольська	за

«за» - всі присутні, «проти» - 0, «утримались» - 0

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

1. Вважати доцільною закупівлю товару згідно доповідної записки від 08.06.2026 № 33/45-677 (18367) з доданими медико-технічними вимогами та комерційними пропозиціями.
2. Запланувати закупівлю товару згідно доповідної записки від 08.06.2026 № 33/45-677 (18367) з доданими медико-технічними вимогами та комерційними пропозиціями.

Голова комісії

Наталія РАХІНЬСКА

Секретар комісії



Вікторія ДОВБЕНКО