

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України №710
«Про ефективне використання державних коштів»
від 11 жовтня 2016 року**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015: 33160000-9: Устаткування для операційних блоків Портативний відеосистоскоп – 1 комплект (НК 024:2023 44925 Відеосистоскоп багаторазового застосування гнучкий), (НК 031:2024 Z12020711 Відеосистоу-ретроскопи); Медична шейверна система – 1 комплект (НК 024:2023 36224 - Система шей-верна артроскопічна з живленням від мережі), (НК 031:2024 Z1202110201 - Моторизовані системи для артроскопічної хірургії). Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2026-06-25-000835-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень на 2026 рік. З метою створення належних умов для пацієнтів хірургічного відділення лікарні та технічного підсилення можливостей установи.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно запиту пропозицій та інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **1040 000,00 грн. з ПДВ.**

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі:

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена відповідним документом (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :

- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико - технічні вимоги

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність Так/Ні	Посилання на сторінку технічної документації
	Портативний відеоцистоскоп		
	Відеоцистоскоп повинен бути портативним		
	Наявність монітора-процесора для відтворення, збереження та передачі зображення та відео		
	Діагональ екрану монітора-процесора повинна бути не менше 3,5 дюйма		
	Горизонтальний кут повороту монітора-процесора повинен бути не менше 180°		
	Вертикальний кут повороту монітора-процесора повинен бути не менше 140°		
	Роздільна здатність екрану повинна бути не гірше 640×480 пікселів		
	Співвідношення сторін екрану повинне бути 4:3		
	Частота оновлення кадрів повинна бути не менше 30 к/с		
	Наявність на моніторі-процесорі функціональних кнопок не менше 6		
	Наявність функції автоматичного балансу білого		
	Наявність функції стоп кадр		
	Наявність функції фотофіксації		
	Наявність функції відеофіксації		
	Збережені фото та відео повинні бути доступними для перегляду на моніторі-процесорі без додаткового обладнання		
	Відображення на моніторі-процесорі дати, часу, та рівня заряду батареї		
	Наявність порту micro USB, для передачі фото та відео		
	Заряджання монітору-процесору повинне		
	3		

Наявність функції виведення зображення на зовнішній монітор		
Наявність порту мікро HDMI для підключення монітора		
Об'ємом вбудованої пам'яті повинен бути не менше 32 Гб		
Ємність вбудованого акумулятора повинна бути не менше 3400 мАг		
Час автономної роботи від акумулятора повинен бути не менше 360 хв		
Кількість циклів перезарядки акумулятора повинна бути не менше 300		
Наявність звукового попередження про розрядження акумулятора		
Індикатор заряду батареї повинен відображатися різними кольорами в залежності від рівня заряду		
Наявність у комплекті зарядного пристрою		
Тип матриці камери повинен бути CMOS		
Наявність функції протизапотівання		
Функція протизапотівання повинна активуватися при увімкненні обладнання		
Наявність на руків'ї кнопки керування фото та відеофіксацією		
Співвідношення крутного моменту між важелем керування та відхиленням дистального кінця повинне бути не гірше 1:1		
Наявність на руків'ї кнопки з клапаном для аспірації		
Довжина робочої частини повинна бути не менше 350 мм		
Діаметр дистального кінця повинен бути не більше 5,2 мм		
Діаметр інструментального каналу повинен бути не менше 2,6 мм		
Кут огляду повинен бути не менше 100°		
Глибина огляду повинна бути не гірше 3-50 мм		
Просторова роздільна здатність повинна бути не менше 10,10 лм/мм		
Кут повороту вгору повинен бути не менше 160°		
Кут повороту вниз повинен бути не менше 130°		
Наявність вбудованого світлодіодного джерела світла		
Діаметр світлового поля на відстані 20 мм повинен бути не менше 40 мм		
Освітленість повинна бути не менше 800 люкс		
Колірна температура джерела світла повинна бути не гірше 2300K ±300K		
Наявність одноразової робочої частини, діаметром не більше 4 мм та інструментальним каналом не менше 2 мм		
Наявність у комплекті тестеру герметичності		
Наявність у комплекті набору для промивання		
Наявність у комплекті щітки для інструментального каналу		
Наявність у комплекті щітки для чищення порту аспірації		

Наявність у комплекті кейсу для транспортування		
Споживча потужність повинна бути не більше 10 ВА		
Медична шейверна система		
Максимальна швидкість обертання леза повинна бути не менше 5600 об/хв		
Шейверна система повинна бути призначена для ортопедії, резекції м'яких і кісткових тканин		
Діапазон регульованої швидкості леза повинен бути не гірше 1000 - 5600 об/хв		
Налаштування швидкості обертання леза повинне мати не менше 10 рівнів		
На передній панелі приладу повинні бути розміщені кнопки регулювання швидкості обертання леза не менше 2 шт		
На передній панелі, апарат повинен мати індикатори напрямку руху леза не менше 3 шт		
Максимальний крутний момент повинен бути не менше 6 мН/м		
Ступінь захисту ногого перемикача повинен бути не гірше IPX8		
Парова стерилізація повинна бути доступна для лез та руків'я за температури не менше 134 °С		
Апарат повинен бути сумісним з лезами діаметром не гірше 3 – 5,5 мм		
Апарат повинен бути сумісним з лезами довжиною не гірше 76 – 120 мм		
Апарат повинен бути сумісним з вакуумним екстрактором, потужністю від -0,06 МПа до -0,08 МПа		
Потужність шейвера повинна бути не менше 50 Вт		
Руків'я повинне мати важіль курування аспірацією		
Руків'я повинне мати порт для аспірації		
Шейверна система повинна мати режими обертання леза: за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки, коливальний рух		
На передній панелі апарат повинен мати цифровий індикатор відображення заданої швидкості обертання леза		
Наявність у комплекті лез не менше 3 шт		
Наявність у комплекті щітки для чищення, діаметром 2 мм та довжиною не менше 460 мм		
Наявність у комплекті ногого перемикача з 2 клавішами		
Ножний перемикач повинен мати окрему кнопку для активації режиму коливального руху леза		
Ножний перемикач повинен мати датчик сили натискання клавіш		
За допомогою клавіш ногого перемикача можна керувати напрямком та швидкістю обертання леза		
Довжина кабеля ногого перемикача повинна бути, не менше 3 м		
Довжина кабеля руків'я повинна бути не менше 2,5 м		
Кабелі підключення руків'я та ногого перемикача повинні мати захисні ковпачки		

	Живлення повинне бути не гірше 110 В – 230В, 50 Гц		
	Вага апарату повинна бути не більше 8 кг		

Строк поставки: до 01.12.2026 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.