

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України №710
«Про ефективне використання державних коштів»
від 11 жовтня 2016 року**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: **Ультразвуковий п'єзохірургічний апарат, «Код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків», за кодом НК 024:2023 57825 - Генератор електрохірургічної/ ультразвукової хірургічної системи». Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2026-06-25-008503-а.**

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень на 2026 рік. З метою створення належних умов для пацієнтів хірургічного відділення лікарні та технічного підсилення можливостей установи.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно запиту пропозицій та інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі та збору тендерних пропозицій потенційних учасників, враховуючи фактичну потребу замовника. Орієнтовна вартість закупівлі становить – **250 000,00 грн. з ПДВ.**

Технічні характеристики (медико-технічні вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі:

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена відповідним документом (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :

- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико - технічні вимоги

№	Медико-технічні характеристики	Діапазон значень, відповідність, наявність	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
1.	Апарат призначений для кісткової хірургії та імплантології	Так/ні	
2.	Можливість проведення синус-ліфтингу	Наявність	
3.	Можливість проведення кісткової пластики	Наявність	
4.	Можливість використання для атравматичної екстракції зубів	Наявність	
5.	Можливість використання для ретроградної ендодонтії	Наявність	
6.	Можливість використання для пародонтологічних процедур	Наявність	
7.	Частота ультразвукових коливань	28–32 кГц	
8.	Не менше 9 попередньо встановлених програм	Наявність	
9.	Наявність режиму SURG	Наявність	
10.	Наявність режиму ENDO	Наявність	
11.	Наявність режиму PERIO	Наявність	
12.	Наявність режиму Burst	Наявність	
13.	Не менше 3 рівнів Burst	Наявність	
14.	Автоматичне налаштування параметрів під навантаженням	Наявність	
15.	Функція зворотного зв'язку	Наявність	
16.	Функція динамічного контролю потужності	Наявність	
17.	LED-підсвічування наконечника	Наявність	
18.	Не менше двох світлодіодів	Наявність	
19.	Регулювання інтенсивності освітлення	Наявність	
20.	Кольоровий дисплей з підсвічуванням	Наявність	
21.	Функція пам'яті користувача	Наявність	
22.	Автоматичний режим очищення	Наявність	

23.	Бездротова педаль керування	Наявність	
24.	Bluetooth-педаль	Наявність	
25.	Зміна програм та режимів з педалі	Наявність	
26.	Інтеграція з хірургічним мотором того ж виробника	Наявність	
27.	Продуктивність помпи	не менше 76 мл/хв	
28.	Не менше 5 рівнів подачі рідини	Наявність	
29.	Безшумна іригаційна помпа	Наявність	
30.	Термодезінфекція наконечника	Наявність	
31.	Автоклавування	до 135°C	
32.	Живлення АС 100–240 В, 50/60 Гц	Наявність	
33.	Габарити	не більше 245 × 235 × 90 мм	
34.	Світлодіодний наконечник у комплекті	Наявність	
35.	Bluetooth-педаль	Наявність	
36.	Зміна програм та режимів з педалі	Наявність	
37.	Інтеграція з хірургічним мотором того ж виробника	Наявність	
38.	Продуктивність помпи	не менше 76 мл/хв	
39.	Не менше 5 рівнів подачі рідини	Наявність	
40.	Безшумна іригаційна помпа	Наявність	
41.	Термодезінфекція наконечника	Наявність	
42.	Комплектація:		
43.	Блок керування	Наявність	
44.	Кабель живлення змінного струму	Наявність	
45.	Світлодіодний наконечник зі шнуром 2 м	Наявність	
46.	Бездротова педаль керування для ноги	Наявність	
47.	Стерилізаційна касета	Наявність	
48.	Підставка для наконечника	Наявність	
49.	Іригаційна трубка	Не менше 4 шт	
50.	Базовий набір наконечників	Не менше 6 шт	
51.	Стійка для підвішування охолоджувальної рідини	Наявність	
52.	Підставка для насадок	Наявність	

Строк поставки: до 01.12.2026 року;

Місце поставки: м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, 112.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервного та належного функціонування державної установи.