

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігів. обл.» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

Доповідна записка

Про необхідність придбання венозного сканера

З метою покращення якості медичної допомоги та забезпечення стандартів безпеки пацієнтів, зокрема зниження ризику травматизації судин у пацієнтів зі складним периферичним венозним доступом, полегшення візуалізації периферичних вен та підвищення ефективності проведення венепункції, виникла необхідність у придбанні локатора вен інфрачервоного (візуалізатора вен). Застосування зазначеного обладнання сприятиме більш точному визначенню розташування периферичних вен, зниженню ризику виникнення ускладнень підвищенню комфорту пацієнтів під час проведення медичних маніпуляцій. Придбання обладнання також необхідне для забезпечення належної якості преаналітичного етапу лабораторних досліджень та дотримання вимог внутрішньої системи управління якістю, зокрема:

- ISO 15189:2022 – «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності;
- Процедури системи управління якістю. Преаналітичний етап. Пр. 20-2026 «Відбір зразків біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень», затвердженої 04.05.2026 начальником установи-лікарем;
- СОП «Забір венозної крові за допомогою вакуумної системи», затвердженої наказом ДУ ТМО від 27.02.2026 №-71о/д.

Враховуючи викладене, прошу здійснити закупівлю локатора вен інфрачервоного (візуалізатор вен), НК 024:2023 - 48040 «Локатор вен інфрачервоний» для використання під час проведення венепункції та відбору біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини.

**Сестра медична старша
поліклініки**

Олена МИХАЙЛІЧЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1072 від 01.10.2026 (20725)

Підписав: МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000B47C24013593BA06

Дійсний: з 09.10.2025 04:56:52 по 09.10.2026 20:59:59

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Чернігівській області»
(ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»)
проспект Миру, 217, м. Чернігів, 14029, тел. (04622) 5-39-39, факс (04622) 5-65-24
e-mail: tmo_cn@mvs.gov.ua, сайт: <https://health.mvs.gov.ua/chernihiv>
Код ЄДРПОУ 08734598

Згідно списку розсилки

Запит цінової пропозиції

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» (далі — Замовник) планує здійснити закупівлю: Інфрачервоний венозний сканер (ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) (НК 024:2023: 48040 — Локатор вен інфрачервоний) (далі - товар).

Для здійснення закупівлі необхідна:

-Кількість Товару — *1 шт;*

-Місце поставки Товару — *проспект Миру, буд. 217, м. Чернігів, Чернігівська область, 14029;*

-Строк поставки Товару — *до 10.12.2026 р. включно*

На підставі вищенаведеного прошу впродовж 3 календарних днів надати комерційну (цінову) пропозицію щодо поставки Товару за встановленими вище вимогами на електронну пошту tmo_cn@mvs.gov.ua. При формуванні ціни необхідно врахувати усі витрати щодо поставки Товару, в тому числі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, які можуть бути понесені у ході виконання договору.

Також повідомляємо, що цей лист-запит не є офертою в розумінні ч. 2 ст. 638 та ч. 1 ст. 641 Цивільного кодексу України.

Додаток: на 1 арк. в електронному вигляді.

Начальник установи — лікар

Алла ГАЛЕЄВА

Любов НАДТОЧІЙ 099 96 38 001



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-2046 від 21.09.2026 (20454)

Підписав: Галєєва Алла Євгенівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000036121E0039C8D900

Дійсний: з 03.10.2024 21:00:00 по 03.10.2026 20:59:59

Медико-технічні характеристики

№	Опис вимог	Наявність/ відповідність вимоги, її характеристика або величина
1.	Інфрачервоний венозний сканер	
	Виріб призначений для візуалізації кровоносних судин за допомогою інфрачервоного освітлення. Він допомагає знайти та відокремити вени під час внутрішньовенних ін'єкцій.	Наявність
2.	Технічні характеристики	
	Наявність режимів роботи: • Загальний • HD • Лінія	Наявність
	Функція регулювання розміру зображення	Великий, середній, малий
	Функція регулювання кольору зображення	Білий, зелений, кольоровий
	Режим автоматичного калібрування приладу	Наявність
	Точність калібрування, мкм	±200
	Оптимальна висота для проведення дослідження не менше, мм	Не менше 400±30
	Номинальна напруга не більше, В	Не більше 15
	Глибина виявлення вен, мм	≤10 мм
	Роздільна здатність сканованої поверхні, пікселів	848x480
	Тип хвилі освітлення	Ближнє інфрачервоне випромінювання
	Довжина хвилі освітлення, нм	850
	Термін служби світлодіодів, год	20 000
	Наявність батареї ємністю, мАгод	Не менше 3400
	Тривалість режиму автономної роботи, хв	Не менше 180
	Габарити приладу, мм	215x55x70
	Вага приладу, г	390
	Настільне кріплення	Наявність

Вих.номер: 3009/7

Від 30.09.2026

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200



Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200 розроблений і призначений переважно для використання в маніпуляційних кабінетах та інших місцях, де венепункція є рутинною операцією, для пошуку периферійних поверхневих судин при проведенні проколу вени з метою забору крові, лікарських інфузій, малоінвазивних хірургічних процедур та ін.

Завдяки приладу, венепункція для забору аналізів або введення лікарських засобів, встановлення крапельниці та ін. стане простою та практично безболісною процедурою. Особливо корисно для немовлят, літніх та темношкірих людей, людей з ожирінням і кожен раз, коли судини важко знайти. За допомогою сканера можна обрати зручний для себе розмір зображення: великий, середній чи малий.




Також є функція вибору одного із 6 доступних кольорів зображення для кожного режиму.

Технічні характеристики:

- Оптимальна фокусна відстань: 40 см $\pm$ 3 см.
- Калібрування: точність $\pm$ 200 мкм.

- Розмір зображення: великий(89мм x 53мм), середній (70мм x 42мм), малий (50мм x 27мм).



- Автономне джерело живлення.
- Автономність: до 180 хв.
- Вага: 390 г.
- Кріплення на стіл (стандарт) з можливістю використовувати портативно.

Найменування	Кількість	Одиниця вимірювання	Ціна, грн. без ПДВ	Ціна, грн. з ПДВ 7%
Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200	1	шт	246 728,97	264 000,00

Загальні умови комерційної пропозиції:
Умови оплати:

Термін поставки:

Умови поставки:

Доставка, введення в експлуатацію, інструктаж спеціалістів роботі з устаткуванням:
Термін гарантійного обслуговування

Термін післягарантійного обслуговування:

та

сервісного

Ціни вказані у гривнях станом на 30.09.2026 р.

100% авансовий платіж, чи інше за домовленістю з покупцем

10 робочих днів від дати виконання умов оплати за наявності товару на складі

90 робочих днів від дати виконання умов оплати при замовленні товару

DDP, м. Зазначений замовником

Включено у вартість обладнання

12 місяців від дати введення обладнання в експлуатацію

Відповідно до сервісного договору

Директор ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Тетяна МОСТОВА



ФОП "Єрьоменко Тарас Миколайович"

ЄДРПОУ 2579105413, тел. (063) 107-18-29

Р/р UA773510050000026000259984200 в АТ"УКРСИББАНК", м, Харків МФО 351005

Адреса 14032, м. Чернігів, Пухова, 129, корп. 1, кв. 4

вих. № 36-2 від 30.09.2026 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

НАЗВА	КРАЇНА ВИРОБНИК	КІЛЬКІСТЬ	ЦІНА*, ГРН	СУМА*, ГРН
Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200	Південна Корея	1	270000,00	270000,00
Загальна вартість пропозиції				270000,00

*Ціна вказана без ПДВ. Постачальник не є платником ПДВ.



ФОП Єрьоменко Т. М.



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»**

**Комерційна пропозиція на
Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200**

Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200 розроблений і призначений переважно для використання в маніпуляційних кабінетах та інших місцях, де венепункція є рутинною операцією.

Технічні характеристики:

- Оптимальна фокусна відстань: 40 см $\pm$ 3 см.
- Калібрування: точність $\pm$ 200 мкм.
- Розмір зображення: великий(89мм x 53мм), середній (70мм x 42мм), малий (50мм x 27мм).
- Автономне джерело живлення.
- Автономність: до 180 хв.
- Вага: 390 г.
- Кріплення на стіл (стандарт) з можливістю використовувати портативно.

Назва	Кількість	Одиниця виміру	Ціна, грн без ПДВ	ПДВ 7%, грн	Ціна, грн. з ПДВ
Інфрачервоний венозний сканер VeinVu 200	1	шт	257 009,35	17 990,65	275 000,00

Директор



О.М. Хороших

ПРОТОКОЛ № 111

зборів комісії з визначення доцільності придбання
медичних виробів, лікарських засобів та медичних послуг в Державній установі
«Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Чернігівській області»

01 жовтня 2026 року

м. Чернігів

Присутні:

Голова комісії: Юрій Остапенко, виконуючий обов'язки заступника начальника установи з медичних питань-лікаря

Секретар комісії: Вікторія Довбенко, завідувач сектору документального забезпечення та контролю

Члени комісії:

1. Олена Ярош, заступник начальника установи з загальних питань;
2. Ірина Домашенко, завідувач відділення-лікар відділення денного стаціонару поліклініки;
3. Наталія Миколок, начальник лікарні-лікар;
4. Олена Шаш, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер;
5. Катерина Іцко, уповноважений з антикорупційної діяльності АУП.
6. Олена Михайліченко, сестра медична старша поліклініки;
7. Ліна Мурашко, сестра медична старша хірургічного відділення лікарні
8. Юлія Корявець, начальник лабораторного відділення-лікар;
9. Оксана Приходьон, фармацевт АУП;
10. Артем Юрченко, головний інженер АУП;
11. Аліса Добровольська, інженер з метрології інформаційно-аналітичного відділу статистики, стратегічного розвитку та планування ТМО

Відсутні:

Галина Мироненко, начальник поліклініки-лікар;

Аліна Шарудило, сестра медична старша терапевтичного відділення лікарні

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо доцільності придбання товару згідно доповідної записки Олени Михайліченко від 01.10.2026 № 33/45-1072 (20725) з медико-технічними характеристиками предмета закупівлі, комерційними пропозиціями.

Доповідач:

Олена Михайліченко, сестра медична старша поліклініки

Слухали:

1. Олену Михайліченко, яка зазначила про необхідність придбання товару згідно доповідної записки від 01.10.2026 № 33/45-1072 (20725) з медико-технічними характеристиками предмета закупівлі, комерційними пропозиціями, а також запропонувала вважати доцільною і запланувати дану закупівлю.



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1081 від 01.10.2026 (20732)

Підписав: Остапенко Юрій Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000002AA032004FA3E600

Дійсний: з 21.07.2025 21:00:00 по 21.07.2027 20:59:59

Голосували:

Склад	ПІБ	За, проти, утримався
Голова комісії:	Юрій Остапенко	за
Члени комісії:	Наталія Миколюк	за
	Ірина Домашенко	за
	Олена Ярош	за
	Олена Шаш	за
	Катерина Іцко	за
	Олена Михайліченко	за
	Юлія Корявець	за
	Ліна Мурашко	за
	Оксана Приходьон	за
	Аліса Добровольська	за
	Артем Юрченко	за

«за» - всі присутні, «проти» - 0, «утримались» - 0

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили:

1. Вважати доцільною закупівлю товару згідно доповідної записки від 01.10.2026 № 33/45-1072 (20725) з медико-технічними характеристиками предмета закупівлі, комерційними пропозиціями
2. Запланувати закупівлю товару згідно доповідної записки від 01.10.2026 № 33/45-1072 (20725) з медико-технічними характеристиками предмета закупівлі, комерційними пропозиціями.

Голова комісії

Юрій ОСТАПЕНКО

Секретар комісії

Вікторія ДОВБЕНКО