

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник МРЦ МВС України
«Перлина Прикарпаття»

Сергій САЛІЖЕНКО

«29» вересня 2026

ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2026-09-29-011325-a

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

«Флеботомічне крісло для венозних процедур»

конкретна назва предмета закупівлі

- 1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»**
- 2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 33190000-8**
- 3. Обґрунтування бюджетного призначення:**
- 4. Розмір бюджетного призначення визначається Законом України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік» відповідно до кошторису МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» на 2026 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».**
- 5. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

Флеботомічне крісло для венозних процедур – 3 штуки

Код НК 024:2023 - 10789 Донорське крісло / донорська кушетка

Код НК 031:2024 - V080202 Механічні медичні крісла

№ з/ч	Медико-технічні вимоги	
	Тип обладнання	флеботомічне крісло для венозних процедур
1	Загальні вимоги до конструкції виробу	
	Кількість електричних приводів (двигунів)	не менше 3
	Кількість секцій	не менше 3
	Секція для ніг з регулюванням	наявність
	Регулювання положення спинної секції	електричне (двигун)
	Регулювання положення ножної секції	електричне (двигун)
	Регулювання положення Тренделенбурга	електричне (двигун)
	Система керування електричними приводами	ручний пульт дистанційного управління
	Покриття матрацевої платформи, виготовлене з вінілексу з високим ступенем зносостійкості	відповідність
	Кронштейни опори для рук	наявність
	Тримачі аксесуарів	наявність
	Виконання	мобільне на колесах
	В основі – металева рама (каркас)	наявність
	Покриття рами	електростатичне порошкове фарбування
2	Вимоги до технічних характеристик виробу	

	Ширина крісла	не менше 610 мм
	Довжина крісла	не менше 1830 мм
	Габарити матрацевої платформи	не менше 560 x 1830 мм
	Висота крісла	не менше 550 мм
	Максимальний кут підйому спинної секції	не менше 70°
	Максимальний кут в положенні Тренделенбург	не менше +12°
	Висота кліренсу	не менше 180 мм
	Кількість коліс:	
	загальна	не менше 4
	з гальмами	не менше 2
	Діаметр коліс	не менше 125 мм
	Безпечне робоче навантаження	не менше 120 кг
	Максимальна вантажопідйомність	не менше 240 кг
3	Вимоги до комплектації виробу	
	Крісло донора	комплект
	Ручний пульт дистанційного управління	в комплекті
	Інфузійна стійка	в комплекті
	Акумуляторна батарея	можливість

6. **Очікувана вартість закупівлі: 224 299,07 грн без ПДВ.**
7. **Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**
8. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом порівняння ринкових цін на підставі комерційних пропозицій у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
9. **Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».**
10. **Обґрунтування виду закупівлі**
Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 200 тис. гривень.

**Відповідальний за закупівлю -
заступник начальника**

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

**з питань відновного лікування
«29» вересня 2026**



Степан ПЕЦЮХ