

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник МРЦ МВС України
«Перлина Прикарпаття»

Сергій САЛІЖЕНКО

«29» вересня 2026

ОБГРУНТУВАННЯ

проведення закупівлі

UA-2026-09-29-011706-а

в МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

«Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний»

конкретна назва предмета закупівлі

- 1. Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015 - «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»**
- 2. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 - 33120000-7**
- 3. Обґрунтування бюджетного призначення:**
- 4. Розмір бюджетного призначення визначається Законом України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік» відповідно до кошторису МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» на 2026 рік за загальним та спеціальним фондами за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання».**
- 5. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний – 1 комплект

Код НК 024:2023 - 11467 - Електроенцефалограф

Код НК 031:2024 - Z12100302 - ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИ

№ п/п	Вимоги	Параметри
1.	Використання	
	Використання	Прилад призначений для реєстрації енцефалограми
2.	Функціональні можливості	
	Відеоелектроенцефалографія, довготривалий моніторинг, секундомір, амбулаторний запис, викликані потенціали, неврологічний моніторинг відділення інтенсивної терапії, когнітивні викликані потенціали, потенціали, пов'язані з подіями, оцінка мозкової смерті, дослідницькі програми	Наявність
	Вага приладу	Не більше 600 г
3.	Блок Живлення:	
	Зовнішнє джерело живлення	Наявність
4.	Канали	
	Монополярні канали змінного/постійного	Не менше 26

	струму	
	Можливість змінювати біполярні канали на монополярні	Наявність
	Біполярні канали змінного/постійного струму	Не менше 8
	Входи GND	Не менше 4
5.	Інші канали	
	Вхід для пульсоксиметра	Можливість
	Цифрові канали для Trigger IN і OUT	Не менше 2
	Роз'єм для чепчика	Наявність
	Можливість налаштовувати кожен канал як вхід для будь-якого сумісного датчика, такого як ЕКГ, дихання, СРАР, ЕМГ тощо	Наявність
6.	Інтерфейс користувача	
	Графічний кольоровий РК-дисплей	Наявність
	Відображення на дисплеї: стан з'єднання, внутрішня пам'ять, режим роботи (очікування, вимірювання, калібрування або омметр), розташування електродів, графічний та числовий омметр	Наявність
	Клавіша для встановлення маркера події	Наявність
	LAN-з'єднання з комп'ютером	Наявність
7.	Додаткові можливості	
	Можливість послідовного з'єднання до 4 блоків	Наявність
	Онлайн-перевірка опору, активується з підсилювача та програмного забезпечення	Наявність
	Світлодіодний індикатор вхідного імпедансу	Наявність
	Комплект поставки:	ЕЕГ-система – 1 шт.; Стійка на колесах – 1 шт.; ПК – 1 шт.; ПЗ – 1 шт.; Відеокамера з кріпленням та мікрофоном – 1 шт. Принтер – 1 шт.; Чепчик – не менше 2 шт.; Універсальний шолом дорослий – не менше 1 шт.; Комплект приладдя для рутинної ЕЕГ – 1 шт.; Комплект приладдя для довготривалої ЕЕГ – 1 шт.; Світлодіодний стимулятор – 1 шт., ЕЕГ-гель – 1 упаковка

- 6. Очікувана вартість закупівлі: 2 266 822,43 грн без ПДВ.**
- 7. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі**
- 8. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом порівняння ринкових цін на підставі комерційних пропозицій у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».**

9. Вид закупівлі: «відкриті торги з особливостями».

10. Обґрунтування виду закупівлі

Пункт 10 Особливостей 1178 – «відкриті торги з особливостями» у разі закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 200 тис. гривень.

Відповідальний за закупівлю -

заступник начальника

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

з питань відновного лікування

«29» вересня 2026



Степан ПЕЦЮХ