

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови КМУ № 1266 від 16.12.2020, що вносить зміни до постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Рівненській області» (код ЄДРПОУ 08733995; адреса: 33028 м.Рівне вул.Хвильового,2А) надає інформацію про процедуру відкритих торгів у порядку визначеному Особливостями

1.	Найменування предмету закупівлі	Крісло отоларинголога КрО-1 (або еквівалент) ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
2.	Вид процедури	відкриті торги у порядку визначеному Особливостями
3.	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-10-09-008131-а
4.	Очікувана вартість предмета закупівлі	82 496,66 грнз ПДВ 77 099,68 грн без ПДВ
5.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Крісло отоларинголога КрО-1. Висота крісла (на рівні сидіння), мм 550-850 Довжина крісла (без підголівника), мм 1950-1680 Ширина, мм 600 Ширина з підлокотниками, мм 715Основа крісла, мм 670 x 485 Секція сидіння, мм 580 x 480 Секція спини, мм 420 x 560 Підголівник, мм196 x 190 Секція для ніг (знімна), мм 525 x 610 Ступінь (для ніг), мм 245 x 350 Висота крісла (на рівні сидіння), мм 550-850 Довжина крісла (без підголівника), мм 1950-1680 Ширина, мм 600 Ширина з підлокотниками, мм 715Основа крісла, мм 670 x 485 Секція сидіння, мм 580 x 480 Секція спини, мм 420 x 560 Підголівник, мм 196 x 190 Секція для ніг (знімна), мм 525 x 610 Ступінь (для ніг), мм 245 x 350. Точність маніпуляцій: Жорстка фіксація положення голови та пацієнта необхідна для проведення мікрохірургічних втручань, видалення сторонніх тіл та якісної ендоскопії.

		• Доступ до пацієнта: Можливість обертання на 360° та регулювання висоти дозволяє лікарю працювати ергономічно, мінімізуючи навантаження на власну спину під час тривалих процедур. • Багатофункціональність: Сучасні моделі дозволяють проводити огляд як у сидячому положенні, так і в горизонтальному (для маніпуляцій під наркозом або при запамороченнях), що замінює процедурну кушетку. • Інфекційний контроль: Безшовна оббивка з медичного вінілу витримує щоденну обробку дезінфектантами згідно з вимогами Центру громадського здоров'я МОЗ, що неможливо у випадку старих крісел із пошкодженим покриттям. • Встановлення професійного крісла скорочує час на підготовку пацієнта до огляду на 15-20%, що збільшує пропускну здатність кабінету та дозволяє закладу надавати ширший спектр платних послуг (малі хірургічні втручання). • Інклюзивність Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Установи та з урахуванням вимог законодавства. Додаток 1.
6.	Обґрунтування розмір бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням планової потреби в закупівлі даного виду предмету закупівлі.
7.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгів та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних електронних майданчиках та збору тендерних пропозицій

		потенційних учасників. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована ціна, як середньоарифметичне значення отриманих даних.
--	--	--

Медико-технічні характеристики

Крісло отоларинголога КрО-1 (або еквівалент)

ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби
медичного призначення різні

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 031:2024	Одиниця виміру	Кількість
1	Крісло отоларинголога КрО-1 (або еквівалент)	38447 - Крісло загального огляду електричне	V08020199 - МЕДИЧНІ КРІСЛА З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ	шт.	1

Медико-технічні характеристики
Крісло повинно складатися з основи, секції для сидіння, знімної ножної секції, сходинки, підголівника та двох підлокітників
Регулювання висоти крісла та нахилу спинки крісла за допомогою дротового пульта керування
Можливість розміщення пульта керування як з правої так і з лівої сторони крісла
Металеві поверхні вкриті екологічно чистими полімерними фарбами, стійкими до дезінфікуючих розчинів
Підголівник має бути знімний
Положення підголівника регулюється вперед-назад, вгору-вниз (від 0- 150 мм)
Крісло встановлено на металеву плиту, яка повинна мати ніжки, що регулюються
Габаритні розміри металевієї плити 475x665 мм
Металева плита має бути накрита декоративним захисним кожухом з пластику білого кольору
Крісло повинне встановлюватись в горизонтальне положення за допомогою опускання спинки та приєднання додаткової ножної секції, що поставляється

в комплекті з кріслом
Можливість переведу крісла в позицію операційного столу
Покриття крісла з антибактеріальної штучної шкіри
Оснащено двома електромоторами
Висота крісла регулюється телескопічним підйомником в діапазоні 300мм за допомогою триступеневого безшумного медичного електричного підіймача Linak, виробництва Данії
Електрично регулюємий кут відхилення спинки до 90°
Правий та лівий підлокітники мають бути відкидні, для забезпечення зручності посадки пацієнта на крісло
Габаритні розміри:
Висота крісла 550 - 850 мм (регулюємо)
Ножна секція 500х600 мм
Середня секція 550х480 мм
Секція спини 500х550мм
Ширина крісла разом з підлокітниками 720 мм
Підголівник 200х 200 мм
Максимальне навантаження 120 кг