

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , розмір
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови КМУ № 1266 від 16.12.2020, що вносить зміни до постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів » Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Рівненській області» (код ЄДРПОУ 08733995; адреса: 33028 м.Рівне вул.Хвильового,2А) надає інформацію про процедуру відкритих торгів у порядку визначеному Особливостями

1.	Найменування предмету закупівлі	Реєстратора добової ЕКГ по холтеру TLC 6000 (12 канальний) (або еквівалент)
2.	Вид процедури	відкриті торги у порядку визначеному Особливостями
3.	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-10-09-008565-a
4.	Очікувана вартість предмета закупівлі	115 500 грн з ПДВ 107 943,92 грн без ПДВ
5.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Неасо TLC6000 — це компактний та надійний 12-канальний холтер-монітор для тривалого (24–48 годин) безперервного ЕКГ-моніторингу. Він підходить для використання в клініках, кардіологічних кабінетах та діагностичних центрах, забезпечуючи високоточну реєстрацію ритму серця. Основні можливості: Запис ЕКГ: синхронна реєстрація 12 відведень протягом 48 годин (залежно від батареї). Аналіз сигналів: будь-який із 12 каналів може бути обраний основним для аналізу; точне виявлення QRS-комплексів без спотворень. Шаблони аритмій: вбудовано більше 10 шаблонів (наприклад, передсердні та шлуночкові екстрасистоли, тривалі інтервали, фібриляція передсердь та ін.), а також можливість створення шаблонів користувача. Аналіз фібриляції: автоматичні, сегментні та ручні режими для точної діагностики. Підтримка кардіостимуляторів: можливість розпізнавання стимуляції типів AAI, VVI, DDD та ін. Перегляд ЕКГ: швидке відображення відрізків будь-якої тривалості — 5-хвилинних, вартових або повного за весь період. Варіабельність ЧСС (HRV): аналіз

		коротких (5 хв) та довгих (1 год і більше) інтервалів. Прогностичні функції: аналіз "турбулентності ЧСС" (HRT) - ризик раптової смерті після інфаркту аналіз Т-хвилі (T-Wave alternans) - маркер серцевих аритмій модулі: QTD (QT-дисперсія), VCG (векторкардіограма), VLP (вентрикулярний пізній потенціал), TVCG (тимчасова VCG). Друк звіту: одним натисканням — швидко та зручно. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Установи та з урахуванням вимог законодавства. Додаток 1.
6.	Обґрунтування розмір бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням планової потреби в закупівлі даного виду предмету закупівлі.
7.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгів та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних електронних майданчиках та збору тендерних пропозицій потенційних учасників. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована ціна, як середньоарифметичне значення отриманих даних.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до Реєстратора добової ЕКГ по холтеру TLC 6000 (12 каналний) (або еквівалент)

ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 031:2024	Одиниця виміру	Кількість
1	Реєстратор добової ЕКГ по холтеру TLC6000 (12 каналний) /або еквівалент	35162 — Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіогра фічного моніторингу	Z12050403 — РЕЄСТРАТО РИ ЕКГ ЗА ХОЛТЕРОМ	шт.	2

№	Медико-технічні характеристики	Значення
Технічні характеристики		
1	Одночасна реєстрація 12-х стандартних ЕКГ- відведень.	Наявність
2	Екран для візуалізації поточного стану ЕКГ- відведень, що реєструються	Наявність
3	Можливість відтворення поточного часу реєстрації та статусів запису	Наявність
4	Автоматичне виявлення та класифікація відхилень (аритмій) під час аналізу	Наявність
5	Світловий індикатор у процесі реєстрації	Наявність
6	Безперервний запис, не менше	20 годин
7	Стрибки напруги IEC 61000-4-5	±1 кВ, диференційний режим ±2 кВ, синфазний режим
8	Електростатичний розряд (ESD) IEC 61000-4-2	±6 кВ, контактний ±15 кВ, повітряний
9	Демонстративний режим	Наявність
10	Виведення на екран комбінованих графіків аналізу та графіку (HRV)	Наявність
11	3DF: тривимірний графік частоти	Наявність
12	Автоматичне фільтрування хвиль ЕКГ	Наявність
13	Можливість передавати зареєстровану інформацію на ПК	Наявність
14	Використання фільтра	50Гц
15	Калібрування сегменту ST хвилі ЕКГ	Наявність

16	Пункт Gain (підсилення)	Наявність
17	Перегляд графіка тренду PR за допомогою клавіатури	Наявність
18	Перегляд видалених клінічних випадків	Наявність
19	Кондуктивні радіочастотні завади	150кГц-80МГц1
20	Випромінювані радіочастотні завади	80МГц-2,5ГГц
21	Живлення від лужного акумулятора LR03 типу AAA	Наявність
Вимоги до комплектації:		
	Основний пристрій	Наявність
	Відведення	Наявність
	Електроди	Наявність
	Кабель USB 2/0	Наявність
	Програмне забезпечення	Наявність
	Сумка	Наявність
	Інструкція до використання	Наявність