

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури **11.04.2024** року

Обґрунтування необхідності закупівлі — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 71630000-3: Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з метрологічної повірки (калібрування) та контролю технічних параметрів (перевірки/верифікації) засобів вимірювальної техніки)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі – 120 000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень. 00 коп.)

Термін надання послуг: з дати укладання договору до 25 грудня 2024 року .

Кількість послуг: 146 послуг

Умови: надання послуг здійснюється поетапно, згідно заявок замовника протягом 2 днів з дня отримання письмової заявки замовника по факсу / електронній пошті / нарочно, а в разі термінової потреби, то в день замовлення.

Послуги повинні складатися з метрологічної повірки (калібрування) та контролю технічних параметрів (перевірки/верифікації) засобів вимірювальної техніки і надаватися учасником (виконавцем) з дотриманням діючого законодавства України, в тому числі згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII із змінами.

Якість наданих послуг повинна відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014, Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

Учасник-переможець відповідає за наявність у нього всіх необхідних дозвільних документів, передбачених чинним законодавством України, а також за наявність підтверджуючих документів (паспортів, свідоцтв, сертифікатів) на обладнання, на якому будуть надаватися послуги.

Послуги повинні надаватися кваліфікованими фахівцями/спеціалістами учасника досвідом роботи.

Послуги повинні надаватися на обладнанні виконавця (учасника).

Після проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, учасник повинен надати замовнику «Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки», встановленого зразка з печаткою повірника, та відбитком тавра або пломбіватора повірника.

У разі визнання повірником засобу вимірювальної техніки непридатним до подальшої експлуатації, оформлюється «Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки», встановленого зразка з печаткою повірника та відбитком повірочного тавра.

Калібрування робочих еталонів/засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів повинно відповідати національним стандартам (котрі гармонізовані з відповідними міжнародними та європейськими

стандартами), та документами, прийнятими міжнародними та регіональними організаціями з метрології. Після проведення калібрування робочих еталонів/засобів вимірювальної техніки, учасник повинен надати замовнику «Сертифікат калібрування робочого еталону/засобу вимірювальної техніки».

Перелік обладнання, засобів вимірювальної техніки Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області», що підлягає метрологічній повірці (калібруванню):

№п/п	Назва засобів вимірювальної техніки	Од. виміру	Кількість
1	Дефібрилятор універсальний RSERSESAIS	посл.	1
2	Гирі 4 кл. Г-4.211.10	посл.	1
3	Електрокардіограф БІОМЕД BE-300	посл.	2
4	Електрокардіограф Mindray	посл.	1
5	Електроенцефалограф НейроКом	посл.	1
6	Реоенцефалограф РеоКом	посл.	1
7	Холтер система EKGEC-3H/ABP	посл.	1
8	Дозатори піпеткові «Biohit»	посл.	4
9	Мікродозатор медичний 1 каналний	посл.	1
10	Ультразвукова діагностична система M5 MINDRAY	посл.	1
11	Апарат УЗД ULTIMA PA	посл.	1
12	Апарат УЗД Philips Lumify Ultrasound	посл.	1
13	Апарат УЗД ДС-70 MINDREY	посл.	1
14	Апарат УЗД портативний VSCANAIR	посл.	1
15	Ультразвукова діагностична система IQ+ Ultrasound System Silver	посл.	1
16	Ультразвукова діагностична система Ultrasound System Philips	посл.	1
17	Монітор пацієнта S 16 Philips	посл.	4
18	Фотометр РМ 2111-У	посл.	1
19	Фотометр МБА-540	посл.	1
20	Аналізатор гематологічний Lab Analyt 3000Plus	посл.	1
21	Аналізатор біохімічний Lab Analyt SA	посл.	2
22	Аналізатор біохімічний Huma Star 200	посл.	1
23	Коагулометр Lab Analyt 600	посл.	1
24	Термометри медичні ртутні	посл.	10
25	Вимірювач артеріального тиску ММТ	посл.	10
26	Вимірювач артеріального тиску Gamma	посл.	10
27	Вимірювач артеріального тиску Little Doctor	посл.	10
ВСЬОГО			71

Перелік обладнання, засобів вимірювальної техніки Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області», що підлягає контролю технічних параметрів (перевірки/верифікації):

№ п/п	Назва засобів вимірювальної техніки та обладнання	Од. виміру	ількість
1	Аудиометр діагностичний AD528	посл.	
2	Лінійка скіаскопічна ЛСК 1 (набір)	посл.	
3	Набір пробних окулярних лінз та призм	посл.	2
4	Спирометр Aspel Spiro D200	посл.	1
5	Лампа щілинна Carl Zeiss	посл.	1
6	Лампа щілинна SL-700-5L	посл.	1
7	Лампа щілинна ручна HEINEHSL 150	посл.	1
8	Апарат магнітотерапії Алімп	посл.	1
9	Апарат для фізіотерапії MIT-11	посл.	1
10	Апарат ультразвукової терапії УЗТ-13.01	посл.	1

11	Апарат магнітотерапії Маг	посл.	1
12	Апарат низькочастотної терапії "Ампліпульс"	посл.	2
13	Апарат електротерапії Радіус-01	посл.	1
14	Апарат гальванізації Поток -1	посл.	3
15	Апарат ультразвукової терапії Sonostat	посл.	1
16	Апарат ультразвукової терапії Sonaris M	посл.	1
17	Апарат для фізіотерапії BTL 5825 S Combi	посл.	1
18	Апарат для фізіотерапії BTL 5800 LM2 Combi	посл.	1
19	Електростимулятор Comrex SP 4.0	посл.	1
20	Апарат наркозно дихальний Фаза-8	посл.	1
21	Камера Горяєва 2-х сіткова	посл.	2
22	Гігрометр психрометричний ВИТ-1	посл.	24
23	Гігрометр психрометричний ВИТ-2	посл.	22
24	Секундомір механічний СОС пр	посл.	1
ВСЬОГО			75