

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури **13.08.2024 року**

Обґрунтування необхідності закупівлі — замовник здійснює закупівлю даного виду товару з метою проведення сучасної діагностики захворювання ока, своєчасного та повного відновлення зору пацієнтів.

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 33120000-7: Системи реєстрації (Лампа щілинна офтальмологічна оглядова)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі –170 000,00грн (Сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.).

Медико-технічні вимоги до щілинної лампи (зі столиком, який має електропривод)

№	Найменування	Параметри
Оптична система		
1	Тип мікроскопа	Тип Галілея
2	Збільшення	3-и ступеневе
3	Окуляр	12.5X
4	Загальне збільшення і поле огляду, мм, не менше	10X (Ø 22,3), 16X (Ø14,0), 25X (Ø8,9)
5	Оптична роздільна здатність лп/мм, не менше	200
6	Кут між окулярами	10°
7	Міжзінична відстань, мм (не менше)	52~80
8	Регульована оптична сила окулярів в діоптріях, не менше	Від -8Д до +8Д
Система освітлення та основа щілинної лампи		
9	Ширина щілини, мм (не гірше)	0~14 мм, яка не переривається (щілина стає колом при 14 мм)
10	Висота щілини, мм (не гірше)	1~14 мм, яка не переривається
	Кут щілини	0°~180°
11	Нахил щілини	5°, 10°, 15°, 20°
12	Діаметр світлової плями, мм	Ø14, Ø10, Ø5, Ø3, Ø2, Ø1, Ø0,2
13	Фільтри	теплопоглинальний фільтр, нейтральний фільтр, фільтр без червоного кольору, кобальтовий-синій фільтр, жовтий фільтр
14	Фіксатор погляду	Світлодіод
15	Керування освітленням за допомогою регулятора на основі щілинної лампи	Наявність
16	Освітлювальна лампа, не менше	3В/3Вт, світлодіодний модуль
17	Яскравість	≥150 клк
Джерело живлення		
18	Напруга/частота	100В~240В; 50Гц/60Гц
19	Номінальний струм	1,2А
20	Стандарт електричної безпеки	Відповідає стандарту EN 60601-1-2:2007
21	Вихідна напруга	3В лампа, 15В точка фіксації
22	Стіл приладовий електропідйомний	Наявність

Місце постачання товару: 61001, Харківська обл., місто Харків, пр-т Гагаріна, 19

Термін постачання товару: до 25.12.2024 року