

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури 04.09.2024 року

Обґрунтування необхідності закупівлі — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (Одноканальний хірургічний генератор для герметизації судин за допомогою функції лігування до 7 мм в діаметрі включно в комплекті з одноразовими інструментами (код НК 024:2023: 44776 - Електрохірургічна система)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі – 1 596 500,00 грн (Один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот гривень. 00 коп.). Визначено на підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін на аналогічний товар.

Термін поставки: з дати укладання договору до 25 грудня 2024 року.

Одноканальний хірургічний генератор для герметизації судин за допомогою функції лігування до 7 мм в діаметрі включно в комплекті з одноразовими інструментами – 1 комплект

№ п/п	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код НК 024:2023	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	33161000-6 Електрохірургічні прилади	44776 – Електрохі- рургічна система	Одноканальний хірургічний генератор для герметизації судин за допомогою функції лігування до 7 мм в діаметрі включно в комплекті з одноразовими інструментами	комплект	1

Загальні вимоги:

1. Запропонований товар повинен бути новим, сучасним та надійним, без попередньої експлуатації.
2. Запропонований товар, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
3. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.
4. Гарантійний термін експлуатації (неодноразового товару) повинен становити не менше 12 місяців від дня введення продукції в експлуатацію, та не менше, ніж передбачено нормативно-технічною документацією, протягом яких постачальником безкоштовно проводиться ремонт чи заміна неякісного (несправного) товару.
5. Поставка, інсталяція, пуск та сервісна підтримка в Україні запропонованого обладнання здійснюється самостійно фахівцями/сервісними інженерами Учасника, які мають повноваження їх проводити (пройшов

навчання у виробника), за кошти Учасника за адресою: 61001, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Гагаріна, 19.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Поставка товару повинна здійснюватися Учасником до місць використання товару.

Розвантаження товару за місцем призначення проводиться постачальником.

6. Сервісна підтримка в Україні запропонованого обладнання здійснюється самостійно фахівцем/сервісним інженером, який має повноваження їх проводити (пройшов навчання у виробника).

Вимоги до одноканального хірургічного генератора для герметизації судин за допомогою функції лігування до 7 мм в діаметрі включно в комплекті з одноразовими інструментами:

Характеристики	Значення
<i>Одноканальний хірургічний генератор для герметизації судин за допомогою функції лігування до 7 мм в діаметрі включно в комплекті з одноразовими інструментами:</i>	<i>1 комплект</i>
Одноканальний хірургічний генератор	1 шт.
Можливість підключення ніжного перемикача	Наявність
Одноканальний хірургічний генератор повинен забезпечувати подачу енергії і оптимального тиску до тканин впродовж періоду часу, для досягнення повного і постійного злипання тканин і просвіту судин	Наявність
Наявність виходу для інструментів на передній панелі генератора	Наявність
Генератор повинен автоматично розпізнавати інструменти	Наявність
Генератор повинен мати звукове і оптичне (відповідна зміна кольору дисплея) сповіщення про завершення процесу лігування	Наявність
Одноканальний хірургічний генератор повинен мати систему оповіщення про небезпеку з відповідною зміною забарвлення дисплея і звуковим сигналом	Наявність
Можливість оновлення програмного забезпечення через мережу Інтернет	Наявність
Індикатор стану інструментів	Наявність
Індикатор стану системи	Наявність
Передня панель генератора повинна містити 5 функціональних частин	Наявність
Електрохірургічний генератор повинен проходити самодіагностику і видавати відповідний сигнал по її завершенні	Наявність
Електрохірургічний генератор повинен забезпечити захист від дефібрилятора та захист від проливання рідин	Наявність
Заварюючий режим повинен мати зворотній зв'язок з хірургом (завершений або незавершений цикл лігування)	Наявність
Електролігуючий інструмент для лапароскопічної хірургії	7 шт.
Інструмент для різання/лігування	Наявність
Діаметр штока не більше 5мм, довжина не менше 37см	Наявність
Шток має прокручуватись не менше ніж на 340 градусів	Наявність
Бранші мають бути текстуровані, мати керамічні обмежувачі та покриття для зменшення наліпання тканин;	Наявність
Можливість ручного або педального керування	Наявність
Сумісний з одноканальним хірургічним генератором для герметизації судин	Наявність
Інструмент для електролігування і розділення тканин при відкритих операціях	1 шт.
Стерильний одноразовий електролігуючий інструмент для різання/лігування для відкритої (традиційної) хірургії	Наявність
Загальна довжина інструмента не більше 20см.	Наявність
Діаметр штока 10 мм.	Наявність
Бранші прямі закруглені	Наявність
Шток має прокручуватись не менше ніж на 350 градусів.	Наявність

Можливість ручного або педального керування.	Наявність
Сумісний з одноканальним хірургічним генератором для герметизації судин	Наявність
Інструмент для електролігування і розділення тканин для лапароскопічних операцій, діаметром 10 мм	3 шт.
Стерильний одноразовий електролігуючий інструмент для різання/лігування для лапароскопічної хірургії	Наявність
Загальна довжина інструмента не більше 37см.	Наявність
Діаметр штока 10 мм.	Наявність
Бранші прямі закруглені	Наявність
шток має прокручуватись не менше ніж на 350 градусів.	Наявність
Можливість ручного або педального керування.	Наявність
Сумісний з одноканальним хірургічним генератором для герметизації судин	Наявність
Інструмент для відкритих втручань, для електролігування та розділення тканин	6 шт.
Стерильний одноразовий електролігуючий інструмент для різання/лігування для відкритої хірургії	Наявність
Загальна довжина інструмента не більше 21см	Наявність
Делікатні звужені на кінцях бранші з покриттям для зменшення наліпання тканин	Наявність
можливість ручного або педального керування	Наявність
Сумісний з одноканальним хірургічним генератором для герметизації судин	Наявність
Електролігуючий інструмент для відкритих втручань	3 шт.
Інструмент для різання/лігування	Наявність
Діаметр штока не більше 5мм, довжина не більше 23см	Наявність
Шток має прокручуватись не менше ніж на 340 градусів	Наявність
Бранші мають бути текстуровані, мати керамічні обмежувачі та покриття для зменшення наліпання тканин;	Наявність
Можливість ручного або педального керування	Наявність
Сумісний з одноканальним хірургічним генератором для герметизації судин	Наявність
Інструмент лігуючий стерильний для лапароскопічних операцій з тупокінцевими браншами, одноразовий діаметром 5мм	7 шт.
Інструмент для різання/лігування	Наявність
Діаметр штока не більше 5мм, довжина не менше 37см	Наявність
Шток має прокручуватись не менше ніж на 170 градусів	Наявність
Бранші мають бути тупокінцеві подвійної дії з контурованими кінцями та мати керамічні обмежувачі	Наявність
Можливість ручного або педального керування	Наявність
Сумісний з одноканальним хірургічним генератором для герметизації судин	Наявність
Інструмент для відкритих втручань, вигнутий, подовжений, для електролігування і розділення тканин	4 шт.
Стерильний одноразовий електролігуючий інструмент для різання/лігування для відкритої хірургії	Наявність
Бранші з покриттям для зменшення наліпання тканин вигнуті на 10-15 градусів	Наявність
Шток має прокручуватись не менше ніж на 180 градусів	Наявність
Прямокутний шток довжиною не менше 17см	Наявність
Можливість ручного або педального керування	Наявність