

**Обґрунтування  
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру  
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета  
закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами внесеними  
постановою КМУ від 16.12.2020 №1266)

**1 Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань:** Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області», 43001, м. Луцьк, вул. Державності, 114Б, код за ЄДРПОУ 08734463.

**2 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Код за ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Підвісна система для тренування ходи (38129 - Система підіймання та перенесення пасажира повітряним шляхом); апарат для тривалої пасивної розробки суглобів нижніх кінцівок (36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба)).

**3 Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-09-11-013157-a.

**4 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб установи.

№ п/п	Найменування медичного виробу	НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Од. виміру	Кількість
1.	Підвісна система для тренування ходи	38129 - Система підіймання та перенесення пасажира повітряним шляхом	шт.	1
2.	Апарат для тривалої пасивної розробки суглобів нижніх кінцівок	36313 - Тренажер для тривалого пасивного розроблення тазостегнового/колінного суглоба	шт.	1

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до

законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

**Медико-технічні вимоги**  
**Підвісна система для тренування ходи – 1 шт.**

<b>№ п/п</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Вимоги</b>
1.	Призначення	Піднімання пацієнта з візка, вертикалізація та підтримка при навчанні ходьби
2.	Максимальна вага пацієнта	Не менше 200 кг
3.	Підйомник їздить по рейкам, прикріпленим до стелі	Відповідність
4.	Довжина рейкової системи	Не менше 6 м
5.	Рейки повинні бути виготовлені з алюмінію	Наявність
6.	Підйомник повинен бути укомплектований пультом дистанційного керування	Наявність
7.	Підйомник повинен працювати від акумулятора	Наявність
8.	Індикатор рівня заряду акумулятора	Наявність
9.	Довжина піднімального ремня	Не менше 220 см
10.	Аварійна зупинка	Наявність
11.	Аварійна кнопка спуску	Наявність
12.	Можливість ручного аварійного спуску	Наявність
13.	Слінг для активної реабілітації	Наявність

**Апарат для тривалої пасивної розробки суглобів нижніх кінцівок – 1 шт.**

<b>№ п/п</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Вимоги</b>
1.	Призначення	Пасивна розробка колінного і кульшового суглобів
2.	Зріст пацієнта	Не гірше ніж від 140 до 200 см
3.	Функція повторення межі згинання	Наявність
4.	Функція повторення межі розгинання	Наявність
5.	Функція розминки	Наявність
6.	Пульт керування для зупинки і початку руху	Наявність
7.	Діапазон розгинання/згинання коліна	Не гірше ніж від 0° до 120°
8.	Швидкість	Не гірше ніж від 1 °/с до 3,5 °/с
9.	Можливість налаштувати силу тяги в залежності від ваги пацієнта	Наявність
10.	Максимальна сила тяги при згинанні	Не менше 40 кг

11.	Можливість змінювати встановленні значення без зупинки руху	Наявність
12.	Вага	Не більше 10 кг

**5 Розмір бюджетного призначення:** 584100,00 грн. (П'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто гривень 00 копійок) з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі затвердженого кошторису витрат установи та розрахунків до нього на 2024 рік, та річного плану закупівель на 2024 рік.

**6 Очікувана вартість предмета закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 584100,00 грн. (П'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалось за результатами проведення моніторингу цін, шляхом збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, на підставі ринкових консультацій з метою аналізу ринку. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до "Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.