

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (ELS 200мл шприц колба МУ; ES 224/200 Лінія пацієнта; MRS 222 MR-система шлангова; Міні-спайк зелений МУ)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-02-009650-a

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначається згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВ 1001050 та розподілу видатків відповідно Довідки про зміни до кошторису на 2024 рік № 7878 від 01.08.2024 р.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначеним в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято отримані комерційні пропозиції постачальників медичних виробів (в прикріплених файлах). Очікувана ціна за одиницю товару (середня ціна) визначалася як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 442 502,00 грн. (чотириста сорок дві тисячі п'ятсот дві грн, 00 коп.) з ПДВ.

№ з/п	Назва медичних виробів	Комерційні пропозиції			Середня ціна	Необхідна к-сть	Очікувана вартість
		ФОП Клименко О.В.	ТОВ "Епікріз УА"	ТОВ "ВІВАТЕК"			
1	ELS 200мл шприц-колба МУ	1050	1050	1040	1046,67	300	314 001,00
2	Лінія пацієнта 200 см	130	130	120	126,67	150	19 000,50
3	Міні спайк зелений МУ	150	150	150	150,00	3	450,00
4	MRS 222 MR-система шлангова	729	730	722	727,00	150	109 050,00
Разом:							442 501,50

* очікувана вартість заокруглюється до цілого числа

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням стандартів у сфері охорони здоров'я.


Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні. Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753/ 754. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація про відповідність/Сертифікат відповідності). Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партиями) за накладними, на основі заявок. Кожна партия Товару обов'язково повинна супроводжуватися такими документами:

- інструкцією по використанню державною мовою;
- копією сертифіката якості партії (серії) або інших документів, передбачених чинним законодавством на поставлений товар. Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80 % від передбаченого виробником.

При визначенні характеристик предмету закупівлі було враховано гарантійні умови на експлуатацію комп'ютерного томографу з ін'єкторною системою Accutron CT-D, а саме: необхідність оригінальних витратних матеріалів сумісних з наявною ін'єкторною системою. Більш детальні характеристики предмету закупівлі наведено в таблиці.

Найменування	Медико технічні характеристики
ELS 200мл шприц колба MU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виріб повинен бути призначений для ін'єкторів Accutron 2. Повинен витримувати тиск не менше 21 бар/ 305 psi 3. Використання- протягом 8 годин 4. Залишковий об'єм шприца не більше 1.5 мл 5. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 6. Країна виробництва – країни ЄС
ES 224/200 Лінія пацієнта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виріб повинен бути призначений для ін'єкторів Accutron 2. Лінія повинна витримувати тиск не менше 21 бар/ 305 psi 3. Використання – одноразове 4. Об'єм заповнення не більше 3,6 мл 5. Довжина лінії не менше 200 см 6. Внутрішній діаметр лінії не більше 1.5 мм 7. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 8. Країна виробництва – країни ЄС
MRS 222 MR-система шлангова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система повинна бути призначена для ін'єкторів Accutron для контрастного підсилення під час КТ 2. Лінія повинна витримувати тиск не менше 21 бар/ 305 psi 3. Використання – багаторазове, протягом 8 годин 4. Об'єм заповнення лінії на стороні тиску не більше 0.7 мл для КР 5. Об'єм заповнення лінії на стороні тиску не більше 1.7 мл для NaCl 6. Об'єм заповнення на стороні втягування не більше 15.8 мл для КР включно з крапельницею 7. Об'єм заповнення на стороні втягування не більше 15.8 мл для NaCl включно з крапельницею 8. Об'єм заповнення крапельниць 10 мл кожна 9. Довжина лінії сторони тиску не більше 26 см для КР 10. Довжина лінії сторони тиску не більше 46 см для NaCl 11. Довжина лінії сторони втягування не більше 100 см для КР 12. Довжина лінії сторони втягування не більше 100 см для NaCl 13. Внутрішній діаметр лінії сторони тиску не більше 2 мм 14. Внутрішній діаметр лінії сторони втягування не більше 2.7 мм 15. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 16. Країна виробництва – країни ЄС
Міні-спайк зелений MU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виріб повинен бути призначений для ін'єкторів Accutron 2. Використання – багаторазове, до 8 годин 3. Об'єм заповнення не більше 0.2 мл 4. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 5. Країна виробництва – країни ЄС

Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»



 підпис

Галина ШЕВЧЕНКО

Уповноваженій особі з закупівель
ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВ.ОБЛ."

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 488

Код НК 024-2023	Найменування	Сума, грн
47259 - Шприц для системи ін'єкції контрастної речовини	ELS 200мл шприц колба MU	1050
44685 - Сполучна трубка для введення рентгенконтрастної речовини	ES 224/200 Лінія пацієнта	130
44685 - Сполучна трубка для введення рентгенконтрастної речовини	MRS 222 MR-система шлангова	729
44685 - Сполучна трубка для введення рентгенконтрастної речовини	Міні-спайк зелений MU	150

- Призначений для ін'єкторів серії Accutron виробництва MEDTRON AG
- Використання багаторазове та одноразове
- Виріб упакований виробником в стерильну упаковку
- Країна виробництва – Німеччина

Товар зареєстрований відповідно до чинного законодавства та має всі дозвільні документи

ФОП Клименко Олександр Валентинович має досвід участі у тендерах та виконання зобов'язань згідно умов договору закупівлі аналогічного товару, і гарантує вчасну поставку товару згідно умов договору.

Просимо розглянути комерційну пропозицію та врахувати технічні характеристики пропонованого товару при формуванні тендерної документації. Будемо раді прийняти участь у закупівлі.

З повагою та побажанням ефективного співробітництва

Клименко Олександр
тел. (093)774-44-56



Комерційна пропозиція

Шприц колба високого тиску набір СТ-200-AK (MD) для MDTRON Accutron

Код: СТ-200-MD

Опис

ELS 200мл шприц колба MU	1050 грн
ES 224/200 Лінія пацієнта	130 грн
MRS 222 MR-система шлангова	730 грн
Міні-спайк зелений MU	150 грн

Сумісний з інжектором:
- MEDTRON Accutron

Вих. № : 277 від 01.08.2024 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ«ВІВАТЕК», професійний постачальник медичного обладнання та офіційний дистриб'ютор MEDTRON AG в Україні, висловлює свою повагу та пропонує:

Найменування згідно Декларації про відповідність	Код НК 024-2023	Вигляд	Використання	Вартість одиниці, грн з ПДВ
ELS 200мл шприц-колба MU Артикул 314626-100	47258 - Набір для подання розчину для системи ін'єкції контрастної речовини		До 8 годин	1040
ES 224/200 лінія пацієнта Артикул 318199-100	44685 - Сполучна трубка для введення рентгенконтрастної речовини		одноразове	120
Міні-спайк зелений MU Артикул 319099-100	44685 - Сполучна трубка для введення рентгенконтрастної речовини		До 8 годин	150
MRS 222 MR-система шлангова Артикул 314100-100	44685 - Сполучна трубка для введення рентгенконтрастної речовини		До 8 годин	722

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ES 224/200 лінія пацієнта

- Виріб призначений для ін'єкторів Accutron
- Максимальний робочий тиск - 21 бар (305 psi)
- Використання – одноразове
- Об'єм заповнення - 3.6 мл
- Довжина лінії - 200 см
- Внутрішній діаметр лінії - 1.5 мм
- Виріб упакований виробником в стерильну упаковку
- Вироблено в ЄС (Німеччина)

MRS 222 MR- система шлангова

- Система призначена для ін'єкторів Accutron
- Максимальний робочий тиск - 21 бар (305 psi)
- Використання – багаторазове, протягом 8 годин
- Об'єм заповнення лінії на стороні тиску не більше 0.7 мл для КР
- Об'єм заповнення лінії на стороні тиску не більше 1.7 мл для NaCl
- Об'єм заповнення на стороні втягування не більше 15.8 мл для КР включно з крапельницею
- Об'єм заповнення на стороні втягування не більше 15.8 мл для NaCl включно з крапельницею
- Об'єм заповнення крапельниць 10 мл кожна
- Довжина лінії сторони тиску не більше 26 см для КР
- Довжина лінії сторони тиску не більше 46 см для NaCl
- Довжина лінії сторони втягування не більше 100 см для КР
- Довжина лінії сторони втягування не більше 100 см для NaCl
- Внутрішній діаметр лінії сторони тиску не більше 2 мм
- Внутрішній діаметр лінії сторони втягування не більше 2.7 мм
- Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку
- Вироблено в ЄС (Німеччина)

ELS 200мл шприц-колба MU

- Шприц-колба призначена для ін'єкторів Accutron
- Максимальний робочий тиск - 21 бар (305 psi)
- Використання – багаторазове, протягом 8 годин
- Залишковий об'єм шприца - 1.5 мл
- Виріб упакований виробником в стерильну упаковку
- Вироблено в ЄС (Німеччина)

Міні-спайк зелений MU

- Виріб призначений для ін'єкторів Accutron
- Максимальний робочий тиск - 21 бар (305 psi)
- Використання – багаторазове, протягом 8 годин
- Об'єм заповнення – 0,2 мл
- Виріб упакований виробником в стерильну упаковку
- Вироблено в ЄС (Німеччина)

Умови оплати: післяплата

Термін поставки: до 2 днів після отримання письмового замовлення та за попереднім погодженням кількості та номенклатури товарів

Термін придатності: до 2027 року

- Товар сумісний з ін'єкторами MEDTRON AG (Німеччина)
- Товар має декларацію про відповідність згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів №753
- Товар має Сертифікат оцінювання відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів №753

ТОВ «VIVATEK» має в своєму штаті сертифікованого інженера, який проходив програму навчання роботі з обладнанням та витратними матеріалами MEDTRON AG.

Ми будемо раді обговорити з Вами деталі специфікації, щоб сформувати варіант, що найбільше задовольнить Ваші потреби, можливості та побажання.

З повагою та побажанням ефективного співробітництва

Міненко Сергій
Керівник напрямку MEDTRON
тел. (067)816-64-76