

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Нейтральний електрод, 90 см² (Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-29-009648-a

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначався згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВ 1001050 та розподілу видатків відповідно Кошторису на 2024 рік., доведеного плану асигнувань та довідки про зміни до кошторису на 2024 рік № 7878 від 01.08.2024 р.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначеним в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято інформацію про ціни медичних виробів, що міститься в електронній системі закупівель "Prozorro". Дані було взято за допомогою публічного модулю аналітики ВІ Prozorro (додається). Очікувана ціна за одиницю товару (середня ціна) визначалася як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Таким чином, очікувана вартість закупівлі за 100 електродів складає 10 214,00 грн. (десять тисяч двісті чотирнадцять грн, 00 коп.) з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням вимог у сфері охорони здоров'я.

Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація про відповідність/Сертифікат відповідності). Медичні вироби повинні мати маркування на етикетці та інструкцію для застосування. Нейтральний електрод, 90 см² має бути: одноразовий; універсальний; без кабелю; мати площу 90см²; мати пінну підкладку для хорошої фіксації; мати захист від рідин; мати клейку рамку та кільце безпеки.

Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»


підпис

Галина ШЕВЧЕНКО

Дані по моніторингу цін з публічного модулю аналітики ВІ Prozorro

Ідентифікатор лота	Лот	Ціна за 1-цю	Очікувана вартість	...	Організатор	Постачальники	Примітка
UA-2024-01-29-011502-a	Код ДК 021:2015-33160000-9 Устаткування для операційних блоків(Нейтральний електрод, 90 см.кв. складений)	132	99 000,00	Лот	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 13821460	МОЗДІР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 2729517559	береться до розрахунку
UA-2023-12-05-006192-a	Код ДК 021:2015-33160000-9 Устаткування для операційних блоків(Нейтральний електрод, 90 см.кв. складений)	132,58	13 258,00	Лот	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 13821460	МОЗДІР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 2729517559	береться до розрахунку
UA-2023-08-29-001180-a	Код ДК 021:2015-33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Нейтральний електрод, 90 см.кв. складений (код НК 024:2023-58494 Електрод поворотний електрохірургічний, одноразового використання, нестерильний))	123,91	13 258,37	Лот	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 13821460	ТОВ "ФОРТМЕДИКА" 37405200	береться до розрахунку
UA-2023-08-10-000164-a	код ДК 021:2015 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків код НК 024:2023 - 58494 Електрод поворотний електрохірургічний, одноразового використання, нестерильний (Нейтральний електрод)	79	160 000,00	Лот	Комунальне підприємство "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" 01982985	ТОВ "ЕМ ТІ ДЖІ" 44897785	береться до розрахунку
UA-2023-03-03-007158-a	33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Нейтральний електрод, 90 см кв, складений)	75,007	28 502,66	Лот	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 14233274	ТОВ Сівер-МЕД 35194534	береться до розрахунку
UA-2023-02-08-001052-a	33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Нейтральний електрод, 90 см кв., складений)	97	1 940,00	Лот	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 14233274	ФОП Кудряшов Анатолій Анатолійович 3220913092	береться до розрахунку
UA-2024-04-01-001543-a	Нейтральний електрод, 90 см2 (Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)	75,5	42 632,00	Лот	Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області" 08734598	ФОП Безручко Ігор Валентинович 2870208016	береться до розрахунку

Середня ціна за даними моніторингу складає 102,14 грн

