

Начальнику ДУ «ТМО МВС України по
Чернігів. обл.» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

Доповідна записка

Про необхідність придбання пакувальної
машини для поліклініки
ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»

Прошу Вашого дозволу на закупівлю пакувальної машини для термопакування стоматологічного інструментарію, що пройшов передстерилізаційне очищення, та тривалого зберігання після стерилізації, яка забезпечує економію електроенергії та дозволяє використання стерильного інструментарію поза межами лікувальної установи в період воєнного стану. Код ДК 021:2015-42920000-1: Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання (42921320-7).

Сестра медична
старша поліклініки

Олена МИХАЙЛІЧЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-526 від 19.09.2024 (5676)


Підписав: Михайліченко Олена Юріївна

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000B47C240128877604

Дійсний: з 05.10.2023 06:18:18 по 04.10.2024 20:59:59

Фізична особа – підприємець
«Безручко Ігор Валентинович»

Код ІПН: 2870208016
вул. Глібова, 54, Чернігів, Чернігівська
обл., Україна, 14021
bezruchkoigor@gmail.com
Тел. +380637204479



Фізична особа – підприємець
«Безручко Ігор Валентинович»

Код ІПН: 2870208016
UA 383808050000000002600140624
МФО 380805
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ
Серія В00 № 512871 від 04.06.98р.

Вих № 277/09 від 17.09.2024р.

Уповноваженій особі
Державна установа «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по
Чернігівській області»

Комерційна пропозиція

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	К-ть	Ціна за шт., без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	MELAseal 200 пакувальна машина (ME10120)	шт	1	77 904,00	77 904,00

Всього найменувань 1, на суму 77 904,00 грн.

Фізична особа – підприємець



Безручко Ігор Валентинович

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»
Вх. № 544
« 17 » 09 2024 р.
Кількість арк. _____
Осн. док. « » Дод. « »

ФОП Марченко Федір Володимирович
ПІН 3229903418, тел. (0462) 973-215
UA773510050000026006878804000 в АТ"УКРСИББАНК",
м. Київ МФО 351005
Адреса: 17024, Козелецький р-н, смт. Десна, вул. Довженка, 44, корп. А, 68



№ 193/09-24 від 17.09.2024 р

Комерційна пропозиція на постачання товару

№	Торгівельна назва	Одиниця виміру	К-сть	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна вартість без ПДВ, грн.
1.	MELaseal 200 пакувальна машина	шт.	1	78 202,20	78 202,20
Всього:					78 202,20

ФОП Марченко Ф.В.



Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»
Вх. № 545
« 17 » 09 2024р.
Кількість арк. _____
Осн. док. « _____ » Дод. « _____ »

Фізична особа-підприємець «Кудряшов Анатолій Володимирович»
ПІН 1927503573 тел. (068) 758-59-66
Р/р UA183005280000026008455029339 в АТ "ОТП БАНК", м. Київ МФО 300528
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 14000, м. Чернігів, Проспект Миру, 12, 114


Вих. № 226 від 17.09.2024 р.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

Комерційна пропозиція

Фізична особа-підприємець «Кудряшов Анатолій Володимирович», як надійний постачальник медичного обладнання та виробів медичного призначення, пропонує до розгляду комерційну наступну комерційну пропозицію:


Пакувальна машина MELAseal 200



Новий валідуючий апарат для термосварки прутком MELAseal 200 поєднує в собі доведені переваги успішної серії MELAseal 100+ з характеристиками більш габаритних зварювальних машин роликів типу.

Переваги

- ❖ Відповідає вимогам стандарту EN ISO 11607-2.
- ❖ Апарат готовий до роботи всього через 90 секунд короткого циклу попереднього нагрівання.
- ❖ Час зварювання становить до двох секунд.
- ❖ Зварювання упаковки може проводитися послідовно без перерви.
- ❖ Широкий дисплей і два інтегровані USB-інтерфейси роблять пристрій неймовірно простим у використанні.
- ❖ 4 сенсорних клавіш, інтегроване адміністрування користувачів, лічильник технічного обслуговування і прямий ПК-зв'язок з процесом реєстрації і зварювання.
- ❖ В комплекті з роликівим тримачем Comfort.



Технічні характеристики

Тип пристрою	Механічна пакувальна машинка
Валідуєма	Так
Інтерфейс виведення звітів	Два USB-порти
Габаритні розміри пристрою (Ш x Г x В)	41,5 x 24 x 15 см
Вага	5,4 кг
Підключення до електромережі	230 В / 50/60 Гц

Ціна за 1 шт: 77 200,00 грн. (Сімдесят сім тисяч двісті гривень 00 копійок) без ПДВ.

ФОП Кудряшов А.В.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»
Вх. № 546
« 17 » 09 2024 р.
Кількість арк. _____
Осн. док. « » Дод. « »



ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Пакувальна машина (пристрій для термопакування) (код за ЕЗС ДК 021:2015: 42920000-1: Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання) (42921320-7))

№	Найменування предмету закупівлі або еквівалент	Одиниця виміру	Кількість
1.	Пакувальна машина (пристрій для термопакування)	шт.	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій з оригіналів документів або завірених Учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. Рік випуску – не раніше 2023 року.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний строк експлуатації запропонованого Учасником товару становить не менше 12 місяців та рік випуску не раніше 2023.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

6. З метою запобігання поставки Замовнику фальсифікованого товару, Учаснику необхідно надати копію оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) у сканованому вигляді, яким підтверджується можливість поставки товару цієї закупівлі (яка повинна містити повну назву Замовника, номер оголошення цих торгів, перелік продукції, постачання якої гарантується виробником), та обов'язковий

гарантійний та післягарантійний ремонт. Переможець при заключенні Договору повинен надати оригінал цього гарантійного листа виробника.

Технічні вимоги:

<i>№ п/п</i>	<i>Найменування технічних вимог</i>	<i>Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника</i>
<i>1.</i>	Пристрій призначений для використання в клініках, лікарських кабінетах тощо для стерильного термопакування інструментів в стерильну упаковку	
<i>1.1.</i>	Тривалість запаювання не більше 4 сек	
<i>1.2.</i>	Ширина шва зварювання, не менше 10 мм	
<i>1.3.</i>	Діапазон температур ущільнення 100 - 210 ° С	
<i>1.4.</i>	Зовнішні розміри пристрою не більше 415 x 240 x 150 мм	
<i>1.5.</i>	Вага пристрою не більше 6 кг	
<i>1.6.</i>	Вбудований різак (відрізний ніж), наявність	
<i>1.7.</i>	Максимальна довжина герметичного шва, не більше 275 мм	
<i>1.8.</i>	Пакувальна машина повинна мати USB-порт, наявність	
<i>1.9.</i>	Функція контролю герметичності шва, наявність	
<i>1.10</i>	Контроль температури, тиску і тривалості зварювання	
<i>1.11</i>	Споживана потужність: не більше 300 Вт	
<i>1.12</i>	Електроживлення: 220-240 В 50/60 Гц	

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «*або еквівалент*».

Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис
уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою (за наявністю).*