

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Лезо до шейвера (ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків; НК 024:2023: 41499 - Лезо артроскопічної шейверної системи, одноразового використання)

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-10-24-002220-a

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення визначається згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВ 1001050 та розподілу видатків відповідно Кошторису на 2024 рік.

### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначеним в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято отримані комерційні пропозиції постачальників медичних виробів (в прикріплених файлах). Очікувана ціна за одиницю товару (середня ціна) визначалася як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 38153,00 грн. (тридцять вісім тисяч сто п'ятдесят три грн., 00 коп.) з ПДВ.

№ з/п	Назва медичних виробів	Комерційні пропозиції			Середня ціна за поданими пропозиціями	Необхідна к-сть	Очікувана вартість
		ФОП Білов С.О.	ФОП Напалько А.В.	ТОВ "Сівер-МЕД"			
1	Лезо до шейвера під патрон баракуда, діаметром 4,5мм, довжиною не менше 120мм	6390,00	6420,00	6266,40	6358,80	6	38152,8
<b>Разом:</b>							<b>38152,80</b>

\* очікувана вартість заокруглюється до цілого числа

### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням стандартів у сфері охорони здоров'я.

Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні. Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація про відповідність/Сертифікат відповідності). Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партіями) за накладними, на основі заявок. Кожна партія Товару обов'язково повинна супроводжуватися копією сертифіката якості партії

(серії)/ декларації про відповідність або інших документів, передбачених чинним законодавством на поставлений товар. Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80 % від передбаченого виробником.

Лезо до шейвера під патрон баракуда. Діаметром 4,5мм, довжиною не менше 120мм. Для агресивних процедур, для видалення значних ділянок тканин, фаст кат. Лезо до шейвера повинно бути сумісним з (підходити до) шейверною системою Vimex 8100.

**Уповноважена особа, фахівець з  
публічних закупівель ДУ «ТМО  
МВС України по Чернігів. обл.»**



\_\_\_\_\_

підпис

**Галина ШЕВЧЕНКО**

вих. № 1601/10-24  
від 22.10.2024 р.

м. Чернігів

Уповноваженій особі  
Державна установа  
«Територіальне медичне об'єднання  
Міністерства внутрішніх справ України  
по Чернігівській області»

### Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер-МЕД», надає наступну комерційну пропозицію:

#### Лезо шейвера, Fast Cut, 4,5 мм, 130 мм, одноразове



Лезо Fast Cut являє собою універсальне лезо для агресивних процедур, яке ідеально підходить для видалення значних ділянок тканин, забезпечуючи більший контроль, точність і знижений знос.

- Сучасна технологія
- Постійно чисті та гострі
- Розмір та типи для найбільш поширених процедур на колінах та плечах
- Преміум-якість
- Надійність

Виробництво: Vimex (Польща)

Ціна за 1 шт з ПДВ: 6 266,40 грн. (Шість тисяч двісті шістьдесят шість гривень 40 копійок).

Всього за 6 шт з ПДВ: 37 598,40 грн. (Тридцять сім тисяч п'ятсот дев'яносто вісім гривень 40 копійок).

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



О.І. Клименко

**Фізична особа - підприємець «Напалько Андрій Васильович»**

ЄДРПОУ 2884902554

Р/р UA523005280000026001455073100 в АТ "ОТП БАНК", м. Київ

ПІН 2884902554

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 14005, м. Чернігів, вул. Шевчука, буд. 8, кв. 85

тел. (093) 058-65-94

№ 118 від 22.10.2024

Уповноваженій особі  
ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»

**Комерційна пропозиція**

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	Лезо шейвера, фаст кат (4.5 мм / 130 мм)	6	6 420,00	38 520,00

Всього: 38 520,00 грн без ПДВ. Неплатник ПДВ.

ФОП «Напалько А.В.»



**ФОП «Білов Сергій Олегович»**

ЄДРПОУ 2190320639

Р/р UA673510050000026007237859800 в АТ"УКРСИББАНК", м. Київ

ПІН 2190320639

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

тел. (063) 10-71-629

Адреса: 14033, м. Чернігів, пр. Миру, 157-Б, 59

№ 316/10 від 22.10.2024 р.

Уповноваженій особі  
Державна установа «Територіальне медичне об'єднання  
Міністерства внутрішніх справ України  
по Чернігівській області»

**Комерційна пропозиція**

Фізична особа-підприємець «Білов Сергій Олегович», надає комерційну пропозицію для розгляду.

№	Найменування товару	Фото	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1.	VFCB-45P Лезо шейвера, Fast Cut, 4.5 мм / 130 мм (одноразове)		шт	6	6 390,00	38 340,00
<b>Всього:</b>						<b>38 340,00</b>

ФОП «Білов С.О.»

