

Заступнику начальника установи з
медичних питань - лікарю
Наталії РАХІНСЬКІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

**Про закупівлю робочої станції для
отоларингологічних втручань та досліджень**

До ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.» часто звертаються пацієнти з отоларингологічною патологією, зокрема – учасники війни з пораненнями кісток обличчя, носової переділки, пошкодженням барабанної перетинки та ін. Пацієнти, які отримали необхідну стаціонарну допомогу в умовах хірургічного відділення, потребують продовження лікування в амбулаторних умовах. Тому наявність робочої станції для отоларингологічних втручань та досліджень в отоларингологічному кабінеті поліклініки дозволить продовжити лікування пацієнтів в повному обсязі амбулаторно, що в свою чергу зменшить терміни перебування їх в стаціонарі.

За допомогою цього обладнання лікар зможе проводити максимально точну та розширену діагностику отоларингологічних захворювань з постановкою вірного діагнозу та проводити відповідні лікувальні процедури якісно та максимально результативно для пацієнта.

Зручність даного обладнання полягає в тому, що у лікаря є все необхідне в одному місці: розчини для анестезії слизової оболонки, функціонал для зняття набряку слизових, зрошування слизової через подачу лікарських речовин, туалет вуха, промивання мигдаликів, проведення ендоскопічного огляду ЛОР-органів тощо.

Враховуючі все вищеперераховане, прошу закупити робочу станцію для отоларингологічних втручань та досліджень (код за ЕЗС ДК 021:2015:33160000-9; код за НК 024:2019:11585) для отоларингологічного кабінету поліклініки установи.

Начальник поліклініки - лікар

Галина МИРОНЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-594 від 22.10.2024 (6223)

Підписав: Мироненко Галина Володимирівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000002AA5300094C7C800


Дійсний: з 05.12.2023 02:59:43 по 03.12.2024 02:59:43

MEDFLY

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ЛОР-комбайн преміум класу OPTOMIS

ЛОР-комбайн OPTIMUS ELITE (Іспанія)




- Вбудований аспіратор;
- Система подачі води та повітря;
- Інтегрований контейнер для сміття;
- Тримачі для мікроскопа та монітора на робочій поверхні комбайна, а також полиці для відеосистем та джерела світла, що оптимізують використання робочого простору;
- 6 висувних ящиків для систематизованого зберігання інструментів;
- 7 робочих зон (два розкладні бокові столики, основна робоча поверхня та 4 полиці);
- Набір органайзерів-нагрівачів (37°C) для 11-ти куткових ЛОР-дзеркал, жорстких і гнучких ендоскопів;
- Органайзери для інструментів у висувних ящиках;
- Органайзер для вушних воронок;
- Органайзер для дрібних інструментів.

ТОВ «МЕДФЛАЙ»
код 44828784
Україна, 03061, м.Київ,
вул.Шепелєва Миколи,
буд. 6, прим.105, оф.1

MEDFLAY


ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Комплектація:




24-дюймовий Full HD монітор

Роздільна здатність: 1920x1080
Кути огляду: 170° зверху/знизу, 160° з боків
Порти підключення: HDMI, Composite video, DVI, VGA, SDI



Ендоскопічна камера AGM-HD1

Функції фото- та відеофіксації зображень
Роздільна здатність Full HD: 1920x1080, 60 кадрів/с
Баланс білого: ручний або автоматичний
Порти виходу: CVBS, DVI-D, VGA, NETWORK, HDMI, HD-SDI



Джерело світла AGS 210

Потужність: 100 Вт
Колірна температура: 5700K
Термін служби світлодіодів: ≥20 000 годин
Індекс передачі кольору (Ra): ≥92
Дисплей: 5 дюймів
Функція запису робочого часу

Вартість ЛОР комбайну з ендоскопічною відеосистемою: 1 450 000,00 грн

З повагою, ТОВ МЕДФЛАЙ





Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»		
Вх. №	576	
18	10	2024 р.
Кількість арк.		
Осн. док. «	»	Дод. «

ТОВ «МЕДФЛАЙ»
код 44828784
Україна, 03061, м.Київ,
вул.Шепелева Миколи,
буд. 6, прим.105, оф.1



Цінова пропозиція

ЛОР-комбайн преміум класу

ОРТОМІС - Optimus Elite (Іспанія)





- Практичний та елегантний спосіб оптимізувати робоче місце;
- Наявність аспірації;
- Наявність системи подачі води та повітря;
- Вбудований контейнер для сміття;
- Кріплення для мікроскопу та монітору на робочій поверхні комбайну, полицки для відеосистеми та джерела світла, що максимально заощаджує робочий простір;
- 6 ящиків для системного зберігання інструменту;
- 7 зон для роботи (два бокових столика, що розкладаються, робоча поверхня та 4 полицки);
- Комплект органайзерів-підігрівачів (37°C) для; 11-ти кутових ЛОР-дзеркал, жорстких та гнучких ендоскопів;
- Органайзери інструменту в висувних ящиках;
- Органайзер ушної воронки;
- Органайзер для дрібних інструментів.




Фізична особа-підприємець Сахно Ярослав Андрійович
п/р UA03 334851 0000000026001208195 у банку АТ "ПУМБ", МФО 334851,
04211, Україна, м.Київ, вул.Приозерна, будинок № 4А, квартира 22

Цінова пропозиція




ЛОР-комбайн преміум класу
ОПТОМІС - Optimus Elite (Іспанія)



- Практичний та елегантний спосіб оптимізувати робоче місце;
- Наявність аспіратора;
- Наявність системи подачі води та повітря;
- Вбудований контейнер для сміття;
- Кріплення для мікроскопу та монітору на робочій поверхні комбайну, полички для відеосистеми та джерела світла, що максимально заощаджує робочий простір;
- 6 ящиків для системного зберігання інструменту;
- 7 зон для роботи (два бокових столика, що розкладаються, робоча поверхня та 4 полички);
- Комплект органайзерів-підігрівачів (37°C) для; 11-ти кутових ЛОР-дзеркал, жорстких та гнучких ендоскопів;
- Органайзери інструменту в висувних ящиках;
- Органайзер ушної воронки;
- Органайзер для дрібних інструментів.



Фізична особа-підприємець Сахно Ярослав Андрійович
п/р UA03 334851 000000026001208195 у банку АТ "ПУМБ", МФО 334851,
04211, Україна, м.Київ, вул.Приозерна, будинок № 4А, квартира 22

	<p>Full HD монітор 24 дюйми Роздільна здатність: 1920x1080; Частота оновлення: 60Hz; Яскравість: 250 кд/м² LCD екран медичного призначення: 24" дюйми; Кут огляду: зверху/знизу 170°, з боків 160° Наявні порти підключення: HDMI, Composite video, DVI, VGA, SDI; Час відгуку: 5мс Глибина кольору 16.7 млн.</p>
	<p>Ендоскопічна камера AGM-HD1 Фото та відеофіксація зображення Роздільна здатність Full Hd: 1920*1080, 60 к /с Баланс білого: ручний / авто Виходи: CVBS / DVI-D / VGA / NETWORK / HDMI / HD-SDI Водонепроникна, дезинфікуюча головка камери з двома клавішами управління</p>
	<p>Джерело світла AGS 210 Потужність: 100Вт Колірна температура: 5700К Дисплей: 5 дюймів Запис робочого часу Термін служби LED: ≥20 000 годин Індекс кольору: Ra≥92</p>

Вартість ЛОР комбайну з ендоскопічною відеосистемою: 1 485 000,00 грн

З повагою, ФОП Сахно



Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»
Вх. № 578
« 18 » 10 2024 р.
Кількість арк. _____
Осн. док. « _____ » Дод. « _____ »


Фізична особа-підприємець
Скібінська Катерина Вячеславівна
03067, м.Київ, вул. Гарматна, буд. 37А, кв 140
р/р№UA673348510000000026004189017
в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
РНОКПП 3587806002

Комерційна пропозиція

ЛОР КОМБАЙН


ОРТОМІС OPTIMUS ELITE

- Наявність аспіратора
- Вбудований контейнер для сміття
- Практичний спосіб організувати робоче місце
- Наявність системи подачі води
- 7 зон для роботи, включає: два бокових столика, робоча поверхня та 4 полицки
- Ящики для системного зберігання інструменту – 6 шт
- Комплект органайзерів-підігрівачів (37°C)
- Тримач жорстких та гнучких ендоскопів
- Кріплення для мікроскопу та монітору на робочій поверхні комбайну, полицки для відеосистеми та джерела світла
- Органайзер для дрібних інструментів та вушної воронки
- Органайзери інструменту в висувних ящиках




Монітор 24 дюйми

- роздільна здатність 1920X1080
- яскравість: 250 кд/м²
- порти підключення - HDMI, Composite video, DVI, VGA, SDI
- частота оновлення: 60Hz




Камера ендоскопічна 1920x1080.

- CVBS / DVI-D / VGA / NETWORK /HDMI / HD-SDI
- баланс білого: ручний / авто
- дві клавіші управління
- водонепроникна



Джерело світла

- Термін служби LED: ≥20 000 годин
- Індекс кольору: Ra≥92



- Дисплей 5 дюймів
- Потужність: 100Вт
- Колірна температура: 5700К

*Гарантійний термін на обладнання складає – 12 місяців.

Вартість:, 1 510 000 грн

з ПОВАГОЮ, ФОП Скібінська К.В.



Державне установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»		
Вх. №	577	
« 18 »	10	2024 р.
Кількість арк.		
Осн. док. «	»	Дод. «

Додаток 2 до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Робоча станція для отоларингологічних втручань та досліджень (код за ЕЗС ДК
021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків) (код за НК
024:2023:11585 Система для ЛОР- огляду/терапевтичних процедур))**

№	Найменування предмету закупівлі або еквівалент	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Одиниця виміру	Кількість
1.	Робоча станція для отоларингологічних втручань та досліджень	11585 Система для ЛОР-огляду/терапевтичних процедур	шт.	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або витяг з сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимог технічного регламенту.

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження офіційно підтверджені та поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у зазначеній кількості та зазначених термінах постачання з наданням документів, які підтверджують взаємовідносини між представником, дилером, дистриб'ютором та виробником.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

5. Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про сервісне обслуговування запропонованого Товару.

6. На підтвердження відповідності системи управління якістю, у складі тендерної пропозиції.

Учасник повинен надати власний сертифікат відповідності ДСТУ EN ISO 9001:2015.

7. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

8. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

Медико-технічні вимоги:

№	Медико-технічна вимога Замовника	Відповідність ТАК/НІ	Посилання на сторінку технічної документації
I	Характеристики робочої станції для отоларингологічних втручань та досліджень		
1	Призначення робочої станції у сфері використання оториноларингології - відповідність		
2	Скляне покриття робочої поверхні - відповідність		
3	Наявність сховища для інструментів під склом робочої поверхні та доступом до них - відповідність		
4	Наявність опори з можливістю кріплення монітору за допомогою стандарту кріплення VESA - відповідність		
5	Наявність в комплекті тримача жорстких та гнучких ендоскопів з функцією підігріву - відповідність		
6	Наявність в комплекті органайзера ЛОР-дзеркал з функцією підігріву - відповідність		
7	Шість висувних ящиків різного розміру для предметів лікаря - відповідність		
8	Наявність розкладних/висувних додаткових полицок, не менш як дві – відповідність		
9	Інструментальний органайзер з нержавіючої сталі для висувного першого та другого ящиків - відповідність		
10	Наявність органайзеру для ушних воронок - відповідність		
11	Не менше як чотири полицки для зберігання ЛОР обладнання - відповідність		
12	Наявність ящику для сміття - відповідність		
13	Інтегрована система аспірації з керуванням живлення та потужністю відсмоктувача - відповідність		
14	Наявність ємності аспіратора - відповідність		
15	Автоматичне ввімкнення/вимкнення аспірації при знятті/вставленні		

	трубки в тримач - відповідність		
16	Інтегрована система подачі повітря з керуванням живлення та потужністю - відповідність		
17	Інтегрована система ірригації для промивання вух - відповідність		
18	Система ірригації має підігрів води - відповідність		
19	Наявність органайзера для дрібних інструментів - відповідність		
20	Наявність в комплекті монітору діагоналю не менше 24 дюйми, роздільною здатністю не менше FullHD (1920x1080) та частотою оновлення матриці не менше ніж 60 Гц - відповідність		
21	Режим роботи ендоскопічної камери - безперервна робота – відповідність;		
22	Блок обробки зображення – наявність;		
23	Тип сенсора: CMOS – відповідність;		
24	Характеристики сенсора - не гірше 2,12 млн пікселів – відповідність;		
25	Розподільча здатність камери: не гірше 1920*1080, не менше 60 кадрів/с – відповідність;		
26	Баланс білого – ручний та автоматичний – відповідність;		
27	Наявність роз'ємів: HDMI, DVI-D, VGA, HD-SDI, CVBS, Network – відповідність;		
28	Регулювання налаштувань на сенсорному дисплеї - відповідність;		
29	Наявність спеціалізованих налаштувань для різних медичних напрямків - відповідність;		
30	Потужність джерела світла – не менше 100 Вт – відповідність;		
31	Джерело світла – світлодіодне - відповідність;		
32	Термін служби діода – не менше 20 000 годин – відповідність;		
33	Кольорова температура джерела світла – 5 700 К – відповідність;		
34	Індекс світла - $R_a \geq 92$ - відповідність;		
35	Наявність дисплею не менше 5 дюймів с записом робочого часу - відповідність;		
36	Наявність оптоволоконного кабелю не менше 1 шт. - відповідність;		

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Достовірність інформації, що надається Учасником у складі тендерної пропозиції згідно з вимогами Технічного завдання Тендерної документації, підтверджується відкритою інформацією, оприлюдненою на сайтах виробників/офіційних дилерів/дистриб'юторів та інформацією із системи «PROZORRO».

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис
уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою (за наявністю).*