

Заступнику начальника установи з
медичних питань - лікареві
Наталії РАХІНСЬКІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

**Про необхідність придбання крісла для
ЛОР-огляду для лікарні ДУ «ТМО МВС
України по Чернігів. обл.»**

Для надання якісної кваліфікованої медичної допомоги під час надання медичної допомоги пацієнтам отоларингологічного профілю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №734 від 31.10.2011 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікування» та Переліком медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України 09 травня 2022 року № 761 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 листопада 2022 року № 2263) прошу закупити крісло для ЛОР-огляду (код НК 024:2023: 38447 – Крісло загального огляду електричне) з медико-технічними вимогами, що додаються.

Додаток: Медико-технічні вимоги на 2 арк.

**Лікар-невропатолог терапевтичного
відділення лікарні**

Олександр ГРАБСЬКИЙ



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-613 від 29.10.2024 (6345)

Підписав: Грабський Олександр Іванович


Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000092B73200ABV9D700

Дійсний: з 12.08.2024 11:03:50 по 12.08.2026 11:03:50

MEDFLY

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Крісло для ЛОР-обстежень
Optomic – OP-S4



Технічні характеристики:



- Міцність і плавність регулювання поєднуються в кріслі OPTOMIC OP для досягнення високої гнучкості. Нова модель адаптується до потреб сучасної ЛОР-практики;
- Матеріали крісла вогнезахисні (клас BS5852) та виконані з матеріалів сприятливих для дезінфекції та менш сприятливих для скупчення мікробів;
- Електричний привод руху по висоті;
- Електричний привод руху секції спини та секції підтримки ніг;
- Механічно регульований підголівник: по висоті та нахилу (знімний);
- Механічно регульована підтримка стопи;
- Підлокітники, що опускаються синхронно з рухом спинки;
- Органи регулювання: ножна педаль;
- Повертання крісла у горизонтальній площині: 330°;
- Кут регулювання секції спини: 90° - 190°;
- Тренделенбург: -10°;
- Регулювання секції сидіння по висоті: 550мм – 900мм;
- Корисне навантаження крісла: 150кг;

ТОВ «МЕДФЛАЙ»
код 44828784
Україна, 03061, м.Київ,
вул.Шепелева Миколи,
буд. 6, прим.105, оф.1

MEDFLY

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

- Спеціально розроблена база позиціонування для уникнення перевертань, навіть при великому навантаженні;
- Стандартний колір: синій (можливі інші кольорові рішення).



Гарантія: 2 роки
Вартість: 504 000,00 грн

З повагою, ТОВ МЕДФЛАЙ



Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»			
Вх. № 585			
« 31 »	10	2024 р.	
Кількість арк. _____			
Осн. док. « _____ »		Дод. « _____ »	

ТОВ «МЕДФЛАЙ»
код 44828784
Україна, 03061, м.Київ,
вул.Шепелєва Миколи,
буд. 6, прим.105, оф.1



Фізична особа-підприємець
Кондратович Ірина Миколаївна
РНОКПП 2113009029

**Цінова пропозиція на обладнання
ЛОР-крісло для обстежень**

Крісло забезпечує поєднання міцності та плавності регулювання, що дозволяє досягти максимальної гнучкості, необхідної для сучасної ЛОР-практики.

Технічні параметри:

- Матеріали крісла є вогнетривкими, легко дезінфікуються та знижують ризик накопичення мікроорганізмів.
- Висота регулюється за допомогою електроприводу.
- Електропривод забезпечує регулювання положення спинки та секції для підтримки ніг.
- Підголівник регулюється механічно по висоті та куту нахилу, є знімним.
- Підтримка стопи регулюється вручну.
- Підлокітники автоматично опускаються при нахилі спинки.
- Керування здійснюється за допомогою ножної педалі.
- Крісло обертається на 330° у горизонтальній площині.
- Кут нахилу спинки можна змінювати в діапазоні від 90° до 190°.
- Функція Тренделенбург -10°.
- Висота сидіння регулюється в межах від 550 мм до 900 мм.
- Спеціально розроблена база запобігає перевертанню крісла навіть при високому навантаженні.
- Крісло доступне в стандартному синьому кольорі (є інші варіанти).
- Максимальне навантаження – 150 кг.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»			
Вх. №	586		
« 31 »	10		2024 р.
Кількість арк.			
Осн. док. «			Дод. «

Гарантійний термін: 1 рік
Термін доставки: до 40 робочих днів
Ціна повної комплектації: 524 000,00 грн

З повагою, ФОП КОНДРАТОВИЧ




**Фізична особа-підприємець
Сокурєнко Роман Андрійович
РНОКПП 3499008133**

**27522, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Власівка, вул.
Молодіжна, буд.30, кв.31**

Від 31.10.2024р.

Комерційна пропозиція Діагностичне ЛОР-крісло



- Матеріали крісла відповідають вимогам вогнестійкості і мають антибактеріальні властивості
 - Електропривод дозволяє плавно регулювати висоту крісла.
 - Регулювання секцій для спини та ніг також здійснюється електроприводом.
 - Підголівник знімний, регулюється по висоті і куту нахилу механічно.
 - Механічна підтримка стопи для додаткового комфорту пацієнта.
 - Підлокітники синхронізуються з рухом спинки, автоматично опускаючись.
 - Управління здійснюється через ножну педаль.
 - Крісло обертається на 330° по горизонталі.
 - Кут нахилу спинки варіюється від 90° до 190°.
 - Положення Тренделенбурга -10°.
- Висоту сидіння можна регулювати в межах 550–900 мм.
 - Спеціальна база позиціонування запобігає перевертанням навіть при максимальному навантаженні.
 - Стандартний колір — синій, але доступні й інші варіанти.
 - Максимально навантаження — 150 кг.

Вартість: 518 000,00 грн (у вартість входить доставка і монтаж)

Гарантійний строк: 1 рік

З ПОВАГОЮ, ФОП Сокурєнко Р.А.



Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»	
Вх. №	589
« 31 »	10 20 24 р.
Кількість арк.	
Осн. док. «	» Дод. «

Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Крісло для ЛОР-огляду (код за ЕЗС ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні) (код за НК 024:2023:38447 Крісло загального огляду електричне))

№	Найменування предмету закупівлі або еквівалент	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Одиниця виміру	Кількість
1.	Крісло для ЛОР-огляду	38447 Крісло загального огляду електричне	шт.	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або витяг з сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту.

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження офіційно підтверджені та поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у зазначеній кількості та зазначених термінах постачання з наданням документів, які підтверджують взаємовідносини між представником, дилером, дистриб'ютором та виробником.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

5. Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про сервісне обслуговування запропонованого Товару.

6. На підтвердження відповідності системи управління якістю, у складі тендерної пропозиції.

Учасник повинен надати власний сертифікат відповідності ДСТУ EN ISO 9001:2015.

7. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

8. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

Медико-технічні вимоги:

Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповненої таблиці

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність Так / Ні	Посилання на сторінку технічної документації
Характеристики крісла для оториноларингології			
1	Призначення: всі методи обстеження в області оториноларингології – відповідність;		
2	Крісло повинне мати знімний підголівник – відповідність;		
3	Підголівник повинен регулюватися по висоті та куту нахилу - відповідність;		
4	Крісло повинне мати ножну педаль керування типу джойстик – відповідність;		
5	Просуваючи джойстик на педалі вперед крісло піднімається, а рухаючи джойстик назад – опускається, – відповідність;		
6	При переміщенні джойстику вправо нахил спинки збільшується, а при переміщенні джойстику вліво, нахил спинки зменшується – відповідність;		
7	Підлокітники синхронізовані із спинкою, разом з опусканням спинки опускаються підлокітники – відповідність;		
8	Підлокітники повинні складатися у будь якому положенні крісла – відповідність;		
9	Крісло повинне обертатися в горизонтальній площині, не менше 330° - відповідність;		
10	Крісло повинне мати блокування обертання – відповідність;		
11	Крісло повинне мати підставку для ніг, яку можна складати – відповідність;		

12	Тренделенбург не менше -10° - відповідність;		
13	Максимальна висота опори сидіння не менше 900 мм – відповідність;		
14	Мінімальна висота опори сидіння не більше 550 мм – відповідність;		
15	Максимальна вага навантаження не менше 150 кг – відповідність;		
16	Мінімальний нахил спинки не більше 90° - відповідність;		
17	Максимальний нахил спинки не менше 190° - відповідність;		
18	Розміри крісла при положенні сидячи не більше 680x880 мм – відповідність;		
19	Розміри крісла при положення лежачи не менше 680x1750 мм – відповідність;		
20	Електричний привід руху вгору та вниз – відповідність;		
21	Електричний привід руху секції спини та секції для ніг – відповідність;		
22	Вага крісла не більше 120 кг – відповідність;		
23	Матеріали крісла вогнезахисні (клас BS5852) – відповідність;		
24	Двигуни з робочою напругою 24 В, потужністю не менше 115 Вт – відповідність;		
25	Тип захисту двигунів (UNE EN 60601 / IEC 601) – відповідність;		
26	Максимальна потужність, не більше 117 ВА – відповідність;		
27	Можливість підключення до мережі 230 В та 120 В – відповідність;		

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз *«або еквівалент»*.

Достовірність інформації, що надається Учасником у складі тендерної пропозиції згідно з вимогами Технічного завдання Тендерної документації, підтверджується відкритою інформацією, оприлюдненою на сайтах виробників/офіційних дилерів/дистриб'юторів та інформацією із системи «PROZORRO».

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис
уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою (за наявністю).*