

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігівській області» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про закупівлю відеобронхоскопа

З метою підвищення рівня надання вчасної та кваліфікованої допомоги пацієнтам, які звертаються до установи та відповідно до наказів МОЗ України:

- № 127 (п.6) від 02.03.2011 року «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної(районної) та центральної міської(міської) лікарень»;

- № 739 (п.1.46) від 31.10.2011 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру»;

- № 734 (п.1.7) від 31.10.2011 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікування».

Прошу придбати гнучкий відеобронхоскоп.

**Т.в.о. начальника поліклініки-
лікар**

Вікторія ВОРУШИЛО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-124 від 28.02.2024 (1715)

Підписав: Ворушило Вікторія Вікторівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000000CC13100DA18B600

Дійсний: з 05.04.2023 00:13:39 по 03.04.2024 00:13:39

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮМЕД»
ЄДРПОУ 43969486
пр. Героїв Сталінграда, буд. 20-А, місто Київ, Україна, 04210
телефон: (044) 353-00-13

Комерційна пропозиція

<i>Найменування</i>	<i>Країна, виробник</i>	<i>Вартість, грн</i>
Відеобронхоскоп EB15-J10 <i>Характеристики:</i> <ul style="list-style-type: none">- трубка, яка вводиться Ø 5,2 мм- інструментальний канал Ø 2,0 мм- довжина робочої частини 600 мм- кут полю зору 120 гр- вигин дистального кінця вгору/вниз 210/130 гр	HOYA Corporation (Японія)	1 517 040,00

Директор



Віталій ЗЕЛЕНКОВСЬКИЙ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕДІВЕЙ»**

03083, Україна, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 34, офіс 11, тел. +38(063)372-66-50,
e-mail: medivei@ukr.net ЄДРПОУ 41728863, UA26325365000026006011081130,
ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Київ, МФО 325365,
ІПН 417288626509

Комерційна пропозиція

Відеобронхоскоп EB15-J10

Виробник: *HOYA Corporation (Японія)*

- ❖ кут поля зору 120 гр
- ❖ вигин дистального кінця вгору/вниз 210/130 гр

Вартість в т.ч. ПДВ - 1 488 144,00 грн.

Директор ТОВ «Медівей»



Ю.С.Капась

вих. № 179/02-24
від 29.02.2024 р.

м. Чернігів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер-МЕД» пропонує до Вашої уваги комерційну пропозицію на постачання медичного обладнання, а саме:

Комерційна пропозиція

Ендоскопічне обладнання торгової марки PENTAX Medical
Виробництво: HOYA Corporation (Японія)

*Відеобронхоскоп
EB15-J10 – 1 шт*

1 444 800,00 ГРН з 7% ПДВ

- трубка, яка вводиться \varnothing 5,2 мм
- інструментальний канал \varnothing 2,0 мм
- довжина робочої частини 600 мм
- кут полю зору 120гр
- вигин дистального кінця вгору/вниз 210/130гр

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



О.І. Клименко

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Відеобронхоскоп (код за ЕЗС ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків) (код за НК 024:2023:17662 Гнучкий відеобронхоскоп))

<https://ch-tmo.mvs.gov.ua/video-bronchoscope-2024>

№ з/п	Найменування медичного виробу	НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Од. виміру	Кіл-ть
1.	Відеобронхоскоп	17662 Гнучкий відеобронхоскоп	шт.	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірнену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

№	Назва вимоги	Відповідність (так/ні) та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання
1.	Тип ендоскопу – відеобронхоскоп.	
2.	Призначення: для візуалізації верхніх дихальних шляхів та бронхів.	
3.	Кут поля зору не менше 120°.	
4.	Кути вигину дистального кінця: не менше 210 ° вгору, 130 ° вниз.	
5.	Напрямок огляду повинен бути прямий (0°).	
6.	Глибина різкості: не менше 3 – 100 мм.	
7.	Інструментальний канал: не менше 2,0 мм.	
8.	Можливість застосування лазера.	
9.	Можливість застосування електрохірургічних інструментів.	
10.	Діаметр ввідної трубки не більше 5,2 мм.	
11.	Довжина робочої частини: не менше 600 мм.	
12.	Повинен бути сумісним з відеопроцесорами Pentax (або аналог)	

Примітка:

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.

