

Начальнику установи - лікареві
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про технічне обслуговування обладнання

Прошу Вас дозволити провести ремонт і технічне обслуговування **автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090** в клініко-діагностичній лабораторії лабораторного відділення ДК 021:2015 - 50420000-5.

Перелік робіт:

- Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 ;
- Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ;
- Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ;
- Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку;
- Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ;
- Очистка та промивка миючої голівки ;
- Очистка та промивка пробовідбірника ;
- Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника ;
- Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash»
- Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл ;
- Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» ;
- Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ;
- Юстування основних функціональних вузлів приладу ;
- Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check» .

**Начальник лабораторного
відділення-лікар**

Юлія КОРЯВЕЦЬ

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-221 від 11.04.2024 (2645)

Підписав: Корявець Юлія Петрівна

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000DC6255012A00F304

Дійсний: з 19.03.2024 06:06:35 по 19.03.2025 21:59:59



Фізична особа-підприємець Волкова Богдана Миколаївна
ЄДРПОУ 2582715240, тел.
Р/р UA13220010000026006001433448 в ПАТ "Універсал Банк"
ІПН 2582715240, номер свідоцтва
Платник єдиного податку.
Адреса 02097, м. Київ, вул. Радунська, буд.5-Б, кв. 14

КОММЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа - підприємець Волкова Богдана Миколаївна пропонує послуги сервісного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090.

В перелік робіт входить:

- Діагностика автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090 ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Wash Head Z ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z ;
- Змащування та очищення механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ;
- Очищення та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ;
- Очищення, змащування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ;
- Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку ;
- Налаштування фотометру відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ;
- Заміна прокладки пробовідбірника ;
- Очистка та промивка промивної чаші ;
- Очистка, промивка миючої голівки та пробовідбірника ;
- Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл ;
- Заміна гідрофобного фільтру ;
- Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ;
- Юстування основних функціональних вузлів приладу ;
- Проведення повного тестування приладу з використанням набору для самотестування.

№ п/п	Назва	Ціна без ПДВ, грн.
1	Діагностика та сервісне обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090	35 000,00
Всього без ПДВ, грн.:		35 000,00

У разі необхідності, вартість запчастин (крім переліку запчастин, які входять до регламентованого сервісного обслуговування) оплачуються окремо.

ФОП



М. Волкова

Фізична особа - підприємець Ніколаєнко Людмила Євгенівна
04086, м. Київ, пров. Полянський, буд. 7
р/р UA41 3220 0100 0002 6003 1700 0028 8
в ПАТ „Універсал Банк”, МФО 322001,
Ідентифікаційний номер 2214207569,
Платник єдиного податку

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа - підприємець Ніколаєнко Людмила Євгенівна, пропонує послуги сервісного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора **LabLine – 090** .

Метою даного сервісного обслуговування є проведення регламентованих виробником робіт для попередження появи несправностей та продовження терміну експлуатації аналізатора.

1. Діагностика автоматичного імуноферментного аналізатора LabLine-090 ;
2. Юстирування оптичної системи аналізатора ;
3. Проведення самотестування приладу ;
4. Заміна прокладок в шприцах дилютора ;
5. Заміна ксенонових ламп фотометра (4 шт.) ;
6. Калібрування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ;
7. Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: по осі Z; штативів R1,R2; пробовідбірника по осям X, Z; планшета по осі X ;
8. Заміна O-ring прокладки пробовідбірника ;
9. Заміна приводних ременів та ущільнювачів ;
10. Заміна тефлонового скотчу на механічних рухомих поверхнях ;
11. Налаштування фотометричного блоку відносно планшета ;
12. Юстирування основних функціональних вузлів аналізатора ;
13. Заміна гідрофобного фільтру ;
14. Комплексне очищення промиваючої системи приладу ;
15. Перевірка та налаштування системи вакууму та тиску .

№	Назва	Ціна без ПДВ, грн.
1	Діагностика та сервісне обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090	40 000,00
Всього без ПДВ, грн.:		40 000,00

У разі необхідності, вартість запчастин (крім переліку запчастин, які входять до регламентованого сервісного обслуговування) оплачуються окремо.



Л.Є. Ніколаєнко

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-МЕД» пропонує послуги сервісного обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора **LABLINE-090**.

Опис

Метою сервісного обслуговування є проведення регламентованих виробником робіт для попередження появи несправностей та продовження терміну експлуатації аналізатора. Сервісне обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора **LABLINE-090** включає в себе такі процедури:

№	Назва	Ціна без ПДВ, грн
01	Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу ;	3 000,00
02	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z ;	1 000,00
03	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ;	1 000,00
04	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z ;	1 000,00
05	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 ;	1 000,00
06	Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ;	2 000,00
07	Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ;	1 000,00
08	Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку ;	5 300,00
09	Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ;	1 000,00
10	Очистка та промивка миючої голівки ;	500,00
11	Очистка та промивка пробовідбірника ;	500,00
12	Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника ;	500,00
13	Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash»	500,00
14	Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл ;	1 000,00
15	Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» ;	1 000,00
16	Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ;	3 000,00
17	Юстування основних функціональних вузлів приладу ;	700,00
18	Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check» .	1 000,00
Всього, грн. :		25 000,00
ПДВ, грн. :		5 000,00
Всього до сплати, грн. :		30 000,00

У разі необхідності, вартість запчастин (крім переліку запчастин, які входять до регламентованого сервісного обслуговування) оплачуються окремо.

Директор

В.В. Тимчишин/


ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кількість
1	Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу	послуга	1
2	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z	послуга	1
3	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y	послуга	1
4	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z	послуга	1
5	Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2	послуга	1
6	Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна	послуга	1
7	Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів	послуга	1
8	Перевірка напруги та заміна ксенонних ламп в оптичних каналах фотометричного блоку	послуга	1
9	Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень	послуга	1
10	Очистка та промивка миючої голівки	послуга	1
11	Очистка та промивка пробовідбірника	послуга	1
12	Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника	послуга	1
13	Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash»	послуга	1
14	Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл	послуга	1
15	Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter»	послуга	1
16	Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи	послуга	1
17	Юстування основних функціональних вузлів приладу	послуга	1
18	Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check»	послуга	1

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання (гарантійний лист надається).
2. Надання послуг з ремонту та профілактичного обслуговування аналізаторів передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (гарантійний лист надається).
3. Виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника (гарантійний лист надається).
4. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (гарантійний лист надається).
5. Стабільність та надійність послуги підтверджується Виконавцем гарантією якості. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 3 місяців з моменту встановлення запасних частин. Строк гарантійного терміну починається після підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника (гарантійний лист надається).
6. Виконавець послуг повинен передбачити механізм оперативної заміни критичних позицій, у випадку виявлення дефекту після надання послуги: у випадку раптового виходу з ладу обладнання, включеного до договору, Виконавець послуг повинен направити представника для ремонту протягом 5 діб з моменту звернення Замовника (гарантійний лист надається).
7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (гарантійний лист надається).

У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.