

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігів. обл.»-лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

**Щодо закупівлі послуг
з технічного обслуговування медичного обладнання**

З метою забезпечення сталої роботи медичного обладнання під час його експлуатації, прошу передбачити закупівлю послуги з технічного обслуговування медичного обладнання (код ДК 021:2015 – 50420000-5 *Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання*) очікувана вартість 656 108 грн.

Додатки: на 12 арк. в 1 прим.

**Заступник начальника установи з
технічних питань**

Євгеній ДЕНИСЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-73 від 17.01.2025 (7781)

Підписав: Денисенко Євгеній Леонідович

Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000006D3D1E01865D6A05

Дійсний: з 16.09.2024 05:09:46 по 16.09.2025 20:59:59

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (код за ЕЗС ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

№	Перелік медичного обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню	Серійний або заводський номер	Рік випуску	Кількість одиниць обладнання, шт.	Одиниця виміру	Кільк.
1	Апарат для анестезії Leon Plus в комплекті з компресором	0200020HUL00 301708	2022	1	послуга	1
2	Апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C6	8098	2021	1	послуга	1
3	Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 в комплекті з Adrona EX-1005 (SN7306 2022 р.)	252340	2022	1	послуга	1
4	Аналізатор електролітів EC 90, Erba	5757-2-202302	2023	1	послуга	1
5	Гематологічний аналізатор H360 ERBA	K10012211482	2022	1	послуга	1
6	Компресор DK 50-10 S	E4544-12-04	2019	1	послуга	1
7	Компресор DK 50-10 S	E2973-10-2018	2018	1	послуга	1
8	Автоматичний ендоскопічний репроцесор з одним резервуаром SSD-2002 SSD-102 LT	13131248	2023	1	послуга	2
9	Установка стоматологічна з кріслом стоматологічним Granum TS-8830	14380	2018	1	послуга	4
10	Стоматологічна установка Siger U200 з комплектуючими:	201911094857	2020	1	послуга	4
11	Паровий стерилізатор KRONOS B23	KB2NAL0985	2022	1	послуга	11
12	Стерилізатор повітряний ГП-160	22019	2022	1	послуга	11
13	Стерилізатор паровий СПВ-50 GRANUM	1069	2023	1	послуга	11
14	Аквадистилятор ДЕ-10М	271	2018	1	послуга	11
15	Аквадистилятор ДЕ-10М	296	2019	1	послуга	11
16	Аквадистилятор ДЕ-10М	446	2021	1	послуга	11
17	Стерилізатор паровий СП ВК-75	43513007	2021	1	послуга	11
18	Стерилізатор ВК-30	116	2019	1	послуга	11
19	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0167305	2019	1	послуга	11
20	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0067445	2020	1	послуга	11
21	Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумною сушкою	1922	2019	1	послуга	11
22	Стерилізатор паровий ГК-100-02 з напівавтоматичним управлінням процесом стерилізації	1218026	2019	1	послуга	11

23	Аквадистилятор електричний ДЭ-10М	277	2018	1	послуга	11
24	Автоклав MELAG	202223V-S1504	2023	1	послуга	11
25	Стерилізатор паровий ГК-100-03 з автоматичним управлінням процесом стерилізації	424005	2024	1	послуга	11

Інформація про технічні вимоги:

Підтвердження відповідності технічних вимог:

№ п/п	Перелік медичного обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню	Вимоги	Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні)
1	Апарат для анестезії Leon Plus в комплекті з компресором	<ul style="list-style-type: none"> - розбирання та збирання апарата; - чистка апарата; - заміна датчика кисню; - заміна щорічного сервісного комплекту №1 док станції; - заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекту №2; - заміна щорічного сервісного комплекту №3 модуля пацієнта; - калібрування апарата; - тестування апарата; - розбирання та збирання компресора; - чистка компресора; - заміна сервісного комплекту компресора; - заміна фільтра системи охолодження; - заміна вхідного фільтра агрегату; - тестування компресора. 	
2	Апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C6	<ul style="list-style-type: none"> - розбирання та збирання; - чистка; - заміна НЕРА фільтра; - заміна вхідного фільтра O2; - заміна мембрани клапана видиху; - заміна фільтрів від пилу; - заміна акумуляторної батареї; - проведення повної калібровки; - проведення загального тестування. 	
3	Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 в комплекті з Adrona EX-1005 (SN7306 2022 р.)	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - перевірка на наявність механічних пошкоджень; - перевірка всіх електричних кабелів та проводів на наявність пошкоджень та міцність ізоляції; - перевірка заземлення; - чищення вентиляторів та фільтрів (за потребою); - чищення електронних плат та з'єднань (за потребою); - перевірка програмного забезпечення, налаштування його (за потреби); - перевірка стану та правильності функціонування комп'ютерної техніки до аналізатора; - резервне копіювання бази даних та налаштувань програмного забезпечення; - заміна силіконових трубок миючої станції; - контроль правильності функціонування миючої станції; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - заміна лампи фотометра; - заміна фільтрів деіонізованої води та миючого розчину; - заміна наконечника осушувача кювет; - регулювання та контроль переміщення дозатора та міксерів; - контроль роботи системи охолодження реагентів (за потребою); - заміна попереднього фільтра деіонізатора води; - заміна деіонізуючих фільтрів; - налаштування ПЗ Adrona EX-1005 - повне тестування системи. 	
4	Аналізатор електролітів EC 90, Erba	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - заміна трубок рідинних магістралей (за потребою); - заміна сервісного комплекту; - налаштування програмного забезпечення; - повне калібрування системи. 	
5	Гематологічний аналізатор H360 ERBA	<ul style="list-style-type: none"> - перевірка на наявність механічних пошкоджень; - перевірка щільності та корозійної стійкості з'єднань; - перевірка всіх електричних кабелів та проводів на наявність пошкоджень та міцність ізоляції; - перевірка заземлення; - чищення вентиляторів та фільтрів (за потребою); - чищення електронних плат та з'єднань (за потребою); - перевірка програмного забезпечення, налаштування його (за потреби); - чищення голки пробозабірника; - заміна силіконових трубок рідинних магістралей; - заміна ущільнюючих кілець дозуючих шприців; - калібрування та налаштування системи; - чищення камер WBC, RBC; регулювання та чищення системи повороту пробозабірника. 	
6	Компресор DK 50-10 S	<ul style="list-style-type: none"> - розбирання та збирання компресора; - чистка компресора; - заміна сервісного комплекту компресора; - заміна фільтра системи охолодження; - заміна вхідного фільтра агрегату; - тестування компресора. 	
7	Компресор DK 50-10 S	<ul style="list-style-type: none"> - розбирання та збирання компресора; - чистка компресора; - заміна сервісного комплекту компресора; - заміна фільтра системи охолодження; - заміна вхідного фільтра агрегату; - тестування компресора. 	
8	Автоматичний ендоскопічний репроцесор з одним резервуаром SSD-2002 SSD-102 LT	<ul style="list-style-type: none"> - заміна водяного бактеріального фільтра; - заміна картриджів попередньої фільтрації води; - заміна повітряних фільтрів; - заміна фільтра дезінфектанта; - перевірка газових пружин; - заміна кришки датчика басейна; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - заміна трубок перистальтичних pomp; - перевірка електричних з'єднань; - перевірка рівня нахилу; - перевірка цілісності гідравлічних трубок, повітряних трубок та фітингів. 	
9	Установка стоматологічна з кріслом стоматологічним Granum TS-8830	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - перевірка працездатності магістралей води та повітря, їх чистка за потребою; - чистка та перевірка роботи компресора; - регулювання вихідного тиску компресора. - - повне тестування системи. 	
10	Стоматологічна установка Siger U200 з комплектуючими:	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - перевірка працездатності магістралей води та повітря, їх чистка за потребою; - чистка та перевірка роботи компресора; - регулювання вихідного тиску компресора. - - повне тестування системи. 	
11	Паровий стерилізатор паровий KRONOS B 23	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - ревзія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань (за необхідності); - очищення тенів від накипу (за потребою); - заміна або ревзія сітчастих фільтрів; - повне тестування системи. 	
12	Стерилізатор повітряний ГП-160	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - перевірка роботи охолоджуючого вентилятора; - повне тестування системи. 	
13	Стерилізатор паровий СПВ-50 GRANUM	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань; - очищення тенів від накипу (за потребою); - повне тестування системи. 	
14	Аквадистилятор ДЕ-10М	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка роботи охолоджуючої системи; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації. 	
15	Аквадистилятор ДЕ-10М	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка роботи охолоджуючої системи; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації. 	
16	Аквадистилятор ДЕ-10М	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка роботи охолоджуючої системи; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації. 	

17	Стерилізатор паровий СП ВК-75	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - мащення механічних вузлів; - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань; - очищення тенів від накипу (за потребою); - повне тестування системи. 	
18	Стерилізатор ВК-30	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - мащення механічних вузлів; - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань; - очищення тенів від накипу (за потребою); - повне тестування системи. 	
19	Стерилізатор повітряний ГПО-100	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - перевірка роботи охолоджуючого вентилятора; - повне тестування системи. 	
20	Стерилізатор повітряний ГПО-100	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - перевірка роботи охолоджуючого вентилятора; - повне тестування системи. 	

21	Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумною сушкою	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань; - заміна ущільнюючих прокладок (за потребою); - очищення тенів від накипу (за потребою); - - повне тестування системи. 	
22	Стерилізатор паровий ГК-100-02 з напівавтоматичним управлінням процесом стерилізації	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань; - заміна ущільнюючих прокладок парогенератора та стерилізаційної камери (за потребою); - заміна водовказівного скла та його прокладок (за потребою); - очищення тенів від накипу (за потребою); - - повне тестування системи. 	
23	Аквадистилятор електричний ДЭ-10М	<ul style="list-style-type: none"> -зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка роботи охолоджуючої системи; - перевірка опору ізоляції; перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації. 	
24	Автоклав MELAG	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, перевірку та усунення дефектів з'єднуючих кабелів зовнішніх роз'ємів, ручок керування тощо; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань (за необхідності); 	

		<ul style="list-style-type: none"> - перевірку істинності показників та роботи механічних та електронних датчиків, а у випадку необхідності - їх налагодження; - очищення тенів від накипу (за потребою); - заміна або ревзія сітчастий фільтрів; - повне тестування системи. 	
25	Стерилізатор паровий ГК-100-03 з автоматичним управлінням процесом стерилізації	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; - вияв несправностей; - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика; - перевірка опору ізоляції; - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації; - ревзія та заміна ущільнювачів різьбових з'єднань; - заміна ущільнюючих прокладок парогенератора та стерилізаційної камери (за потребою); - заміна водовказівного скла та його прокладок (за потребою); - очищення тенів від накипу (за потребою); - - повне тестування системи. 	
Надані послуги обов'язково повинні відмічатися в журналі для обліку надання послуг з технічного обслуговування виробів медичної техніки.			
Надати завірену копію дозволів, ліцензій на виконання робіт (якщо отримання таких документів передбачено законодавством).			
Спеціаліст повинен прибути на виклик протягом 3 (трьох) діб з моменту надходження заявки (письмової або телефонної).			

У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.

Комерційна пропозиція

Фізична особа підприємець Клименко О. І. пропонує до Вашої уваги комерційну пропозицію на надання послуг по технічному обслуговуванні обладнання - код ДК 021:2015 -50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (далі – Послуги) (Послуги з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

№	Перелік медичного обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню	Серійний або заводський номер	Рік випуску	Кількість одиниць обладнання, шт.	Одиниця виміру	Кільк.	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	Апарат для анестезії Leon Plus в комплекті з компресором	0200020HU L00301708	2022	1	послуга	1	58 310,00	58 310,00
2	Апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C6	8098	2021	1	послуга	1	75 658,00	75 658,00
3	Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 в комплекті з Adrona EX-1005 (SN7306 2022 р.)	252340	2022	1	послуга	1	59 600,00	59 600,00
4	Аналізатор електролітів EC 90, Erba	5757-2- 202302	2023	1	послуга	1	17 800,00	17 800,00
5	Гематологічний аналізатор H360 ERBA	K100122114 82	2022	1	послуга	1	33 600,00	33 600,00
6	Компресор DK 50-10 S	E4544-12-04	2019	1	послуга	1	7 690,00	7 690,00
7	Компресор DK 50-10 S	E2973-10- 2018	2018	1	послуга	1	7 690,00	7 690,00
8	Автоматичний ендоскопічний репроцесор з одним резервуаром SSD-2002 SSD-102 LT	13131248	2023	1	послуга	2	22 920,00	45 840,00
9	Установка стоматологічна з кріслом стоматологічним Granum TS-8830	14380	2018	1	послуга	4	4 900,00	19 600,00
10	Стоматологічна установка Siger U200 з комплектуючими:	2019110948 57	2020	1	послуга	4	5 600,00	22 400,00
11	Паровий стерилізатор KRONOS B23	KB2NAL09 85	2022	1	послуга	11	2 100,00	23 100,00
12	Стерилізатор повітряний ГП-160	22019	2022	1	послуга	11	1 620,00	17 820,00
13	Стерилізатор паровий СПВ-50 GRANUM	1069	2023	1	послуга	11	2 100,00	23 100,00
14	Аквадистиллятор ДЕ-10М	271	2018	1	послуга	11	950,00	10 450,00
15	Аквадистиллятор ДЕ-10М	296	2019	1	послуга	11	950,00	10 450,00
16	Аквадистиллятор ДЕ-10М	446	2021	1	послуга	11	950,00	10 450,00
17	Стерилізатор паровий СП ВК-75	43513007	2021	1	послуга	11	2 100,00	23 100,00
18	Стерилізатор ВК-30	116	2019	1	послуга	11	1 900,00	20 900,00
19	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0167305	2019	1	послуга	11	1 950,00	21 450,00
20	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0067445	2020	1	послуга	11	1 950,00	21 450,00
21	Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумною сушкою	1922	2019	1	послуга	11	1 200,00	13 200,00

22	Стерилізатор паровий ГК-100-02 з напівавтоматичним управлінням процесом стерилізації	1218026	2019	1	послуга	11	2 200,00	24 200,00
23	Аквадистилятор електричний ДЭ-10М	277	2018	1	послуга	11	950,00	10 450,00
24	Автоклав MELAG	202223V-S1504	2023	1	послуга	11	2 100,00	23 100,00
25	Стерилізатор паровий ГК-100-03 з автоматичним управлінням процесом стерилізації	424005	2024	1	послуга	11	2 100,00	23 100,00
Загальна вартість послуг, грн., без ПДВ								624 508,00

Загальна вартість послуг з технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання складає 624 508,00 (шістсот двадцять чотири тисячі п'ятсот вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Порядок оплати:

- на підставі Договору між Замовником та ФОП Клименко О. І.

Пропозиція діє протягом 3-х місяців

З повагою,

Директор ФОП Клименко О.І.



Клименко О. І.

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
МАЦЮК ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ**

р/р. UA09334851000000026005219425 в АТ "ПУМБ" м. Київ

Ідентифікаційний номер 3211015335

Тел. +38(066) 887-35-45

13.01.2025

Комерційна пропозиція

ФО-П Мацюк Денис Сергійович пропонує комерційну пропозицію на надання послуг по технічному обслуговуванні обладнання:

№	Перелік обладнання, яке підлягає ТО	SN	Рік випуску	Кількість обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	Апарат для анестезії Leon Plus в комплекті з компресором	0200020HUL0030 1708	2022	1	послуга	1	63662,86	63662,86
2	Апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C6	8098	2021	1	послуга	1	82603,4	82603,40
3	Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 в комплекті з Adrona EX-1005 (SN7306 2022 р.)	252340	2022	1	послуга	1	65071,28	65071,28
4	Аналізатор електролітів EC 90, Erba	5757-2-202302	2023	1	послуга	1	19434,04	19434,04
5	Гематологічний аналізатор H360 ERBA	K10012211482	2022	1	послуга	1	36684,48	36684,48
6	Компресор DK 50-10 S	E4544-12-04	2019	1	послуга	1	8395,942	8395,94
7	Компресор DK 50-10 S	E2973-10-2018	2018	1	послуга	1	8395,942	8395,94
8	Автоматичний ендоскопічний репроцесор з одним резервуаром SSD-2002 SSD-102 LT	13131248	2023	1	послуга	2	25024,06	50048,12
9	Установка стоматологічна з кріслом стоматологічним Granum TS-8830	14380	2018	1	послуга	4	5349,82	21399,28
10	Стоматологічна установка Siger U200 з комплектуючими:	201911094857	2020	1	послуга	4	6114,08	24456,32
11	Паровий стерилізатор KRONOS B23	KB2NAL0985	2022	1	послуга	11	2292,78	25220,58
	Стерилізатор повітряний ГП-160	22019	2022	1	послуга	11	1768,716	19455,88
13	Стерилізатор паровий СПВ-50 GRANUM	1069	2023	1	послуга	11	2292,78	25220,58
14	Аквадистиллятор ДЕ-	271	2018	1	послуга	11	1037,21	11409,31

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
МАЦЮК ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ**

р/р. UA093348510000000026005219425 в АТ "ПУМБ" м. Київ


Ідентифікаційний номер 3211015335

Тел. +38(066) 887-35-45

	10М							
15	Аквадистилятор ДЕ-10М	296	2019	1	послуга	11	1037,21	11409,31
16	Аквадистилятор ДЕ-10М	446	2021	1	послуга	11	1037,21	11409,31
17	Стерилізатор паровий СП ВК-75	43513007	2021	1	послуга	11	2292,78	25220,58
18	Стерилізатор ВК-30	116	2019	1	послуга	11	2074,42	22818,62
19	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0167305	2019	1	послуга	11	2129,01	23419,11
20	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0067445	2020	1	послуга	11	2129,01	23419,11
21	Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумною сушкою	1922	2019	1	послуга	11	1310,16	14411,76
22	Стерилізатор паровий ГК-100-02 з напівавтоматичним управлінням процесом стерилізації	1218026	2019	1	послуга	11	2401,96	26421,56
23	Аквадистилятор електричний ДЭ-10М	277	2018	1	послуга	11	1037,21	11409,31
24	Автоклав MELAG	202223V-S1504	2023	1	послуга	11	2292,78	25220,58
25	Стерилізатор паровий ГК-100-03 з автоматичним управлінням процесом стерилізації	424005	2024	1	послуга	11	2292,78	25220,58
Загальна вартість послуг, грн., без ПДВ								681 837,84

Загальна вартість послуг : 681 837,84 грн. (Шістсот вісімдесят одна тисяча вісімсот тридцять сім гривень 84 копійки) без ПДВ.

ФО-підприємець



Мацюк Д.С.

**«ФОП Заровський М.І.» ПРОВОДИТЬ: РЕМОНТ, МОНТАЖ,
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ.**

14000 м. Чернігів вул. Горького 52/42 тел. (0462) 97-07-48. моб.8096 3308447.

Факс. (0462) 69-93-69, E-mail zarmed @ ukr .net

Код 2060104118 П/р UA663223130000026000000011933 МФО 322313 ВАТ „Державний експортно - імпорتنний банк України” філія м. Чернігів.

Платник єдиного податку. група 3. Неплатник ПДВ

№ 4 від 03.01.2025 року

*Державна установа
«Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України
по Чернігівській області»*

Комерційна пропозиція

Я, Фізична особа-підприємець «Заровський М. І.» надаю свою комерційну пропозицію до вашого розгляду за наступною ціною:

№	Обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню	Заводський номер	Рік випуску	Кількість обладнання, шт.	Один. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1.	Апарат для анестезії Leon Plus в комплекті з компресором	0200020HUL00 301708	2022	1	послуга	1	61808,60	61808,60
2.	Апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C6	8098	2021	1	послуга	1	80197,48	80197,48
3.	Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 в комплекті з Adrona EX-1005 (SN7306 2022 р.)	252340	2022	1	послуга	1	63176,00	63176,00
4.	Аналізатор електролітів EC 90, Erba	5757-2-202302	2023	1	послуга	1	18868,00	18868,00
5.	Гематологічний аналізатор H360 ERBA	K10012211482	2022	1	послуга	1	35616,00	35616,00
6.	Компресор DK 50-10 S	E4544-12-04	2019	1	послуга	1	8151,40	8151,40
7.	Компресор DK 50-10 S	E2973-10-2018	2018	1	послуга	1	8151,40	8151,40
8.	Автоматичний ендоскопічний репроцесор з одним резервуаром SSD-2002 SSD-102 LT	13131248	2023	1	послуга	2	24295,20	24295,20
9.	Установка стоматологічна з кріслом стоматологічним Granum TS-8830	14380	2018	1	послуга	4	5194,00	5194,00
10.	Стоматологічна установка Siger U200 з комплектуючими:	201911094857	2020	1	послуга	4	5936,00	5936,00
11.	Паровий стерилізатор KRONOS B23	KB2NAL0985	2022	1	послуга	11	2226,00	2226,00
12.	Стерилізатор повітряний ГП-160	22019	2022	1	послуга	11	1717,20	1717,20
13.	Стерилізатор паровий СПВ-50 GRANUM	1069	2023	1	послуга	11	2226,00	2226,00
14.	Аквадистиллятор ДЕ-10М	271	2018	1	послуга	11	1007,00	1007,00
15.	Аквадистиллятор ДЕ-10М	296	2019	1	послуга	11	1007,00	1007,00

16.	Аквадистилятор ДЕ-10М	446	2021	1	послуга	11	1007,00	1007,00
17.	Стерилізатор паровий СП ВК-75	43513007	2021	1	послуга	11	2226,00	2226,00
18.	Стерилізатор ВК-30	116	2019	1	послуга	11	2014,00	2014,00
19.	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0167305	2019	1	послуга	11	2067,00	2067,00
20.	Стерилізатор повітряний ГПО-100	RS0067445	2020	1	послуга	11	2067,00	2067,00
21.	Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумною сушкою	1922	2019	1	послуга	11	1272,00	1272,00
22.	Стерилізатор паровий ГК-100-02 з напівавтоматичним управлінням процесом стерилізації	1218026	2019	1	послуга	11	2332,00	2332,00
23.	Аквадистилятор електричний ДЭ-10М	277	2018	1	послуга	11	1007,00	1007,00
24.	Автоклав MELAG	202223V-S1504	2023	1	послуга	11	2226,00	2226,00
25.	Стерилізатор паровий ГК-100-03 з автоматичним управлінням процесом стерилізації	424005	2024	1	послуга	11	2226,00	2226,00
Загальна вартість послуг, грн., без ПДВ								661978,48

Загальна вартість послуг з технічного обслуговування: **661978,48 грн (Шістсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят вісім гривень 48 копійок)** без ПДВ.

ФОП



М. І. Заровський