

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:** Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-02-14-009854-a

**Вид закупівлі:** відкриті торги з особливостями

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення визначався згідно Кошторису на 2025 рік. та доведеного плану асигнувань.

### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначеним в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято інформацію про ціни медичних виробів, що отримані від постачальників необхідних товарів на ринку (комерційні пропозиції додаються). Очікувана ціна за одиницю товару (середня ціна) визначалася як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 191840,00грн. з ПДВ.

### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням вимог у сфері охорони здоров'я.

Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація про відповідність/Сертифікат відповідності).

Найменування	Технічні вимоги
Вакуум-екстрактор одноразовий, великий розмір 20x20	Вакуум-екстрактор, повинен бути стерильним, з медичною губкою розміром не менше 20x20см сумісний з пристроєм для вакуумної терапії ран TOPIVAC. Набір перев'язувальних матеріалів для апарату лікування ран негативним тиском, повинен мати: - гідрофобна медична губка для видалення ексудату; - прозора ізолююча плівка (медична тканина); - м'який порт з можливістю під'єднання до апарату лікування ран негативним тиском.
Вакуум-екстрактор одноразовий, середній розмір 13x20	Вакуум-екстрактор, повинен бути стерильним, з медичною губкою розміром не менше 13x20см сумісний з пристроєм для вакуумної терапії ран TOPIVAC Набір перев'язувальних матеріалів для апарату лікування ран негативним тиском, повинен мати: - гідрофобна медична губка для видалення ексудату; - прозора ізолююча плівка (медична тканина); - м'який порт з можливістю під'єднання до апарату лікування ран негативним тиском


Ємність для ексудату 800СС, одноразова, тільки для медичного застосування	Ємність прикріплюватися до задньої частини апарату двома пластиковими кріпленнями, з'єднання з силіконовим портом за типом Luer Lock.  Має бути сумісним з апаратом для лікування ран негативним тиском XLR8+
Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л)	Контейнер призначений для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах Корисний об'єм – 5 л Розмір 152 x 148 x 244 мм Максимально допустима вага завантаження – 2,5 кг Товщина стінки боксу – 1,2мм±0,1мм Діаметр отвору – 50 мм Внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова металізована алюмінієм Зовнішнє покриття – плівка прозора біаксіально орієнтована поліетилентерефталатна. Наявність межі максимального завантаження. Колір – червоний На контейнерах має бути маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку. Маркування має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та бути українською мовою безпосередньо на товарі. <i>На товар, що запропонований Учасником надається декларація про відповідність Технічному регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування (наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 ) та висновок санітарно епідеміологічної експертизи.</i>
Контейнер пластиковий для збору медичних відходів категорії В одноразового використання (0,3 л)	Призначення: для збору та утилізації медичних відходів категорії В Корисний об'єм – 0,3 л Розмір (ØxВ) 75 x 105 мм Форма – кругла Склад – поліпропілен Колір – жовтий з червоною поворотною кришкою Наявність межі максимального завантаження На контейнерах має бути маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку. Маркування має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та бути українською мовою безпосередньо на товарі. <i>На товар, що запропонований Учасником надається декларація про відповідність Технічному регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування (наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 ) та висновок санітарно епідеміологічної експертизи.</i>
Контейнер для збору медичних відходів категорії В одноразового використання, пластик (1,2л)	Призначення: для збору медичних відходів категорії В Корисний об'єм – 1,2 л Розмір (ØxВ) 140 x 100 мм Форма – кругла Склад - поліпропілен Наявність межі максимального завантаження Колір – жовтий з червоною кришкою Наявність відкидної кришки з фіксатором Наявність трьох отворів для голок На контейнерах має бути маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку. Маркування має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та бути українською мовою безпосередньо на товарі. <i>На товар, що запропонований Учасником надається декларація про відповідність Технічному регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних</i>

	<p>матеріалів) та відходів пакування (наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 ) та висновок санітарно епідеміологічної експертизи.</p>
<p>Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (28л)</p>	<p>Контейнер призначений для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів категорії В, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах</p> <p>Корисний об'єм – 28 л</p> <p>Розмір 280 x 260 x 415 мм</p> <p>Максимально допустиме навантаження – 10 кг</p> <p>Товщина стінки боксу – 0,9 -1,3мм</p> <p>Діаметр отвору – 100 мм</p> <p>Внутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксiallyно орієнтована поліетилентерефталатна</p> <p>Середній шар – картон</p> <p>Наявність межі максимального завантаження</p> <p>Колір – червоний</p> <p>На контейнерах має бути маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку. Маркування має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та бути українською мовою безпосередньо на товарі.</p> <p><i>На товар, що запропонований Учасником надається декларація про відповідність Технічному регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування (наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 ) та висновок санітарно епідеміологічної експертизи.</i></p>
<p>Валик медичний циліндричний 130 x 400 мм</p>	<p>Валик медичний циліндричний призначений для комфортного розміщення та для точного позиціонування пацієнта або надання потрібного положення різним частинам тіла під час проведення медичних маніпуляцій.</p> <p>Покриття має бути виготовлено з водонепроникної поліуретанової медичної тканини , стійкої до дезінфекційних засобів. Внутрішнє наповнення - поролон високої щільності.</p> <p>Габаритні розміри не повинні перевищувати:</p> <p>Діаметр 130 мм</p> <p>Довжина 400 мм</p> <p>Вага 0,250 кг</p>
<p>Ширма на колесах Шк-1</p>	<p>Ширма має бути виготовлена з легкого алюмінієвого профілю та панелей з високоякісного ПВХ пластику. Ширма має бути пересувною, встановленою на основу з металевого профілю 40*20 мм з пластиковими заглушками, обладнана колесами (мінімум 4) з гальмівною системою.</p> <p>Габаритні розміри не повинні перевищувати:</p> <p>Ширина 510мм</p> <p>Висота 1750 мм</p> <p>Довжина 700 мм</p> <p>Вага не більше 7 кг</p> <p>Рік виготовлення не раніше 2024</p>
<p>Кушетка медична оглядова КМо-2</p>	<p>Кушетка медична оглядова повинна являти собою суцільнозварну каркасну конструкцію з металевого профілю. Всі м'які елементи мають бути жорстко/міцно закріплені на каркасній основі.</p> <p>Головна секція має регулюється по висоті за допомогою ступінчастого механізму у шести положеннях.</p> <p>М'який елемент кушетки має складатися з основи (ДСП 16 мм) , поролон 30 мм з щільністю 25 кг/м3 та бути вкритим вінілсшкірою.</p> <p>Максимальна вантажопід'ємність не менше 180 кг.</p> <p>Кушетка має бути обладнана механізмом, для кріплення рулону одноразових простирادل та пасками для фіксації простирадла на поверхні ложе. Кушетка повинна бути комплектована рулоном одноразових простирادل.</p> <p>Всі металеві частини, перед порошковим фарбуванням, мають проходити хімічну обробку, що забезпечує антикорозійну стійкість виробу.</p> <p>Кушетка має бути стійкою до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах.</p> <p>Габаритні розміри кушетки не повинні перевищувати:</p>

	<p>Довжина не менше 2005 мм          Ширина не менше 600 мм          Висота до рівня ложе 500 мм          Розміри головної (для голови) частини – 600x440 мм          Вага не більше 35 кг          Кушетка має поставлятися в зібраному вигляді та повністю готовою до експлуатації.          Рік виготовлення не раніше 2024</p>
Столик хірургічний СХ-3	<p>Призначений для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів, необхідних при виконанні хірургічних операцій. Столик має бути виготовлений повністю з нержавіючої сталі, обладнаний 3-ма гумовими колесами (як мінімум 2 колеса мають бути з гальмівною системою).          Робоча поверхня столика має бути обладнана 3-см захисними бортиками, які перешкоджають випадінню інструментів та витратних матеріалів.          Столик повинен мати можливість ступеневого регулювання по висоті 860-1100 мм.          Габаритні розміри не повинні перевищувати:          Ширина 560мм          Висота 1100 мм          Довжина 732 мм          Вага не більше 10 кг          Столик повинен повністю відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам та бути стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах.          Рік виготовлення не раніше 2024</p>
Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К	<p>Столик призначений для розміщення медичних інструментів, витратних і перев'язувальних матеріалів.          Каркас столика має бути вироблений з високоякісного алюмінієвого профілю та композитних матеріалів.          Каркас столика розміщено на 4-х самоорієнтованих колесах два з яких мають бути з гальмівною системою.          Столик має бути обладнано висувною, на телескопічних направляючих, шухлядою.          Глибина шухляди 140 мм          Пластикова знімна ємність об'ємом 22 літри має бути вмонтована в каркас висувної шухляди.          Столешниця має бути виготовлена з нержавіючої сталі розміром 645x445 мм з 3-ма бортиками, які перешкоджають випадінню інструментів          Металеві поверхні мають бути покритими методом порошкового фарбування екологічно чистими полімерними фарбами, білого кольору.          Готовий виріб має повністю відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах.          Габаритні розміри не повинні перевищувати:          Довжина 450мм          Висота 875 мм          Ширина 645 мм          Вага не більше 11 кг          Рік виготовлення не раніше 2024</p>
Візок медичний для білизни комбінований ВМ6-5	<p>Візок медичний для білизни комбінований використовуються для перевезення брудної та (або) чистої білизни.          Повинен мати роздільні секції. Секція для брудної білизни повинна бути ізольована від секції для чистої білизни.          Каркасна конструкція має складатися з металевої профільної труби 20x20 мм, перемичок 15x15 мм і металевої сітки.          Візок має бути оснащено колесами, що самоорієнтуються, та 2-ва з яких (по діагоналі) мають гальмівний пристрій (систему).          Всі металеві частини, перед порошковим фарбуванням, мають проходити хімічну обробку, що забезпечує антикорозійну стійкість виробу.          Габаритні розміри не повинні перевищувати:          Довжина 1000 мм          Ширина 490 мм          Висота 990 мм          Вага не більше 27 кг          Рік виготовлення не раніше 2024</p>

Ширма на колесах Шк-3	<p>Ширма на колесах має бути виготовлена з легкого алюмінієвого профілю в який встановлено високоякісний пластик. З'єднання між секціями мають дозволяти встановити їх під будь-яким кутом один до одного.</p> <p>Ширма має бути пересувною, всі секції встановлені на колеса.</p> <p>У ширми має бути не менше трьох секцій.</p> <p>Габаритні розміри не повинні перевищувати:</p> <p>Ширина 510мм Висота 1800 мм Довжина 1980 мм Довжина секцій 700+640+640 Вага не більше 13 кг Рік виготовлення не раніше 2024</p>
-----------------------	--

Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»



підпис

Галина ШЕВЧЕНКО



**Фізична особа - підприємець «Напалько Андрій Васильович»**

ЄДРПОУ 2884902554

Р/р UA523005280000026001455073100 в АТ "ОТП БАНК", м. Київ

ПІН 2884902554

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 14005, м. Чернігів, вул. Шевчука, буд. 8, кв. 85

тел. (093) 058-65-94

№ 38 від 13.02.2025

Уповноваженій особі  
ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»**Комерційна пропозиція**

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	Вакуум-екстрактор одноразовий, великий розмір 20x20	5	1462,50	7312,50
2	Вакуум-екстрактор одноразовий, середній розмір 13x20	5	1345,50	6727,50
3	Ємність одноразова для ексудату 800	10	2688,40	26884,00
4	Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (28л)	200	215,28	43056,00
5	Валик медичний циліндричний 130 x 400 мм	2	502,32	1004,64
6	Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л)	150	75,35	11302,50
7	Контейнер пластиковий для збору медичних відходів кат.В одноразового використання (0,3 л)	25	46,64	1166,00
8	Контейнер для збору медичних відходів категорії В	75	53,82	4036,50



	одноразового використання, пластик (1,2л)			
9	Ширма на колесах Шк-1	3	5241,60	15724,80
10	Кушетка медична оглядова КМо-2	2	9391,20	18782,40
11	Столик хірургічний СХ-3	1	8299,20	8299,20
12	Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К	2	10046,40	20092,80
13	Візок медичний для білизни комбінований ВМб-5	2	8736,00	17472,00
14	Ширма на колесах Шк-3	1	13104,00	13104,00

Всього: 194 964,84 грн без ПДВ. Неплатник ПДВ.

ФОП «Напалько А.В.»



Фізична особа - підприємець «Матрос Віталій Володимирович»

ЄДРПОУ 2545309438, тел. (066) 296-75-74

Р/р UA523510050000026005878911701 в АТ"УКРСИББАНК", м. Київ МФО 351005

ПІН 2545309438

Адреса 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 201 А, 18

№ 1/02-2025 від 14.02.2025 р.

**Фізична особа - підприємець «Матрос Віталій Володимирович» пропонує Вам комерційну пропозицію на наступні позиції:**

№ п/п	Найменування	Кількість	Ціна за шт., без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Вакуум-екстрактор одноразовий, великий розмір 2020	5 шт	1406,25	7031,25
2	Вакуум-екстрактор одноразовий, середній розмір 1320	5 шт	1293,75	6468,75
3	Ємність для ексудату 800СС, одноразова, тільки для медичного застосування	10 шт	2585,00	25850,00
4	Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (28л)	200 шт	207,00	41400,00
5	Валик медичний циліндричний 130 x 400 мм МС.КМ.02	2 шт	483,00	966,00
6	Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л)	150 шт	72,45	10867,50
7	Контейнер пластиковий для збору медичних відходів кат.В одноразового використання GLEWDOR (0,3л)	25 шт	44,85	1121,25
8	Контейнер для збору медичних відходів категорії В одноразового використання, пластик (1,2л)	75 шт	51,75	3881,25
9	Ширма на колесах Шк-1	3 шт	5040,00	15120,00
10	Кушетка медична оглядова КМо-2	2 шт	9030,00	18060,00
11	Столик хірургічний з нержавіючої сталі СХ-3	1 шт	7980,00	7980,00
12	Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі	2 шт	9660,00	19320,00
13	Візок медичний для білизни комбінований ВМб-5	2 шт	8400,00	16800,00





14	Ширма на колесах Шк-3	1 шт	12600,00	12600,00
Загальна вартість				187 466,00

**ФОП «Матрос В.В.»**





№ 66/02-25 від 14.02.2025 р

### Комерційна пропозиція на постачання товару

№	Торгівельна назва	Одиниця виміру	К-сть	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна вартість без ПДВ, грн.
1	Вакуум-екстрактор одноразовий, великий розмір (20x20см)	шт.	5	1 448,44	7 242,20
2	Вакуум-екстрактор одноразовий, середній розмір (13x20см)	шт.	5	1 332,56	6 662,80
3	Ємність для ексудату 800 мл, одноразова	шт.	10	2 662,55	26 625,50
4	Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (28л)	шт.	200	213,21	42 642,00
5	Валик медичний циліндричний (13x40см)	шт.	2	497,49	994,98
6	Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л)	шт.	150	74,62	11 193,00
7	Контейнер пластиковий для збору медичних відходів категорії В одноразового використання (0,3л)	шт.	25	46,20	1 155,00
8	Контейнер для збору медичних відходів категорії В одноразового використання, пластик (1,2л)	шт.	75	53,30	3 997,50
9	Ширма на колесах Шк-1	шт.	3	5 191,20	15 573,60
10	Кушетка медична оглядова КМо-2	шт.	2	9 300,90	18 601,80
11	Столик хірургічний з нержавіючої сталі СХ-3	шт.	1	8 219,40	8 219,40
12	Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К	шт.	2	9 949,80	19 899,60
13	Візок медичний для білизни комбінований ВМб-5	шт.	2	8 652,00	17 304,00
14	Ширма на колесах Шк-3	шт.	1	12 978,00	12 978,00
<b>Всього:</b>					<b>193 089,38</b>

ФОП Марченко Ф.В.

