

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Відкриті торги з особливостями

Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок, сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходіння)

повне найменування	Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород» (далі Замовник)
місцезнаходження	37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Федорченка Олександра, 60
ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	08733819
категорія замовника	юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Очікувана вартість закупівлі обрахована шляхом самостійного моніторингу як середнє значення вартості предмета закупівлі та методом порівняння ринкових цін з спеціалізованих торгівельних майданчиків – інтернет ресурсів, що містять інформацію про повну характеристику товару та цін конкретного товару і становить **433 000,00 грн.**

Розмір бюджетного призначення: **433 000,00** з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ до предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок, сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходіння)

Для Учасників, які братимуть участь у тендері на закупівлю Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок, сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходіння), Замовник визначає наступне:

Умови поставки: предмет закупівлі підлягає доставці Учасником за адресою Замовника. При перевезенні предмету закупівлі Учасник зобов'язаний дотримуватися умов транспортування відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

Термін поставки: поставка предмету закупівлі здійснюється Учасником на протязі 7 діб з моменту отримання заявки від Замовника.

Місце поставки: вул.Федорченка Олександра, 60, м.Миргород, Полтавська область.

Вимоги до транспортування: транспортування і зберігання предмету закупівлі повинно проводитися згідно з правилами перевезення і зберігання вантажів.

Транспортні витрати: за рахунок Учасника.

Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження.

Оплата товару: Оплату за поставлені товари буде проведено бюджетними коштами з відповідного рахунку Державної казначейської служби України. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Замовник розраховується за поставлений предмет закупівлі на умовах відстрочки платежу на термін до 60 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений предмет закупівлі здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання бюджетного призначення на фінансування закупівлі на реєстраційний рахунок Замовника. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжної інструкції. Оплата здійснюється на підставі накладної та рахунку-фактури.

Якість та безпечність предмету закупівлі: якість предмету закупівлі повинна відповідати діючим на території України державним стандартам. Кожна партія предмету закупівлі має супроводжуватися документами (накладними, рахунками, документами, які засвідчують якість, безпеку та походження предмету закупівлі).

Приймання товару по кількості здійснюється відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документу виробника, що засвідчує його якість. Приймання товару оформлюється видатковими накладними, які підписуються матеріально відповідальними особами сторін.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок, сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходіння)

Учасник повинен поставити та передати у власність Покупця товар відповідно до технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі.

Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок,

Код ДК 021:2015 - 33155000-1- фізіотерапевтичні апарати,

Код НК 024:2023: 34200 – Тренажер для пальців/рук

Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок

№ з/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідні сторінку інструкції чи іншого документу
--------------	----------------------------	---

1.	Тренажер для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок (далі по тексту – тренажер) повинен бути призначений для пасивних та активних тренувань верхніх і нижніх кінцівок для пацієнтів з руховими порушеннями.	
2.	Тренажер повинен мати можливість використовуватись для пацієнтів з руховими порушеннями, такими як черепно-мозкова травма, травма спинного мозку, поліомієліт, тощо.	
3.	Тренажер має складатися з основної рами, тренажера нижніх кінцівок, тренажера верхніх кінцівок і панелі відображення операцій (дисплей).	
4.	Тренажер повинен мати наступні діапазони регулювань: У разі роботи у активному режимі налаштування опору верхніх і нижніх кінцівок $0 \div 20$ Нм; Розрядний інтервал 1 Нм; У разі роботи у пасивному режимі кількість обертів верхніх і нижніх кінцівок від $0 \div 60$ об/хв.; Крок регулювання 1 об/хв. Діапазон налаштування часу роботи тренажеру $0 \div 120$ хв.; Крок регулювання, 1 хв.	
5.	Габаритні розміри тренажера повинні складати ($\pm 5\%$), мм Довжина 600-800 Ширина 600-800 Висота 900-1300	
6.	Діапазон регулювання висоти тренажера повинен складати ($\pm 5\%$), мм $800 \div 1300$ мм	
7.	Напруга живлення: 220V ; Частота живлення: 50 Гц; Клас безпеки: клас I В типу.	
8.	Тренажер повинен мати кнопку «Аварійна зупинка»	
9.	Тренажер повинен мати наступні режими роботи: - Активний; - Пасивний; - Активний допоміжний. Пасивний: м'яка мобілізація м'язів і суглобів за допомогою рухів. Ідеально підходить для фази розминки, а також зменшує спазми та напругу. Допоміжний: пристрій підтримує тренування, мобілізуючи навіть найслабші залишкові м'язові сили. Цей режим забезпечить безперервний рух, як пасивний, так і активний.	

	Активний: 20 рівнів опору забезпечать прогресивне тренування сили та м'язів пацієнта. Режим Паркінсона	
10.	Зовнішня поверхня тренажеру повинна бути стійка до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дозволеними дезінфекційними засобами зареєстрованими в Державному реєстрі дезінфекційних засобів України.	
11.	Гарантійний строк експлуатації не менше ніж 1 рік з дня придбання користувачем.	
12.	Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – не менше ніж 2 роки від дати виготовлення.	
13.	Наявність на тренажер інструкції з експлуатації українською мовою.	
14.	Виріб повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.	
15.	Фото для зразка з мережі Інтернет: 	
16.	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання виробу (надати оригінал відповідного документу).	

**Сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходіння,
Код ДК 021:2015 - 33155000-1- фізіотерапевтичні апарати,
Код НК 024:2023: 35058 — Тренажер, що імітує підймання сходами, без
електроживлення)**

№ з/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1.	Сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходьби (далі по тексті – сходи) повинні бути призначені для тренування координації рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, допомоги при відновленні навиків ходьби, самостійного підйому сходами та тренування різних груп м'язів.	
2.	Сходи повинні використовуватись для занять лікувальною фізкультурою, занять по відновленню навичок ходьби, вправ для розвитку рівноваги та навчанню ходьбі в умовах реабілітаційних залів.	
3.	Сходи повинні складатись з трьох розсувних частин (одна частина – головна, дві інші частини зі сходами), які виготовлені з металевого листа товщиною 3 мм та 4 мм. Головні стійки сходів повинні бути виготовлені з профільної сталеві труби квадратного перерізу 40×40×2.	
4.	На сходах повинно бути встановлено поручні, які виготовлені з круглої сталеві труби 32×1,5, що регулюються за висотою за допомогою гвинтів-фіксаторів та дошка (похила площина) яка кріпитися до однієї частини сходів де три сходинки. Сходинки повинні бути закриті. Основна частина сходів та дві інші частини покриті ПВХ з антиковзанням.	
5.	Всі металеві елементи (окрім направляючих стійок (які виготовлені з нержавіючої квадратної труби 35×35×1,5) покриті порошковим покриттям (порошковою фарбою).	
6.	Габаритні розміри виробу повинні складати (± 5%), мм: Довжина від 2800 до 3100 Ширина 758; Висота 600 ÷ 1350. Висота від підлоги: поручня бічного 600 ÷ 850; поручня центрального 1100 ÷ 1350. Основна частина: Довжина 750; Ширина 750-760 Дошка (похила площина): Довжина 1450; Ширина 660.	

7.	Навантаження на виріб $\geq$, кг	150	
8.	Маса виробу $\leq$, кг	175	
9.	Зовнішні поверхні сходів повинні бути стійкими до оброблення дезінфікуючими розчинами: 3 % розчином перекису водню 1 % розчином моноклораміну або 2 % водного розчину мийних засобів.		
10.	Комплектність: Сходи реабілітаційні з похилою площиною для відновлення навиків ходіння, шт. 1 Інструкція із застосування (паспорт), шт. 1 Упаковка, шт. 1		
11.	Гарантійний строк експлуатації сходів повинен бути не менше ніж 1 рік з дня придбання користувачем.		
12.	Гарантійний строк зберігання виробу в пакуванні підприємства-виробника повинен бути не менше ніж 2 роки від дати виготовлення.		
13.	Виріб повинен мати інструкції із застосування українською мовою.		
14.	Виробник повинен мати Декларацію про відповідність виробу вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.		
15.	Фото для прикладу з мережі Інтернет 		
16.	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання виробу (надати оригінал відповідного документу).		