

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2025-04-22-007211-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі:

Для розширення лікувальних процедур та підвищення якості реабілітації в МРЦ МВС України «Кремінці»

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-22-007211-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК CPV 021: - Апарат ультразвукової терапії (код ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, код НК 024:2023: 11248 Ультразвукова система для фізіотерапії.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 220 000.00грн. з ПДВ (двісті двадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформований з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі отриманих комерційних пропозицій.

Медико-технічні вимоги:

Апарат ультразвукової терапії - 1 шт:

Характеристики та параметри
Апарат ультразвукової терапії
Проведення процедури лікування двом пацієнтам
Сенсорний кольоровий дисплей, розмір по діагоналі не менше 14 см
Можливість управління всіма параметрами проведеної терапії безпосередньо з сенсорного дисплея
Відображення всіх параметрів терапії, включаючи час (з точністю до секунди) до кінця терапії, інтенсивність, потужність, шкали контакту, частота, форми впливу безпосередньо на екрані апарату
Можливість створення пацієнтів з можливістю призначення кожному власних протоколів лікування
Обов'язкова самодіагностика аплікаторів і плати генератора сигналу
Наявність Енциклопедії що містить інформацію щодо можливих типів терапії, містить номер програми, параметри терапії, розміщення електродів, час лікування, частоту сеансів, кількість сеансів, рекомендації щодо інтенсивності, ефект, примітки
Запрограмованих «діагнозів» не менше 59
Збереження в апараті користувачем власних протоколів лікування не менш, ніж 500
Автоматичне розпізнавання апаратом підключених аксесуарів
Перегляд останніх 20 протоколів лікування
Звукова індикація роботи апарату і проведення / завершення процедур з можливістю її налаштування
Установка коду доступу, який не дозволяє стороннім особам працювати з апаратом
Послідовності, що програмуються з можливістю зберігання у пам'яті приладу, не менше 50

Режими роботи апарату: безперервний, імпульсний
Ефективна інтенсивність в безперервному режимі- від 0.1 до 2 Вт/см ² ±20 %
Ефективна інтенсивність в імпульсному режимі – від 0.1 до 3 Вт/см ² ±20 %
Робоча частота –1 МГц та 3 МГц ±20 %
Частота модуляції – від 10 до 150 Гц, ±5 %
Коефіцієнт заповнення – 6.25% (1:16), 12.5%(1:8), 25%(1:4), 50%(1:2), 100%(1:1)
Час проведення терапії – від 0 до 30 хвилин
Наявність функції калібрування ультразвукових голівок
Наявність мультичастотної голівки 5 см ² - 1 шт.
Наявність мультичастотної голівки 1 см ² (опція)
Наявність візка -1 шт.
Розмір апарату не більше 300 x 400 x 300 мм
Вага апарату не більш 5 кг

**Заступник начальника центру
з медичних питань - лікар**

Василь ШЕРЕМЕТА

Уповноважена особа

Мирослава БОЙКО

**Начальник МРЦ МВС України
«Кремінці»**

Олександр ДОМБРОВАН