

Обґрунтування

Технічних, якісних та кількісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області», 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228, ЄДРПОУ 08734606.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником :

Апарат високочастотний електрохірургічний з комплектуючими (код НК 024:2023: 44776-Електрохірургічна система) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 -Устаткування для операційних блоків)

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (UA-2025-04-28-011835-a)

4.Розмір бюджетного призначення:

87150.00 грн. (Вісімдесят сім тисяч сто п'ятдесят грн 00 коп)

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі затвердженого кошторису видатків установи та розрахунків до нього на 2025 рік, річного плану закупівель на 2025 рік.

5. Обґрунтування технічних, якісних характеристик:

Для належної роботи лікарні (з поліклінікою) ДУ «ТМО МВС України по Чернівецькій області», зокрема кабінету хірургії, з метою підвищення ефективності та безпеки хірургічних втручань осіб з числа контингенту, що перебуває на лікуванні та обстеженні в нашій установі, є потреба в закупівлі Апарат високочастотний електрохірургічний з комплектуючими.

Використання даного обладнання суттєво підвищить рівень медичного обслуговування та дозволить зменшити кількість ускладнень під час хірургічних втручань.

Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Надається завірена копія декларації або копія документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

Товар повинний бути новим, таким, що не був у використанні, і за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

Відповідність технічних характеристик запропонованого товару Медико - технічним вимогам повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів, з наданням копії документів.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

№	Найменування	Діапазон значення або наявність за вимогами замовника	Значення/ наявність за тендерною документацією	
ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ				
1	Потужність приладу не менш ніж 200 Ват	наявність	200	
2	Потужність у режимі різання не менш ніж 200 Ват	наявність	200	

3	Потужність у режимі коагуляція не менш ніж 120 Ват	наявність	120	
4	Робоча частота – 440 кГц	наявність	+	
5	Наявність МОНОПОЛЯРНИХ режимів роботи: - різання та змішане різання; - глибока та контактна коагуляція.	наявність	+	
6	Наявність БІПОЛЯРНИХ режимів роботи: - різання та перекриття; - глибока коагуляція	наявність	+	
7	Наявність світлової індикації включення напруги живлення, видів і режимів роботи, рівня вихідній потужності	наявність	+	
8	Наявність захисту від розряду дефібрилятора	наявність	+	
9	Наявність звукового супроводу зміни рівня вихідній потужності, режимів роботи та включення вихідного ВЧ (РЧ)-струму	наявність	+	
10	Напруга живлення апарату - напруга мережі змінного струму 230±23 В з частотою 50±1 Гц.	наявність	+	
11	Блокування вихідного ВЧ-струму та світлову індикацію при розриві ланцюга пасивного електрода.	наявність	+	
12	Можливість зміни інструментів під час роботи без вимикання системи та перевантаження	наявність	+	
13	Всі інструменти та приладдя повинно бути багаторазового використання та бути стійкими до стерилізації	наявність	+	
Комплектуючі				
№	Найменування	Діапазон значення або наявність за вимогами замовника	Значення/ наявність за тендерною документацією	
15	Електронний блок з сенсорним монітором для відображення параметрів та управління.	наявність	+	
16	Наявність ножної педалі управління	наявність	+	
17	Електрод пасивний	наявність	+	
18	Пінцет біполярний, прямий, 160 мм, бранші відкриті 10x2x1 мм	наявність	+	
19	Тримач біполярних пінцетів	наявність	+	
20	Кабель з'єднувальний для біполярних затискачів (ножиць)	наявність	+	
21	Пінцет біполярний, прямий, 160 мм, бранші закриті 10x2x1 мм	наявність	+	
22	Затискач біполярний, 160 мм, бранші 15x3 мм	наявність	+	
23	Пінцет біполярний, прямий, 140 мм, браші закриті 6x1 мм.	наявність	+	

6. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості згідно потреби та затвердженого кошторису на 2025 рік, з урахуванням моніторингу середньоринкових цін в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, у тому числі наданих цінових пропозицій на обладнання, та відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.